



RESOLUCIÓN

Expte. CS/9999/1100501244/13/ACPA

Vista la Resolución nº. 794/2014, de 24 de octubre de 2014, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la que acuerda estimar el Recurso Especial en Materia de Contratación interpuesto por la firma CM TECMA, S.L. contra la Resolución de Adjudicación del Servicio Murciano de Salud dictada en este expte. CS/9999/1100501244/13/ACPA, convocado para contratar el "Suministro de Material de Termometría" y en la que se declara la nulidad del acto de adjudicación, obligando a retrotraer las actuaciones al momento previo a la adjudicación del Lote nº 17 de este contrato para que se dicte una nueva resolución de adjudicación.

Visto el expediente tramitado para adjudicar la contratación del citado suministro con destino a los distintos centros SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de selección.

Vista la nueva ponderación otorgada por la Mesa de Contratación para el citado Lote nº 17, quedando como se indica a continuación:

EMPRESAS	Lote	Material	Nombre material	P.Unit.Ofert. s/iva	Puntuación precio	Ponderac. Técnica	Total
COVIDIEN	1	11001769	FUNDA PLÁSTICO TERMÓMETRO DIGITAL TIMPÁNICO	0,028	1,774	27	28,774
COVIDIEN	1	11003523	FUNDA PLÁSTICO TERMÓMETRO AXILAR DIGITAL	0,028	1,774	27	28,774
QUIRUMED	2	11037427	TERMÓMETRO CLÍNICO LIBRE DE MERCURIO	1,56	55,000	25	80,000
VIALTA	3	11040555	TERMÓMETRO INFRARROJOS TEMPORAL ADULTO/PEDIÁTRICO	42	48,125	27	75,125
GARRIC	4	11008224	TERMÓMETRO DIGITAL CLÍNICO AXILAR ADULTO	1,02	55,000	25	80,000
INTERSURGICAL	4	11008224	TERMÓMETRO ...	1,1	39,286	21	60,286
IBERHOSPITEX	4	11008224	TERMÓMETRO ...	1,2	19,643	21	40,643
INTERSURGICAL	5	11000719	ELECTRODOS ECG ADULTO	0,039	27,131	26	53,131
COVIDIEN	5	11000719	ELECTRODOS ECG ADULTO	0,04	22,309	26	48,309
AMBU	5	11000719	ELECTRODOS ECG ADULTO	0,036	55,000	26	81,000
INTERSURGICAL	5	11000720	ELECTRODOS ECG ,ped.	0,045	27,131	26	53,131
COVIDIEN	5	11000720	ELECTRODOS ...	0,055	22,309	26	48,309
AMBU	5	11000720	ELECTRODOS	0,05	55,000	26	81,000
INTERSURGICAL	5	11042665	ELECTRODO ECG PARA RESONANCIA MAGNÉTICA	0,0612	27,131	26	53,131
COVIDIEN	5	11042665	ELECTRODO ...	0,088	22,309	26	48,309
AMBU	5	11042665	ELECTRODO ...	0,05	55,000	26	81,000
INTERSURGICAL	5	11000524	ELECTRODO ECG DE REPOSO PARA PINZA	0,017	27,131	26	53,131
COVIDIEN	5	11000524	ELECTRODO ...	0,0165	22,309	26	48,309
AMBU	5	11000524	ELECTRODO ...	0,0101	55,000	26	81,000
COVIDIEN	6	11005534	ELECTRODO ECG PARA RECÉN NACIDO/LACTANTE	0,055	55,000	30	85,000
AMBU	7	11020690	ELECTRODO ECG PRUEBA ESFUERZO Y LARGA MONITORIZACIÓN	0,09	55,000	40	95,000
INTERSURGICAL	8	11023055	ELECTRODO ECG NEONATO/ PREMATURO CON CABLE	0,3429	55,000	24	79,000
G.E.	8	11023055	ELECTRODO ...	0,37	52,978	24	76,978



INTERSURGICAL	8	11003977	ELECTRODO ECG RECÉN NACIDO/LACTANTE CON CABLE	0,3429	55,000	24	79,000
G.E.	8	11003977	ELECTRODO ...	0,37	52,978	24	76,978
AB MEDICA (Papeles Registrales)	9	11018878	PINZA ECG PLÁSTICO EXTREMIDAD ADULTO, REUTILIZABLE	2,35	44,710	32	76,710
CAHNOS	9	11018878	PINZA ECG ...	2,59	22,266	30	52,266
AB MEDICA (Papeles Registrales)	9	11026824	PINZA ECG PLÁSTICO EXTREMIDAD PED, reut.	2,45	44,710	32	76,710
CAHNOS	9	11026824	PINZA ECG ...	2,59	22,266	30	52,266
DEXTRO	10	11031098	ELECTRODO CRANEAL FETAL DOBLE ESPIRAL, ESTÉRIL	4,416	5,692	33	38,692
DEXTRO	10	11001229	ELECTRODO CRANEAL FETAL UNA ESPIRAL, ESTÉRIL	2,70909	5,692	33	38,692
3M	11	11001112	PLACA QUIRÚRGICA ELECTROBISTURÍ DISPOSITIVO REM SIN CABLE ADULTO	0,54	1,813	42	43,813
AMBU	11	11001112	PLACA QUIRÚRGICA ...	0,38	55,000	32	87,000
VIALTA	11	11001112	PLACA QUIRÚRGICA ...	0,489	18,766	31	49,766
DEXTRO	11	11001112	PLACA QUIRÚRGICA ...	0,43	38,379	20	58,379
COMEDIC	11	11001112	PLACA QUIRÚRGICA ...	0,468	25,747	20	45,747
VIALTA	12	11008098	PLACA QUIRÚRGICA ELECTROBISTURI DISPOSITIVO REM CON CABLE ADULTO	1,6	48,202	43	91,202
COVIDIEN	12	11008098	PLACA QUIRÚRGICA ...	3,4	7,416	43	50,416
AMBU	12	11008098	PLACA QUIRÚRGICA ...	1,3	55,00	35	90,00
3M	12	11008098	PLACA QUIRÚRGICA ...	3,3546	8,444	34	42,444
COMEDIC	12	11008098	PLACA QUIRÚRGICA ...	2,0125	38,855	33	71,855
DEXTRO	12	11008098	PLACA QUIRÚRGICA ...	2,5	27,809	32	59,809
VIALTA	13	11004890	PLACA QUIRÚRGICA ELECTROBISTURI DISPOSITIVO REM CON CABLE NEONATAL	2,66	55,000	35	90,000
COVIDIEN	13	11004890	PLACA QUIRÚRGICA ...	12	1,050	22	23,050
3M	14	11024504	PLACA QUIRÚRGICA ELECTROBISTURÍ SIN CABLE ADULTO	1,3091	5,691	42	47,691
AMBU	14	11024504	PLACA QUIRÚRGICA ...	0,38	42,048	32	74,048
VIALTA	14	11024504	PLACA QUIRÚRGICA ...	0,049	55,000	31	86,000
IHT MEDICAL	14	11024504	PLACA QUIRÚRGICA ...	0,685	30,113	20	50,113
DEXTRO	14	11024504	PLACA QUIRÚRGICA ...	1	17,787	20	37,787
COMEDIC	14	11024504	PLACA QUIRÚRGICA ...	0,7308	28,321	20	48,321
AB MEDICA (Papeles Registrales)	14	11024504	PLACA QUIRÚRGICA ...	1	17,787	20	37,787
3M	15	11000011	PARCHE ELECTROCONDUCTOR DESFIBRILADOR TEJIDO NO TEJIDO PREGELADO ADULTO	1,391	27,484	30	57,484
3M	15	11044255	PARCHE ELECTROCONDUCTOR DESFIBRILADOR TEJIDO NO TEJIDO PREGELADO PEDIÁTRICO	1,391	27,484	30	57,484
DEXTRO	16	11046664	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO MONITOR ZOLL MEDICAL	25,34	0,448	34	34,448
COVIDIEN	16	11046664	ELECTRODO ECG ESPUMA ...	12	55,000	32	87,000
CM TECMA	16	11046664	ELECTRODO ECG ESPUMA ...	16,136	43,370	30	73,370
AB MEDICA (Papeles Registrales)	16	11046664	ELECTRODO ECG ESPUMA ...	18		30	30



			ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR ZOLL MEDICAL				
DEXTRO	16	11000614		24,52	0,448	34	34,448
COVIDIEN	16	11000614	ELECTRODO ECG ESPUMA ...	20	55,000	32	87,000
CM TECMA	16	11000614	ELECTRODO ECG ESPUMA .	17,863	43,370	30	73,370
AB MEDICA (Papeles Registrales)	16	11000614	ELECTRODO ECG ...	NO PRECIO		30	30
			ELEC ECG ESPUMA PREGELADO CABLE incorp DESFIBRILACIÓN ADULTO MONITOR MEDTRONIC- PHYSIOCONTROL, MINDRAY, CARDIOLINE				
COVIDIEN	17	11037024		18	25,187	35	60,187
CM TECMA	17	11037024	ELECTRODO ECG ...	17,227	29,284	27	56,284
			ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR MEDTRONIC- PHYSIOCONTROL, MINDRAY, CARDIOLINE				
COVIDIEN	17	11037010		18	25,187	35	60,187
CM TECMA	17	11037010	ELECTRODO ECG ...	19,545	29,284	27	56,284
DEXTRO	18	11037023	ELECTRODO ECG ...	21,63	1,780	37	38,780
COVIDIEN	18	11037023	ELECTRODO ECG ...	10	55,000	35	90,000
MARCOM	18	11037023	ELECTRODO ECG ...	16,15	30,742	27	57,742
CM TECMA	18	11037023	ELECTRODO ECG ...	14,954	38,161	27	65,161
AB MEDICA (Papeles Registrales)	18	11037023	ELECTRODO ECG ...	13,5	40,499	27	67,499
			ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR PHILIPS, HEWLETT PACKARD				
DEXTRO	18	11046673		21,57	1,780	37	38,780
COVIDIEN	18	11046673	ELECTRODO ...	20	55,000	35	90,000
MARCOM	18	11046673	ELECTRODO ECG ...	18,81	30,742	27	57,742
CM TECMA	18	11046673	ELECTRODO ECG ...	16,727	38,161	27	65,161
AB MEDICA (Papeles Registrales)	18	11046673	ELECTRODO ECG ...	16	40,499	27	67,499
			ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO RADIOTRASPARENTE MONITOR PHILIPS, HEWLETT PACKARD				
DEXTRO	18	11046663		29,7	1,780	37	38,780
COVIDIEN	18	11046663	ELECTRODO ECG ...	18	55,000	35	90,000
MARCOM	18	11046663	ELECTRODO ECG ...	20,18	30,742	27	57,742
CM TECMA	18	11046663	ELECTRODO ECG ...	17,227	38,161	27	65,161
AB MEDICA (Papeles Registrales)	18	11046663	ELECTRODO ECG ...	21	40,499	27	67,499
			ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR SEMIAUTOMÁTICO PHILIPS, HEWLETT PACKARD				
DEXTRO	19	11023421		85,92	0,526	34	34,526
CM TECMA	19	11023421	ELECTRODO ECG ...	39,954	55,000	30	85,000
AB MEDICA (Papeles Registrales)	19	11023421	ELECTRODO ECG ...	55	37,169	30	67,169
			ELEC. ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBR. ADULTO MONITOR SCHILLER DEFIGARD DG 5000				
AB MEDICA (Papeles Registrales)	20	11040507		19	34,373	30	64,373
CM TECMA	20	11040507	ELECTRODO ECG ...	16,181	55,000	30	85,000



AB MEDICA (Papeles Registrales)	20	11040565	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR SCHILLER DEFIGARD DG 5000	21	34,373	30	64,373
CM TECMA	20	11040565	ELECTRODO ECG ...	17,818	55,000	30	85,000
NIHON KOHDEN	21	11044554	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO MONITOR NIHON KOHDEN (TEC 7731)	19,51	11,138	34	45,138
MARCOM	21	11044554	ELECTRODO ECG ...	16,15	37,885	30	67,885
COMEDIC	21	11044554	ELECTRODO ECG ...	15,575	42,462	30	72,462
CM TECMA	21	11044554	ELECTRODO ECG ...	14,954	47,406	30	77,406
AB MEDICA (Papeles Registrales)	21	11044554	ELECTRODO ECG ...	14	55,000	30	85,000
AB MEDICA (Papeles Registrales)	22	11000721	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO MONITOR GE HEALTHCARE	45		30	30
G.E.	22	11000721	ELECTRODO ECG ...	21	55,000	30	85,000
AB MEDICA (Papeles Registrales)	22	11032081	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR GE HEALTHCARE	95		30	30
G.E.	22	11032081	ELECTRODO ECG ...	21	55,000	30	85,000
AB MEDICA (Papeles Registrales)	23	11000740	GEL CONDUCTOR ECG 250ML.	0,5	17,188	25	42,188
CAHNOS	23	11000740	GEL CONDUCTOR ECG 250ML.	0,4	55,000	25	80,000
VIALTA	23	11000740	GEL CONDUCTOR ECG 250ML.	0,47	28,531	25	53,531
AB MEDICA (Papeles Registrales)	24	11008685	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDOS 250ML.	0,39	43,293	30	73,293
INTERSURGICAL	24	11008685	GEL CONDUCTOR...	0,47	21,901	27	48,901
BIOMEDICA	24	11008685	GEL CONDUCTOR ...	0,39	55,000	22	77,000
VIALTA	24	11008685	GEL CONDUCTOR ...	0,47	31,930	20	51,930
AB MEDICA (Papeles Registrales)	24	11028062	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDOS 1000ML	1,3	43,293	30	73,293
INTERSURGICAL	24	11028062	GEL CONDUCTOR ...	1,31	21,901	27	48,901
BIOMEDICA	24	11028062	GEL CONDUCTOR ...	1	55,000	22	77,000
VIALTA	24	11028062	GEL CONDUCTOR ...	1,053	31,930	20	51,930
MERIDIAN 3M	25	11000565	GEL CONDUCTOR 20ML, ESTÉRIL	1,136	22,614	29	51,614
COVIDIEN	25	11000565	GEL CONDUCTOR 20ML, ...	1,2	16,256	29	45,256
CAHNOS	25	11000565	GEL CONDUCTOR 20ML, ...	0,81	55,000	29	84,000
AB MEDICA (Papeles Registrales)	25	11000565	GEL CONDUCTOR 20ML, ...	1,09	27,184	29	56,184
ALMEVAN	26	11001995	PASTA CONDUCTORA ADHESIVA ELECTROENCEFALOGRAFÍA 100 GR.	7,44	6,951	40	46,951
INYCOM	26	11001995	PASTA CONDUCTORA ...	6,5	15,741	40	55,741
ALMEVAN	26	11018888	PASTA CONDUCTORA ADHESIVA ELECTROENCEFALOGRAFÍA 200-250 GR.	9,53	6,951	40	46,951
INYCOM	26	11018888	PASTA CONDUCTORA	9,4	15,741	40	55,741
ALMEVAN	26	11030311	GEL CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFÍA CON GORRO 900-1000ML ESTÉRIL	25,89	6,951	40	46,951
INYCOM	26	11030311	GEL CONDUCTOR ...	23,6	15,741	40	55,741
ALMEVAN	26	11003839	PASTA ABRASIVA NO CONDUCTORA PREPARADORA PIEL	6,35	6,951	40	46,951



INCOM	26	11003839	PASTA ABRASIVA ...	6,6	15,741	40	55,741
-------	----	----------	--------------------	-----	--------	----	--------

Vista la documentación aportada por las empresas propuestas como adjudicatarias, estando conforme al requerimiento efectuado por el Servicio de Obras y Contratación.

Visto el artículo 151 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las atribuciones que me están conferidas en materia de contratación,

RESUELVO

Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el expediente tramitado para la adjudicación del Suministro citado de **"Material de Termometría"**,

Segundo.- La relación de empresas que han presentado ofertas y que han sido admitidas para su ponderación técnica, es la siguiente:

1. **3M ESPAÑA, S.A.**
2. **AB MÉDICA GROUP, S.A.**
3. **ALMEVAN, SL.**
4. **AMBU, S.L.**
5. **BIOMÉDICA DIVISION HOSPITALRIA, S.L.L.**
6. **CAHNOS, SL.**
7. **CARDIVA 2, S.L.**
8. **CM TECMA, S.L.**
9. **COMEDIC, S.L.**
10. **COVIDIEN SPAIN, S.L.**
11. **DEXTRO MÉDICA, S.L.**
12. **GARRIC MÉDICA, S.L.**
13. **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE**
14. **IBERHOSPITEX, S.A.**
15. **IHT MEDICAL, S.A.**
16. **INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A**
17. **INTERSURGICAL, S.L.**
18. **LABOLISER, S.A.**
19. **LIBCOM IBERICA, S.A.**
20. **MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.**
21. **MARCOM MÉDICA, S.L.**
22. **MERIDIAN TRESEME EUROPA S.L.**
23. **NIHON KOHDEN IBERICA S.L.**
24. **NSC ELECTROMEDICINA 2000, S.L.**
25. **PHYSIO CONTROL SPAIN SALES, S.L.**
26. **QUIRUMED, S.L.**
27. **SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.**
28. **SUMEVET, S.L.,**
29. **VIALTA, S.L.,**

Tercero.- Excluir a las empresas y en los lotes que se indican a continuación, por los motivos que se indican:

Empresa	Lotes
3M ESPAÑA, S.A.	7 presenta gel sólido
AB MEDICA GROUP, S.A.	7 Baja adhesividad, se despegas con facilidad ante el sudor,



AB MEDICA GROUP, S.A.	12 Dificultad en la conexión y desconexión, placa de peor Manipulación, mala adhesividad.
AB MEDICA GROUP, S.A.	13 placa rígida y demasiado adhesiva
AB MEDICA GROUP, S.A.	16 no haber presentado oferta económica a todas las referencias Del lote, (11000614).
AB MEDICA GROUP, S.A.	17 por no ajustarse a las prescripciones técnicas, al ofertar un electrodo que no es radiotransparente.
AB MEDICA GROUP, S.A.	22 por superar el precio de licitación unitario de la referencia 11000721 del lote.
CAHNOS, S.L.,	5 Dificil manipulación debido a su alta adhesividad
CAHNOS, S.L.,	7 Baja adhesividad se despegas con facilidad ante el sudor
CAHNOS, S.L.,	8 No radiotransparente
CAHNOS, S.L.,	24 Densidad no adecuada,
CARDIVA 2, S.L.	7 Presenta gel sólido
COMEDIC, S.L.	5 Baja adhesividad, desprendimiento facil, insuficiente adhesividad en los de ECG de reposo
COMEDIC, S.L.	7 Presenta gel sólido
COMEDIC, S.L.	17 Algunos no radiotransparentes
COVIDIEN, S.L.	7 Adhesividad inferior
COVIDIEN, S.L.	8 No radiotransparente
COVIDIEN, S.L.	10 Mala conectividad y/o mala conductividad
DEXTRO MEDICA, S.L.,	8 No radiotransparente
DEXTRO MEDICA, S.L.,	13 Placa muy rigida, poco adaptable a neonatos
DEXTRO MEDICA, S.L.,	17 Algunos no radiotransparentes
FIRMA AMBU, S.L.,	8 No radiotransparente
GARRIC MEDICA, S.L.	3 Manejo dificultoso, sin estudios de validación, no cambia punto de Medición y tiene menor número de determinaciones en cada toma
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	7 Presenta gel sólido
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.	25 Peor conductividad y texturas diferentes que dificultan su uso.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	7 Presenta gel sólido
LABOLISER, S.A.	25 Peor conductividad y texturas diferentes que dificultan su uso.
LIBCOM IBERICA, S.A.	24 Densidad no adecuada, mala conductividad
LIBCOM IBERICA, S.A	25 Peor conductividad y texturas diferentes que dificultan su uso.
MARCOM MEDICA, S.L.	17 No radiotransparente,
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	5 Baja adhesividad, desprendimiento facil ante tracción,. La información del envasado no permite identificar con claridad el electrodo elegido, retrasando su manipulación en la realización de las diferentes técnicas, así la adhesividad en los electrodos de ECG de reposo es insuficiente, pues se despegas ante el peso de la pinza de contacto.



MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	6 No acorde al tamaño solicitado
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	7 Presenta Gel sólido
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	8 Cables muy rígidos, poco maleables y colores poco standarizados En SMS
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	7 Presenta gel sólido.
NSC ELECTROMEDICINA 2000	26 No presenta el producto con los gramos solicitados.
PHYSIO CONTROL SP SALES, S.L.,	17 No radiotransparente
QUIRUMED, S.L.,	25 Inferior técnicamente, con peor conductividad y texturas diferentes Que dificultan su uso.
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	12 Placa de peor manipulación, menos adaptable y muy rigida, gel Seco, Poca adhesividad, conductividad deficiente.
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	13 no presenta placa neonatal, sino pediátrica.
SUMEVET, S.L.,	9,11,12,13,14,16,17,18, 19,20,21 Y 22, (no presentar muestras para Ninguno de los lotes ofertados).
VIALTA, S.L.,	6 Electrodo no acorde al tamaño solicitado
VIALTA, S.L.,	7 Baja adhesividad que se despega con facilidad ante el sudor y de conductividad inferior.
VIALTA, S.L.,	8 No radio transparente
VIALTA, S.L.,	25 Inferior técnicamente con peor conductividad y texturas diferentes que dificultan su uso.

Cuarto.- Adjudicar el presente contrato a las empresas y en los lotes que se relacionan a continuación:

EMPRESAS	Lotes	Material	Nombre material	Puntuación 5/100
COVIDIEN	1	11001769	FUNDA PLÁSTICO TERMÓMETRO DIGITAL TIMPÁNICO	0,028
COVIDIEN	1	11003523	FUNDA PLÁSTICO TERMÓMETRO AXILAR DIGITAL	0,028
QUIRUMED	2	11037427	TERMÓMETRO CLÍNICO LIBRE DE MERCURIO	1,56
VIALTA	3	11040555	TERMÓMETRO INFRARROJOS TEMPORAL ADULTO/PEDIÁTRICO	42
GARRIC	4	11008224	TERMÓMETRO DIGITAL CLÍNICO AXILAR ADULTO	1,02
AMBU	5	11000719	ELECTRODOS ECG ADULTO	0,036
AMBU	5	11000720	ELECTRODOS ECG PEDIATRICO	0,05
AMBU	5	11042665	ELECTRODO ECG PARA RESONANCIA MAGNÉTICA	0,05
AMBU	5	11000524	ELECTRODO ECG DE REPOSO PARA PINZA	0,0101
COVIDIEN	6	11005534	ELECTRODO ECG PARA RECIÉN NACIDO/LACTANTE	0,055
AMBU	7	11020690	ELECTRODO ECG PRUEBA ESFUERZO Y LARGA MONITORIZACIÓN	0,09
INTERSURGICAL	8	11023055	ELECTRODO ECG NEONATO/ PREMATURO CON CABLE	0,3429
INTERSURGICAL	8	11003977	ELECTRODO ECG RECIÉN NACIDO/LACTANTE CON CABLE	0,3429
AB MEDICA (Papeles Registrales)	9	11018878	PINZA ECG PLÁSTICO EXTREMIDAD ADULTO, REUTILIZABLE	2,35

AB MEDICA (Papeles Registrales)	9	11026824	PINZA ECG PLÁSTICO EXTREMIDAD PEDIÁTRICO, REUTILIZABLE	2,45
DEXTRO	10	11031098	ELECTRODO CRANEAL FETAL DOBLE ESPIRAL, ESTÉRIL	4,416
DEXTRO	10	11001229	ELECTRODO CRANEAL FETAL UNA ESPIRAL, ESTÉRIL	2,70909
AMBU	11	11001112	PLACA QUIRÚRGICA ELECTROBISTURÍ DISPOSITIVO REM SIN CABLE ADULTO	0,38
VIALTA	12	11008098	PLACA QUIRÚRGICA ELECTROBISTURÍ DISPOSITIVO REM CON CABLE ADULTO	1,6
VIALTA	13	11004890	PLACA QUIRÚRGICA ELECTROBISTURÍ DISPOSITIVO REM CON CABLE NEONATAL	2,66
VIALTA	14	11024504	PLACA QUIRÚRGICA ELECTROBISTURÍ SIN CABLE ADULTO	0,049
3M	15	11000011	PARCHE ELECTROCONDUCTOR DESFIBRILADOR TEJIDO NO TEJIDO PREGELADO ADULTO	1,391
3M	15	11044255	PARCHE ELECTROCONDUCTOR DESFIBRILADOR TEJIDO NO TEJIDO PREGELADO PEDIÁTRICO	1,391
COVIDIEN	16	11046664	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO MONITOR ZOLL MEDICAL	12
COVIDIEN	16	11000614	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR ZOLL MEDICAL	20
COVIDIEN	17	11037024	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO MONITOR MEDTRONIC-PHYSIOCONTROL, MINDRAY, CARDIOLINE	18
COVIDIEN	17	11037010	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR MEDTRONIC-PHYSIOCONTROL, MINDRAY, CARDIOLINE	18
COVIDIEN	18	11037023	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO MONITOR PHILIPS, HEWLETT PACKARD	10
COVIDIEN	18	11046673	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR PHILIPS, H. P.	20
COVIDIEN	18	11046663	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO RADIOTRASPARENTE MONITOR PHILIPS, HEWLETT PACKARD	18
CM TECMA	19	11023421	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR SEMIAUTOMÁTICO PHILIPS, HEWLETT PACKARD	39,954
CM TECMA	20	11040507	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO MONITOR SCHILLER DEFIGARD DG 5000	16,181
CM TECMA	20	11040565	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR SCHILLER DEFIGARD DG 5000	17,818
AB MEDICA (Papeles Registrales)	21	11044554	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO MONITOR NIHON KOHDEN (TEC 7731)	14
G.E.	22	11000721	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO MONITOR GE HEALTHCARE	21
G.E.	22	11032081	ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO MONITOR GE HEALTHCARE	21
CAHNOS	23	11000740	GEL CONDUCTOR ECG 250ML.	0,4
BIOMEDICA	24	11008685	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDOS 250ML.	0,39
BIOMEDICA	24	11028062	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDOS 1000ML	1
CAHNOS	25	11000565	GEL CONDUCTOR 20ML., ESTÉRIL	0,81
INYCOM	26	11001995	PASTA CONDUCTORA ADHESIVA ELECTROENCEFALOGRAFÍA 100 GR.	6,5
INYCOM	26	11018888	PASTA CONDUCTORA ADHESIVA ELECTROENCEFALOGRAFÍA 200-250 GR.	9,4
INYCOM	26	11030311	GEL CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFÍA CON GORRO 900-1000ML ESTÉRIL	23,6
INYCOM	26	11003839	PASTA ABRASIVA NO CONDUCTORA PREPARADORA PIEL	6,6

Quinto.- Contra la presente Resolución, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante los Tribunales de la jurisdicción contenciosa-administrativa en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.



Sexto.- Notificar la presente Resolución a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante.

Séptimo.- Conforme lo regulado en el artículo 156.3 del mencionado texto refundido, para la formalización del contrato deberán transcurrir QUINCE DIAS HABILES desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, a cuyos efectos se indicará en el perfil del contratante la fecha exacta de la firma del contrato.

Murcia, 3 de Noviembre de 2014
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONTRATACION
DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD



Fdo. Manuel Ángel Moreno Valero

