

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: 1100929735/19
OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIAL
FUNGIBLE DE HEMATIMETRÍA

LOTE 1

Los criterios en los que se basa la evaluación de este expediente y su puntuación son los siguientes:

- Características técnicas y organizativas del equipamiento 25 puntos
- Características del Servicio 20 puntos
- Características técnicas de los reactivos 04 puntos

Las empresas licitadoras han sido las siguientes:

- Beckman Coulter, S.L.U.
- Horiba Abx Ibérica, S.A.S.
- Menarini Diagnósticos, S.A.
- Roche Diagnostics, S.L.U.

EMPRESA: Horiba Abx Ibérica, S.A.S.

Características Técnicas y Organizativas del Equipamiento

La oferta es adecuada en algunos aspectos, sin embargo presenta dos puntos críticos para los centros con gran volumen de muestras y otros dos que también son relevantes y aplicables para todos los centros:

1. Número de equipos ofertado por centro (afecta a velocidad de procesamiento y redundancia) insuficiente en términos absolutos y en comparación con otras ofertas. Ver carpeta "Dotación".
2. Se oferta integración de equipos pero no cadena robótica. Ver carpetas "Dotación" y "Proyecto Memoria".
3. No se especifican posibles obras de adecuación en los laboratorios.
4. Sin equipamiento adicional en la oferta.

CALIFICACION: 3 puntos.

Características del Servicio

Aunque la oferta presenta aspectos positivos, sin embargo presenta un punto muy relevante que a todas luces la hace inadecuada:

1. Un (1) Técnico “Volante” para el Mantenimiento de los equipos en Levante y Murcia es a todas luces insuficiente y hace difícil, por no decir inviable, la “atención en el mismo día”. Ver “Criterios cualitativos”.

CALIFICACION: 3 puntos.

Características técnicas de los reactivos

Adecuadas. Se adaptan plenamente a los requisitos exigidos en el PPT y satisfacen las necesidades del SMS en este aspecto.

CALIFICACION: 4 puntos.

CALIFICACIÓN TOTAL: 10 puntos

EMPRESA: Menarini Diagnósticos, S.A.

Características Técnicas y Organizativas del Equipamiento

1. Oferta poco definida: se oferta integración de unidades pero no cadenas robóticas. Ver documento “023480-05”.
2. Calidad técnica: resultados en valores extremos de diversos parámetros hematológicos clínicamente relevantes por debajo de otras ofertas.

CALIFICACION: 3 puntos.

Características del Servicio

Oferta adecuada que se adapta a las necesidades mínimas del SMS.

CALIFICACION: 18 puntos.

Características técnicas de los reactivos

Adecuadas. Se adaptan plenamente a los requisitos exigidos en el PPT y satisfacen las necesidades del SMS en este aspecto.

CALIFICACION: 4 puntos.

CALIFICACIÓN TOTAL: 25 puntos

EMPRESA: Roche Diagnostics, S.L.U.

Características Técnicas y Organizativas del Equipamiento

Ofertas plenamente adecuadas.

CALIFICACION: 25 puntos.

Características del Servicio

Oferta plenamente adecuada.

CALIFICACION: 20 puntos.

Características técnicas de los reactivos

Adecuadas

CALIFICACION: 4 puntos.

CALIFICACIÓN TOTAL: 49 puntos

EMPRESA: Beckman Coulter, S.L.U.

Características Técnicas y Organizativas del Equipamiento

Ofertas plenamente adecuadas.

CALIFICACION: 25 puntos.

Características del Servicio

Oferta plenamente adecuada.

CALIFICACION: 20 puntos.

Características técnicas de los reactivos

Adecuadas

CALIFICACION: 4 puntos.

CALIFICACIÓN TOTAL: 49 puntos

En resumen, las ofertas presentadas por estas dos últimas empresas no solo cumplen plenamente con todas las especificaciones recogidas en el PPT sino que aportan valiosas características cualitativas en todos los criterios de adjudicación sin que se pueda apreciar grandes diferencias entre una y otra por lo que merecen igual calificación.

Igualmente, y a la vista ya de todas las ofertas, se hace constar que la oferta de HORIBA ABX IBÉRICA, adolece de ciertas deficiencias ya expuestas y que les coloca no solo en una clara diferencia respecto al resto de licitadores sino que

igualmente no permiten alcanzar el umbral mínimo fijado en los Pliegos por lo que queda excluida.

Así, la puntuación final es la siguiente:

Beckman Coulter, S.L.U.	49 puntos
Roche Diagnostics, S.L.U.	49 puntos
Menarini Diagnósticos, S.A.	25 puntos
Horiba Abx Ibérica, S.A.S.	10 puntos


Murcia, 14 de octubre de 2020




Eduardo Salido Fierrez
Servicio Hematología Área I



Teodoro Iturbe Hernández
Servicio Hematología Área II



Mª José Romero Orcajada
Servicio Hematología Área III



Ignacio Sánchez Serrano
Servicio Hematología Área IV



Victoriano Beltrán Agulló
Servicio Hematología Área V



Francisco José Ortuño Giner
Servicio Hematología Área VI y VII



Ana González Serna
Servicio Hematología Área VIII



Alina Ramón Mitat
Servicio Hematología Área IX