



## ACLARACIONES RESPECTO A LAS DUDAS SURGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO CON DESTINO A DISTINTOS HOSPITALES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (LOTE 1: CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN)

El Pliego de Prescripciones Técnicas redactado para la contratación de adquisición de mobiliario clínico con destino a distintos hospitales del Servicio Murciano de Salud, recoge en el último párrafo de la descripción técnica de las camas de hospitalización que integran el Lote 1 de dicha contratación, lo siguiente:

*"Igualmente todas las camas llevarán los colchones adecuados al tamaño de las mismas, así como sobre-colchones para cada una de ellas".*

Dicho párrafo ha suscitado dudas a las empresas interesadas en licitar a dicho lote, sobre qué hay que entender como "sobre-colchones" a la hora de realizar su oferta.

Consultada la cuestión planteada, por parte de los técnicos redactores del Pliego de Prescripciones Técnicas se informa que el término "sobre-colchón" que aparece en el último párrafo de la descripción de las camas de hospitalización es erróneo, debiendo ser interpretado como fundas de colchón.

