



RESOLUCIÓN

Expte. CS/9999/1100673804/15/ACPA

Visto el expediente tramitado para adjudicar la contratación del **suministro de "Sensores de pulsioximetría, sensores de temperatura, nivel de sedación y consciencia", con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud,** mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de selección.

Vista la propuesta formulada por la Junta de Contratación, constituida al efecto, en la que se propone la adjudicación del contrato de referencia, de acuerdo a la siguiente ponderación, resultante de aplicar los criterios de adjudicación, tanto técnicos como económicos previstos en el apartado 13.1 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para este Procedimiento.

En el supuesto de que un lote incluya varias referencias/posiciones con precios unitarios diferentes, el precio final del lote, será la resultante de la suma del precio unitario ofertado en cada referencia, multiplicada por las unidades de consumo previstas.

| EMPRESA | LOTE | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PR Oferta sin iva | Punt precio | Punt técnica | TOTAL |
|-----------------------|------|----------|---|-------------------------|----------------|-----------------|-------|
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11043273 | SENSOR ADHESIVO SATURACIÓN SPO2 ADULTO CON CABLE, DESECHABLE (>30KG) | 9,95 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11005760 | SENSOR ADHESIVO SATURACIÓN SPO2 NEONATAL CON CABLE, DESECHABLE (<3KG O >40KG) | 12,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11031217 | SENSOR ADHESIVO SATURACIÓN SPO2 NEONATAL PREMATURO CON CABLE, DESECHABLE(<1KG) | 12,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11042753 | SENSOR ADHESIVO SATURACIÓN SPO2 PEDIÁTRICO CON CABLE, DESECHABLE (>10KG A <50KG) | 12,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11029514 | SENSOR ADHESIVO SATURACIÓN SPO2 FRONTAL ADULTO, DESECHABLE (>10KG) | 30,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11040393 | SENSOR PINZA DIGITAL SATURACIÓN SPO2 ADULTO, REUTILIZABLE (>30 kg) | 155,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11032411 | SENSOR PINZA DIGITAL SATURACIÓN SPO2 ADULTO, REUTILIZABLE (>10kg a <50kg) | 155,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11040872 | SENSOR GUANTE SATURACIÓN SPO2 ADULTO, REUTILIZABLE (>50kg) | 155,00 | 0 | 45 | 45 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 2 | 11001644 | SENSOR ADHESIVO SATURACIÓN SPO2 ADULTO, DESECHABLE (>30KG) | 6,95 | 55 | 45 | 100 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 2 | 11002043 | SENSOR ADHESIVO SATURACIÓN SPO2 PEDIÁTRICO, DESECHABLE (3 A 20KG) | 6,95 | 55 | 45 | 100 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 2 | 11000154 | SENSOR ADHESIVO SATURACIÓN SPO2 NEONATAL, DESECHABLE (<3KG O >40KG) | 6,95 | 55 | 45 | 100 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 2 | 11005225 | SENSOR ADHESIVO SATURACIÓN SPO2 FRONTAL ADULTO, DESECHABLE (>10KG) | 24,00 | 55 | 45 | 100 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 2 | 11005710 | SENSOR PINZA DIGITAL SATURACIÓN SPO2 ADULTO, REUTILIZABLE (>40KG) | 91,00 | 55 | 45 | 100 |
| MATCLINIC, S.L. | 3 | 11042754 | SENSOR COMPATIBLE DATEX-OHMEDA PINZA DIGITAL SATURACIÓN SPO2 ADULTO, REUTILIZABLE (>50kg) | 270,00 | 0 | 45 | 45 |
| DEXTRO MÉDICA, S.L. | 4 | 11002005 | SENSOR COMPATIBLE PHILIPS GUANTE SATURACIÓN SPO2 ADULTO, REUTILIZABLE (>50kg) | 245,00 | 5,5 | 45 | 50,5 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 5 | 11001860 | SENSOR PARA NIVEL SEDACIÓN Y CONSCIENCIA PROCESOS ANESTÉSICOS ESTÁNDAR PEDIÁTRICO, DESECHABLE | 20,00 | 10,04 | 45 | 55,04 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 5 | 11002041 | SENSOR PARA NIVEL SEDACIÓN Y CONSCIENCIA PROCESOS ANESTÉSICOS ESTÁNDAR ADULTO, DESECHABLE | 15,90 | 10,04 | 45 | 55,04 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 5 | 11042755 | SENSOR PARA NIVEL SEDACIÓN Y CONSCIENCIA PROCESOS ANESTÉSICOS ADULTO BILATERAL, DESECHABLE | 31,80 | 10,04 | 45 | 55,04 |
| MATCLINIC, S.L. | 6 | 11018803 | SENSOR DE ENTROPÍA ADULTO, DESECHABLE | 16,50 | 0 | 45 | 45 |



| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---|--------|-------|----|-------|
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 7 | 11005638 | SENSOR ADHESIVO OXIMETRÍA CEREBRAL/SOMÁTICO ADULTO, DESECHABLE (>40KG) | 95,00 | 37,5 | 45 | 82,5 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 7 | 11005639 | SENSOR ADHESIVO OXIMETRÍA CEREBRAL/SOMÁTICO PEDIÁTRICO, DESECHABLE (5KG A 40KG) | 95,00 | 37,5 | 45 | 82,5 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 7 | 11040623 | SENSOR ADHESIVO OXIMETRÍA CEREBRAL/SOMÁTICO NEONATAL, DESECHABLE (<5KG) | 95,00 | 37,5 | 45 | 82,5 |
| CM TECMA, S.L. | 8 | 11001737 | SENSOR TEMPERATURA CENTRAL NEONATAL | 17,000 | 35,54 | 45 | 80,54 |
| CM TECMA, S.L. | 8 | 11023448 | SENSOR TEMPERATURA PERIFÉRICA NEONATAL | 17,000 | 35,54 | 45 | 80,54 |
| CM TECMA, S.L. | 8 | 11023510 | PARCHE ADHESIVO FIJACIÓN SENSOR CUTÁNEO TEMPERATURA NEONATAL | 0,839 | 35,54 | 45 | 80,54 |
| DRÄGER MEDICAL HISPANIA, S.A. | 8 | 11001737 | SENSOR TEMPERATURA CENTRAL NEONATAL | 23,00 | 0 | 45 | 45 |
| DRÄGER MEDICAL HISPANIA, S.A. | 8 | 11023448 | SENSOR TEMPERATURA PERIFÉRICA NEONATAL | 18,80 | 0 | 45 | 45 |
| DRÄGER MEDICAL HISPANIA, S.A. | 8 | 11023510 | PARCHE ADHESIVO FIJACIÓN SENSOR CUTÁNEO TEMPERATURA NEONATAL | 0,90 | 0 | 45 | 45 |
| PRIM, S.A. | 9 | 11034059 | SONDA DOPPLER FLUJO SANGUÍNEO | 349,00 | 0,79 | 45 | 45,79 |

Vista la documentación aportada por las empresas propuestas como adjudicatarias, estando conforme al requerimiento efectuado por el Servicio de Obras y Contratación,

Visto el artículo 151 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las atribuciones que me están conferidas en materia de contratación,

RESUELVO

Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el expediente tramitado para la adjudicación del Suministro citado de **"Sensores de pulsioximetría, sensores de temperatura, nivel de sedación y consciencia"**, con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

Segundo.- La relación de empresas que han presentado ofertas y que han sido admitidas para su ponderación técnica, es la siguiente:

1. **BEMASCÉ TÉCNICA, S.L.**
2. **CM TECMA, S.L.**
3. **COVIDIEN SPAIN, S.L.**
4. **DEXTRO MEDICA, S.L.**
5. **DRÄGER MEDICAL HISPANIA, S.A.**
6. **MASIMO EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA**
7. **MBA INCORPORADO, S.L.**
8. **MATCLINIC, S.L.**
9. **PRIM, S.A.**

Tercero.- Excluir a las empresas que se indican a continuación, en los lotes y por los motivos que igualmente se indican:

| Lote | Empresa | Motivo |
|------|------------------------------|---|
| 3 | BEMASCE TECNICA, S.L. | NO ALCANZA UMBRAL TECNICO MINIMO , Presenta un producto de inferior calidad respecto a la otra empresa que compite al Lote, no quedando acreditada los mecanismos de validación técnica sobre la fiabilidad y exactitud del producto. Se constata una deficiente respuesta al movimiento y las condiciones de adaptabilidad y seguridad son claramente inferiores al ofertado por la otra empresa. En general, cabe indicar que el producto no se adapta ni se ajusta en las condiciones óptimas a los sensores existentes de la marca DATEX-OHMEDA disponibles en los centros hospitalarios del SMS no quedando garantizado un uso fiable y adecuado del mismo. |



| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 4 | BEMASCE TECNICA, S.L. | NO ALCANZA UMBRAL TECNICO MINIMO , presenta un producto de inferior calidad respecto a la otra empresa que compite al Lote, no quedando acreditada los mecanismos de validación técnica sobre la fiabilidad y exactitud del producto. Se constata una deficiente respuesta al movimiento y las condiciones de adaptabilidad y seguridad son claramente inferiores al ofertado por la otra empresa. En general, cabe indicar que el producto no se adapta ni se ajusta en las condiciones óptimas a los sensores existentes de la marca PHILIPS disponibles en los centros hospitalarios del SMS no quedando garantizado un uso fiable y adecuado del mismo. |
| 6 | MBAINCORPORADO, SL. | NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TECNICAS , presenta un producto que no es un sensor de entropía, por lo que no cumple con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico. |
| 7 | DRÄGER MEDICAL HISPANIA, S.A. | NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TECNICAS Respuesta tardía frente a situaciones clínicas relevantes. Mínima evidencia clínica frente a otras tecnologías de rSO2. El sensor en posición somática no tiene evidencia clínica relevante. No cubre todos los tipos de pacientes por especificidad de peso y validación clínica por especificidad solicitada, el sensor neonatal su especificidad de peso y disposición somática solo es en menos o igual a 8 Kgr. siendo solo en abdomen, No es somático renal su especificidad es abdomen y en su peso solo específica esquelético entre 5 a 50Kgr. sin especificidad renal. Según características de producto. El sensor neonatal sin evidencia clínica en pacientes de menos de 2,5Kgr. El sensor neonatal no está revestido de gel hidrocoloide para minimizar el impacto en la dermis del paciente de bajo peso. No dispone de línea base para registro de variabilidad individual de cada paciente. No dispone de control de variabilidad de desaturaciones con control del algoritmo de área bajo la curva. No dispone de tendencias promedio gráfica No dispone de herramienta analítica externa informática para estudio y registro de los pacientes de una manera exhaustiva. |
| 7 | BEMASCÉ TÉCNICA, S.L. | NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TECNICAS Respuesta tardía frente a situaciones clínicas relevantes. Mínimo de evidencia clínica frente a otras tecnologías de rSO2. No cubre todos los tipos de pacientes por especificidad de peso solicitada, los sensores pediátrico y neonatal son los mismos, solo específica -40Kgr. no cumpliendo la validación clínica por especificidad solicitada de peso, según características de producto, el sensor neonatal sin evidencia clínica en pacientes de menos de 2,5Kgr. El sensor neonatal no está revestido de gel hidrocoloide para minimizar el impacto en la dermis del paciente de bajo peso, debido a ello dispone de un sensor no adhesivo que no cumple la especificada de "adhesivo". No dispone de tendencias promedio gráfica. No dispone de herramienta analítica externa informática para estudio y registro de los pacientes de una manera exhaustiva. |

Cuarto.- Adjudicar el presente contrato a las empresas y en los lotes que se relacionan a continuación, conforme al apartado 3.6 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige para el presente procedimiento: **(1 adjudicatario para cada lote):**

| EMPRESA | LOTE | CÓDIGO | PR Oferta sin iva | Puntos Precio | Puntuación técnica | TOTAL |
|-----------------------|------|----------|-------------------|---------------|--------------------|-------|
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11043273 | 9,95 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11005760 | 12,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11031217 | 12,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11042753 | 12,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11029514 | 30,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11040393 | 155,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11032411 | 155,00 | 0 | 45 | 45 |
| MASIMO EUROPE LIMITED | 1 | 11040872 | 155,00 | 0 | 45 | 45 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 2 | 11001644 | 6,95 | 55 | 45 | 100 |



| | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------|-------|----|-------|
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 2 | 11002043 | 6,95 | 55 | 45 | 100 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 2 | 11000154 | 6,95 | 55 | 45 | 100 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 2 | 11005225 | 24,00 | 55 | 45 | 100 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 2 | 11005710 | 91,00 | 55 | 45 | 100 |
| MATCLINIC, S.L. | 3 | 11042754 | 270,00 | 0 | 45 | 45 |
| DEXTRO MÉDICA, S.L. | 4 | 11002005 | 245,00 | 5,5 | 45 | 50,5 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 5 | 11001860 | 20,00 | 10,04 | 45 | 55,04 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 5 | 11002041 | 15,90 | 10,04 | 45 | 55,04 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 5 | 11042755 | 31,80 | 10,04 | 45 | 55,04 |
| MATCLINIC, S.L. | 6 | 11018803 | 16,50 | 0 | 45 | 45 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 7 | 11005638 | 95,00 | 37,5 | 45 | 82,5 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 7 | 11005639 | 95,00 | 37,5 | 45 | 82,5 |
| COVIDIEN SPAIN, S.L. | 7 | 11040623 | 95,00 | 37,5 | 45 | 82,5 |
| CM TECMA, S.L. | 8 | 11001737 | 17,000 | 35,54 | 45 | 80,54 |
| CM TECMA, S.L. | 8 | 11023448 | 17,000 | 35,54 | 45 | 80,54 |
| CM TECMA, S.L. | 8 | 11023510 | 0,839 | 35,54 | 45 | 80,54 |
| PRIM, S.A. | 9 | 11034059 | 349,00 | 0,79 | 45 | 45,79 |

Quinto.- Contra la presente Resolución, podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación ante este órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas¹, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado, a cuyos efectos deberá anunciarlo previamente mediante escrito presentado ante este órgano de contratación, en los términos regulados en el artículo 44 del citado Decreto Legislativo 3/2011

Opcionalmente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de la jurisdicción contenciosa-administrativa en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.

Sexto.- Notificar la presente Resolución a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante

Séptimo.- Conforme lo regulado en el artículo 156.3 del mencionado texto refundido, para la formalización del contrato deberán transcurrir QUINCE DÍAS HÁBILES desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, a cuyos efectos se indicará en el perfil del contratante la fecha exacta de la firma del contrato.

Murcia, 28 de Septiembre de 2016
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN
EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD



Fdo.: Francisco Agulló Roca

¹. Según Convenio publicado en el BOE nº 280, de 21 de noviembre de 2012. Dirección de la sede electrónica del TACRC: <http://tribunalcontratos.gob.es>.