



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA
EL SUMINISTRO DE:**

ELECTRODOS PARA RESECTOSCOPIA

Nº EXPEDIENTE: CS/9999/1100679666/16/ACPA



Primero. El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las prescripciones técnicas particulares que han de regir la contratación y ejecución del suministro del material contemplado en este expediente, con destino a los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Segundo. Las empresas oferentes se ajustarán en todos los casos a las especificaciones técnicas señaladas en el presente Pliego. Deberán presentar catálogos de los productos ofertados y las fichas técnicas de los mismos, así como cumplimentar en su totalidad el modelo "**APÉNDICE II: Relación de Productos Ofertados**".

Tercero. Se especificará la variable logística mínima de suministro de cada uno de los productos ofertados.

Cuarto. Todos los materiales habrán de disponer y ostentar el marcado CE. Además, el material sanitario, cumplirá las condiciones exigidas por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, así como la legislación vigente en materia de seguridad y salud.

Quinto. La empresa adjudicataria se comprometerá a mantener el stock suficiente en sus almacenes, para cubrir las necesidades de aprovisionamiento de los centros del SMS.

Sexto. Los adjudicatarios están obligados durante la vigencia del contrato a suministrar los artículos comprendidos en los lotes que le hayan sido adjudicados, así como a ceder el uso de los equipos, sistemas y tecnología necesarios previstos, en su caso, en los correspondientes lotes.

Las características técnicas de los productos objeto del presente concurso se describen en el Anexo del presente pliego.

Séptimo. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración.

Octavo. El SMS adquirirá, mediante pedidos o programaciones, las cantidades que vayan necesitando para su normal funcionamiento. Las cantidades presupuestadas son estimativas del consumo anual producido por los centros del Servicio Murciano de Salud, no estando obligados a la adquisición de su totalidad.

Noveno. Los adjudicatarios están obligados a mantener durante toda la vigencia del contrato la presentación del producto indicada en su oferta, salvo que, por motivos justificados y previa comunicación al órgano de contratación, resultara necesaria su modificación.



Los productos (en su presentación logística mínima) deberán incorporar código de barras basados en los estándares GS1, legible por cualquier tipo de lector. En caso contrario deberán indicar que estándar se ha empleado.

Décimo. El suministro se efectuará en un transporte adecuado, siendo responsable el proveedor de la mercancía hasta su entrega en los almacenes del SMS. Las mercancías que así lo requieran, serán acondicionadas en palets de 0,80 x 1,20 m y con una altura máxima de 1,80 m.

En el caso que se entregue alguna mercancía superando la altura máxima indicada, será responsabilidad del adjudicatario gestionar su devolución para que sea entregado nuevamente con las dimensiones máximas indicadas o bien sufragar los gastos derivados de la repaletización del mismo por parte del SMS.

Los gastos de transporte, incluidos los casos de devolución del material en los casos que se aplique, serán a cargo del adjudicatario.

Undécimo. El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de **120 horas** desde la recepción del pedido.

Los pedidos calificados de urgentes por los Centros peticionarios serán suministrados en el plazo de **24 horas** siguientes a la recepción del pedido si esta es anterior a las 12:00 horas, y **48 horas** siguientes a la recepción del pedido si es posterior a las 12:00 horas.

En el caso que no se produzca el cumplimiento de los plazos de entrega sin causa justificada previamente, por parte del adjudicatario, se procederá a aplicar las penalizaciones correspondientes por parte del SMS (ver pliego administrativo).

Cualquier modificación de estas condiciones una vez adjudicado el expediente deben ser autorizadas por el SMS, previa justificación de las causas argumentadas para el cambio por la empresa en cuestión. En caso contrario, se aplicarán las penalizaciones correspondientes incluidas en los pliegos administrativos de este expediente.

Duodécimo. El material deberá ser entregado en el Almacén Central del Servicio Murciano de Salud (Plataforma Logística), o en su caso, en los Almacenes Generales de los Centros del Servicio Murciano de Salud para los que este haya autorizado su compra.



- **Las direcciones de dichos almacenes figurarán en los pedidos que a tal efecto les sean cursados a las empresas.**

En todo caso la mercancía será depositada por el transportista en el área de descarga habilitada al efecto en el almacén central o centro peticionario y deberá disponer de los útiles propios para su transporte (transpaleta, carro, etc.) y personal necesario para su descarga.

Decimotercero. Se entenderá hecha la entrega cuando, depositada la mercancía en el almacén y examinada, se encuentre de conformidad con las prescripciones técnicas y administrativas aprobadas.

Si en el momento de la entrega, se estima que el material no se encuentra en estado de ser recibido, se hará constar así en dicho acto y se darán las instrucciones precisas al suministrador para que remedie los efectos observados o proceda a nuevo suministro, de conformidad con lo pactado.

Decimocuarto. La empresa adjudicataria aportará la formación e información necesarias para la utilización de los productos objeto de este contrato.

Decimoquinto. La información técnica en formato digital presentada en los expedientes de contratación centralizada de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS, deberá respetar estrictamente las siguientes normas:

- La información técnica (contenido del **Sobre B: criterios cuantificables por juicios de valor**) constará de dos ficheros:
 1. **Apéndice II: relación de productos ofertados**, que se presentará en formato Excel (este fichero forma parte de la documentación del expediente y tan solo deberán cumplimentarse los lotes a los que se licite, dejando en blanco el resto).
 2. Información técnica.
- La información técnica se presentará en una carpeta/directorio con el nombre de la empresa la cual contendrá tantas subcarpetas/subdirectorios como lotes a los que licite, nombrados de la siguiente manera: Lote X EMPRESA, donde X será el número de lote y el término EMPRESA será sustituido por el nombre de la empresa licitadora (por ejemplo, para el lote 1 la empresa SMS presentaría la documentación en una subcarpeta denominada Lote 1 SMS, y así sucesivamente para cada uno de los lotes a los que concurra).
- Dentro de cada subcarpeta deberá incluirse, en **formato pdf** (con permiso de copia de texto), la ficha técnica del producto ofertado,



catálogos o folletos descriptivos que puedan ampliar la información de dicha ficha técnica, así como la documentación referente a las normativas exigidas, y todo cuanto pueda ser válido para la valoración técnica del producto y relacionado con los criterios de valoración, independientemente de que sean comunes a otros lotes.

- No deberá presentarse información de otros lotes en las subcarpetas que no les corresponda.
- El no cumplimiento de estas normas podrá ser objeto de la no valoración de las mismas, exigiéndose su corrección a fin de evitar su exclusión en el expediente.

Murcia, 21 de enero de 2016

Manuel Nicolás García
Unidad de Aprovisionamiento Integral
Jefe de Sección Planificación de Compras



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRODOS RESECTOSCOPIA DESECHABLES CON DESTINO A LOS CENTROS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

LOTE 1

ELECTRODOS BIPOLARES RESECTOSCOPIA

(Para utilizar con generador de alta frecuencia AUTOCON II convalidable resectoscopios bipolares de KARL STORZ)

Electrodos de corte, coagulación y vaporización, diferentes formas, utilizable con energía bipolar plasmaquímica, adaptable para ópticas con angulación de visión de 12 y/o 30ª, con identificación por código de colores según medida y diámetro, con una longitud de 285mm, con polo positivo y negativo en extremo distal del electrodo, doble varilla para envío y retorno de la corriente, aislado del resto de componentes del resector; transmisión de la corriente por electrodo no por vaina. Adaptable a vainas de diferentes diámetros, 24 y 26 Fr y diferentes anchos de corte.

11029315

**ELECTRODO BIPOLAR RESECTOSCOPIA PUNTA AGUJA CORTE/
COAGULACIÓN 3,5X285MM**

11048124

**ELECTRODO BIPOLAR RESECTOSCOPIA BOTÓN COAGULACIÓN/
VAPORIZACIÓN 2X285MM**

11024071

**ELECTRODO BIPOLAR RESECTOSCOPIA LAZO CORTE/ COAGULACIÓN
5X285MM**

**La empresa deberá ceder sin coste alguno los equipos necesarios para el uso correcto del material relacionado; así como cualquier actualización y/o mejora técnica posterior que incida sobre los mencionados materiales. La empresa se encargará, igualmente, del correcto mantenimiento de los aparatos cedidos y de la sustitución de los mismos en caso de avería u otras circunstancias que incidan sobre la correcta utilización de los mismos.*

LOTE 2

ELECTRODO BIPOLAR RESECTOSCOPIA

(Para utilizar con generador PKSuperpulse convalidables resectoscopios bipolares con suero salino TURis de OLYMPUS)



Electrodos de corte, coagulación y vaporización, diferentes formas, utilizable con energía bipolar plasmaquinética, adaptable para ópticas con angulación de visión de 12 y/o 30ª, con identificación por código de colores según medida y diámetro, con una longitud de 265mm, con cable bipolar de 4 metros de longitud y con bornes independientes de conexión a resector. Electrodo con varilla guía unitaria de transmisión de energía. Adaptable a vainas de diferentes diámetros, 24, 26 y 27 Fr y diferentes anchos de corte. Desechable. Estéril.

11050554

**ELECTRODO BIPOLAR RESECTOSCOPIA LAZO CORTE/ COAGULACIÓN
ÓPTICA 30° 5X265MM**

11048614

**ELECTRODO BIPOLAR RESECTOSCOPIA LAZO CORTE/ COAGULACIÓN
ÓPTICA 12° 6,35X265MM**

11050144

**ELECTRODO BIPOLAR RESECTOSCOPIA BOTÓN COAGULACIÓN/
VAPORIZACIÓN 2,5X265MM**

11050553

**ELECTRODO BIPOLAR RESECTOSCOPIA AGUJA CORTE/
COAGULACIÓN 4X265MM**

11048714

**ELECTRODO BIPOLAR RESECTOSCOPIA BANDA CORTE/
COAGULACIÓN ÓPTICA 30° 6X265MM**

**La empresa deberá ceder sin coste alguno los equipos necesarios para el uso correcto del material relacionado; así como cualquier actualización y/o mejora técnica posterior que incida sobre los mencionados materiales. La empresa se encargará, igualmente, del correcto mantenimiento de los aparatos cedidos y de la sustitución de los mismos en caso de avería u otras circunstancias que incidan sobre la correcta utilización de los mismos.*

LOTE 3

ELECTRODO MONOPOLAR RESECTOSCOPIA

(Para utilizar con resectoscopios RICHARD WOLF)

Electrodo monopolar de corte para resectoscopios con sistema óptico de 4 mm, 30°, 25°, 12° para vainas 24/27Ch; lazo de alambre de 0,3mm. Desechable. Estéril.

11038463

**ELECTRODO MONOPOLAR RESECTOSCOPIA ASA CORTE ACODADA
0,3MM 24/27CH**



LOTE 4
ELECTRODO MONOPOLAR RESECTOSCOPIA

Electrodo monopolar de corte para resectoscopios, acodado, un vástago guiador, 24/26Ch; con una longitud de 285mm; lazo de alambre de 0,4mm. Conexión estándar compatible con los generadores existentes en las distintas áreas de salud. Desechable. Estéril.

11028184
ELECTRODO RESECCION MONOPOLAR ASA CORTE ACODADA
VÁSTAGO GUIADOR 24/26CH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES A TODOS LOS LOTES:

- *Las medidas recogidas en la denominación de cada una de los lotes, son aproximadas.*
- *La ficha técnica del producto indicará, en castellano, todas las propiedades del producto según la normativa vigente.*
- *La descripción y características técnicas de cada uno de los lotes son a título informativo, estudiando la posibilidad de variaciones a estas; siempre bajo el cumplimiento de unos criterios técnicos mínimos.*

Murcia, 21 de enero de 2016


Guillermo A. Gómez Gómez
Jefe Servicio de Urología
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca


Juan Moreno Avilés
Jefe Servicio de Urología
Hospital Santa Lucía de Cartagena


Gregorio Hita Villaplana
Jefe Sección Urología
Hospital Universitario Morales Meseguer


Lucas Asensio Egea
Jefe Servicio de Urología
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao