

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: CS/9999/1100712897/16/PA.

OBJETO: Suministro de Apósitos no activos con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

LOTE 1 APÓSITO LÁMINA POLIURETANO TEJIDO SIN TEJER FIJACIÓN VÍAS

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

Las empresas BSN MEDICAL, SLU y LABORATORIOS URGO, S.L.U no cumplen con las prescripciones del pliego técnico al no presentar en todas las presentaciones las tiras de refuerzo

Referente a la manipulación es muy superior en la agilidad de su aplicación, la empresa 3M ESPAÑA, S.L. con láminas accesorias más fáciles de desplegar así como una adhesividad más adecuada, mayor permanencia en el tiempo, mejor resistencia a la fricción y buena permeabilidad.

El resto de empresas se comportan de manera similar en cuanto a una menor resistencia a la fricción y humedad a la vez de una permanencia inferior; presentando mayor dificultad a la manipulación los apósitos de la empresa SMITH&NEPHEW S.A.U al carecer de marco de aplicación.

Referente a la presentación es similar en todas las empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	30	5	35
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	5	15
INTERSURGICAL ESPAÑA,S.L.	10	5	15
SMITH&NEPHEW S.A.U.	5	5	10
BSN MEDICAL, SLU	NC	NC	NC
LABORATORIOS URGO, S.L.U.	NC	NC	NC

LOTE 2 APÓSITO LÁMINA POLIURETANO TEJIDO SIN TEJER CON CLORHEXIDINA FIJACIÓN VÍAS

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	35	5	40

LOTE 3 APÓSITO LÁMINA POLIURETANO REFUERZO GLOBAL TEJIDO SIN TEJER FIJACIÓN VÍAS

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

Referente a la manipulación es muy superior en la agilidad de su aplicación, la empresa 3M ESPAÑA, S.L. con láminas accesorias más fáciles de desplegar, así como una adhesividad más adecuada, mayor permanencia en el tiempo, mejor resistencia a la fricción y mejor permeabilidad.

Referente a la presentación es similar en las dos empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	35	5	40
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	5	15

LOTE 4 APÓSITO ADHESIVO FIJACIÓN CATÉTERES 6-18FR

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

El apósito presentado por la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. presenta mayor flexibilidad, adaptación a todas las medidas y mayor comodidad para el paciente al no presentar superficies rígidas para la fijación, además de una única referencia válida para todos los catéteres. La empresa BARD DE ESPAÑA, SAU presenta referencias diferentes para los distintos calibres, resultando la de mayor diámetro escasa para la fijación de determinados catéteres.

La presentación es valorada de igual manera en ambas empresas.
Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	20	5	25
BARD DE ESPAÑA, SAU	10	5	15

LOTE 5 SISTEMA FIJACIÓN TUBO TRAQUEAL PEDIÁTRICO Y NEONATAL

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

No existen empresas licitadoras a este lote.

LOTE 6 APÓSITO FIJACIÓN CATÉTER VENOSO CENTRAL Y PICC

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

Referente a la manipulación se considera más adecuado el apósito presentado por la empresa BARD DE ESPAÑA, SAU por ser más adaptable, permitir una mejor transpiración y obtener una fijación superior sobre el presentado por la empresa B.BRAUN SURGICAL, S.A.

La presentación es valorada de igual manera en ambas empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
BARD DE ESPAÑA, SAU	30	5	35
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	10	5	15

LOTE 7 APÓSITO ABSORBENTE ADHESIVO COMPRESA CENTRAL ALGODÓN O CELULOSA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos

- Absorción 15 puntos
- Presentación 05 puntos

La empresa IBERHOSPITEX, S.A. presenta el apósito considerado con mejor manipulación, por la facilidad de su aplicación, durabilidad y adaptación; tras esta, el resto de empresas, se comportan de forma similar; inferiores en durabilidad, precisan mayor manipulación y presentan peor adaptabilidad.

Referente a la absorción, es el apósito de IBERHOSPITEX, S.A. el considerado como el de mejor absorción.

La presentación es similar en todas las empresas excepto la presentada por la empresa IBERHOSPITEX, S.A., con cajas de peor calidad, que se deterioran con mayor facilidad.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 25	ABSORCIÓN 15	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
IBERHOSPITEX, S.A.	20	10	1	31
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	5	3	18
FARMABAN, S.A.	10	5	3	18
IMARK-HOSPITAL, S.L.	10	5	3	18
Laboratorios HARTMANN, S.A.	10	3	3	16

LOTE 8 APÓSITO PLÁSTICO AEROSOL

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
INIBSA HOSPITAL, S.L.	35	5	40

LOTE 9 TIRA ADHESIVA PLÁSTICO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

Referente a la manipulación se considera que las "tiritas" presentadas por las empresas IBERHOSPITEX, S.A. y Laboratorios HARTMANN, S.A. presentan menor transpirabilidad; la adhesividad es excesiva en la empresa IBERHOSPITEX, S.A., frente a la presentada por la empresa BSN MEDICAL, SLU y Laboratorios HARTMANN, S.A. con adhesividad adecuada.

La presentación es superior en las empresas BSN MEDICAL, SLU y Laboratorios HARTMANN, S.A. sobre las presentadas por la empresa IBERHOSPITEX, S.A., con cajas de peor calidad, que se deterioran con facilidad.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
BSN MEDICAL, SLU	30	5	35
Laboratorios HARTMANN, S.A	20	5	25
IBERHOSPITEX, S.A.	10	2	12

LOTE 10 TIRA ADHESIVA TEJIDO ELÁSTICO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

Referente a la manipulación se considera que las "tiritas" presentadas por la empresa Laboratorios HARTMANN, S.A. presenta muy poca transpirabilidad y adhesividad menos adecuada frente a la presentada por la empresa BSN MEDICAL, SLU con mejor adhesividad y mayor transpirabilidad.

La presentación es similar en ambas de empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
BSN MEDICAL, SLU	30	5	35
Laboratorios HARTMANN, S.A	15	5	20

LOTE 11 APÓSITO BOLSA CATÉTER

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

La empresa IBERHOSPITEX, S.A. presenta un apósito que se adapta mucho mejor al catéter y una adhesividad muy adecuada, por lo que requiere menor manipulación y presenta mayor durabilidad que el presentado por la empresa AMEBIL, S.L.

La presentación es superior en la empresa AMEBIL, S.L. sobre la presentada por la empresa IBERHOSPITEX SA, esta última con cajas de peor calidad, que se deterioran con mayor facilidad.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
IBERHOSPITEX, S.A.	35	3	38
AMEBIL, S.L.	10	5	15

LOTE 12 APÓSITO ABSORBENTE ALGODÓN O CELULOSA TRAQUEOSTOMÍA AGUJERO PREFORMADO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

La empresa MEDTRONIC, S.L. no cumple con los requisitos del pliego técnico al no presentar las medidas solicitadas.

La empresa FRANCISCO CHINER S.L. presenta una capa interior de algodón que desprende fibras a su cortado con el consiguiente riesgo en vía aérea, posibilidad de error al diferenciar la capa permeable, además de ser un apósito con peor adaptabilidad y permeabilidad que el presentado por la empresa LABORATORIOS INDAS, S.A.U.

La presentación es similar en ambas de empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	25	5	30
FRANCISCO CHINER S.L.	10	5	15
MEDTRONIC, S.L.	NC	NC	NC

LOTE 13 APÓSITO OCULAR ADULTO ADHESIVO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos

- Absorción 15 puntos
- Presentación 05 puntos

La empresa BSN MEDICAL, SLU no cumple con los requisitos del pliego técnico al presentar un apósito no estéril.

La otra empresa licitadora, MEDILEVEL, S.A., cumple con los requisitos del pliego técnico y es considerado como válida.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 25	ABSORCIÓN 15	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
MEDILEVEL, S.A.	10	5	5	20
BSN MEDICAL, SLU	NC	NC	NC	NC

LOTE 14 APÓSITO OCULAR ADULTO NO ADHESIVO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Partículas 15 puntos
- Presentación 05 puntos

La empresa mejor valorada en manipulación es la empresa BSN MEDICAL, SLU, por su adaptabilidad, confort para el paciente y su diseño con bordes sellados que impiden la pérdida de material; las otras empresas son peores valoradas en adaptabilidad que dificulta su manipulación, así como presentar bordes no sellados que permite la pérdida de partículas.

Referente al resto de ítems las empresas se comportan de forma similar.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	PARTÍCULAS 10	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
BSN MEDICAL, SLU	30	10	5	45
Laboratorios HARTMANN, S.A.	15	5	5	25
MEDTRONIC, S.L.	15	5	5	25

LOTE 15 FIJADOR SONDA VESICAL

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
CONVATEC,S.L.	30	5	35

LOTE 16 FIJADOR SONDA NASAL

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

Referente a la manipulación se considera de mejor y más rápida manipulación al presentado por la empresa CONVATEC, S.L. sobre el de la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. que se presenta una adhesividad excesiva y se pega sobre sí mismo antes de su colocación.

Referente a la presentación es similar en ambas empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
CONVATEC,S.L.	20	5	25
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	10	5	15

LOTE 17 FIJADOR CATÉTER EPIDURAL

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Presentación 05 puntos

Referente a la manipulación se considera muy superior la manipulación de la empresa CONVATEC SL frente al resto de casas licitadoras, siendo mejor valorada la fijación y resistencia a la tracción en el apósito de la empresa CONVATEC,S.L. que confiere una mayor protección y estabilidad a la vez que mejor adaptabilidad y rapidez de colocación y confort por su base hidrocoloide. El resto de empresas B. BRAUN MEDICAL SA, BARD DE ESPAÑA SAU, INTERSURGICAL ESPAÑA SL y SMITHS MEDICAL ESPAÑA requieren una mayor manipulación, su fijación es inferior sobre todo ante tracción y por consiguiente un mayor tiempo de colocación.

Referente a la presentación es similar en todas las empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 40	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
CONVATEC,S.L.	30	5	35
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	10	5	15
BARD DE ESPAÑA, SAU	10	5	15
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	10	5	15
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	10	5	15

LOTE 18 APÓSITO LÁMINA POLIURETANO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adhesividad 10 puntos
- Presentación 05 puntos

Referente a la manipulación la empresa mejor valorada es IBERHOSPITEX, S.A por su rapidez de manejo y adaptabilidad; una mayor manipulación se pone de manifiesto en el resto de empresas que son más difíciles de manipular por una mayor rigidez.

Referente a la adhesividad es más adecuada en la empresa IBERHOSPITEX, S.A, siendo muy inferior en las empresas BARNA IMPORT MEDICA S.A., BSN MEDICAL, SLU e INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.

La presentación es similar en todas las empresas, nuevamente la caja de la empresa IBERHOSPITEX, S.A se considera de inferior calidad que la de resto de empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
IBERHOSPITEX, S.A.	25	8	4	37
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	3	5	18
BSN MEDICAL, SLU	10	3	5	18
INTERSURGICAL ESPAÑA,S.L.	10	3	5	18

LOTE 19 CAMPO QUIRÚRGICO LÁMINA POLIURETANO ADHESIVO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adhesividad 10 puntos

- Presentación 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
IBERHOSPITEX, S.A.	25	8	4	37

LOTE 20 CAMPO QUIRÚRGICO LAMINA POLIESTER

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adhesividad 10 puntos
- Presentación 05 puntos

La empresa IBERHOSPITEX, S.A. no cumple al no presentar el material indicado en el pliego técnico, como indica el descriptor se solicita poliéster y esta empresa presenta poliuretano.

La empresa 3M ESPAÑA, S.L. cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	25	8	5	38
IBERHOSPITEX, S.A.	NC	NC	NC	NC

LOTE 21 CAMPO QUIRÚRGICO LÁMINA POLIETILENO/POLIESTER ADHESIVO FENESTRADO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adhesividad 10 puntos
- Presentación 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	25	8	5	38

LOTE 22 CAMPO QUIRÚRGICO LÁMINA POLIETILENO ARO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adhesividad 10 puntos
- Presentación 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	25	8	5	38

LOTE 23 CAMPO QUIRÚRGICO LÁMINA POLIETILENO BOLSA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adhesividad 10 puntos
- Presentación 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	25	8	5	38

LOTE 24 CAMPO QUIRÚRGICO LÁMINA POLIÉSTER POVIDONA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adhesividad 10 puntos

- Presentación 05 puntos
- Actividad antimicrobiana 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 25	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	ACT ANTIMICRO 5	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	20	8	5	5	38

LOTE 25 APÓSITO ANTIMICROBIANO DISCO PROTECCIÓN CATÉTER

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adhesividad 10 puntos
- Presentación 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
DISMEVAL S.L.	25	8	5	38

LOTE 26 APÓSITO ANTIMICROBIANO PROTECCIÓN TRAQUEOSTOMÍA FENESTRADO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adhesividad 10 puntos
- Presentación 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
-----------	--------------------	-------------------	-------------------	-------

DISMEVAL S.L.	25	8	5	38
---------------	----	---	---	----

LOTE 27 APÓSITO POSTQUIRÚRGICO FIBRA HIDROCOLOIDE CON IONES DE PLATA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adhesividad 10 puntos
- Presentación 05 puntos
- Actividad antimicrobiana 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 25	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	ACT ANTIMICRO 5	TOTAL
CONVATEC,S.L.	20	8	5	5	38

LOTE 28 APÓSITO GRASO DIGITAL

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adhesividad 10 puntos
- Presentación 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con todos los requisitos técnicos exigidos y recibe una valoración positiva en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	ADHESIVIDAD 10	PRESENTACIÓN 5	TOTAL
IZASA HOSPITAL, S.L.U	25	8	5	38

LOTE 29 APOSITO ABSORBENTE BAJA ADHERENCIA ALTA ABSORCIÓN

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos



- Absorción 10 puntos
- Presentación 05 puntos

No existen empresas licitadoras a este lote.

LOTE 30 ROLLO FIELTRO ADHESIVO HIPOALERGENICO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Absorción 10 puntos
- Presentación 05 puntos

No existen empresas licitadoras a este lote.

Murcia, 25 de mayo de 2017

Juan Antonio Sánchez Pérez
Supervisor RR.MM. Área I
Hospital Virgen de la Arrixaca

Juan Manuel Romero Pelegrín
Supervisor RR.MM. Área II
Hospital de Santa Lucía

Félix Peñalver Hernández
Supervisor RR.MM. Área VI
Hospital Morales Meseguer