

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: 1100907678/19

OBJETO: SUMINISTRO DE EXPANSORES Y PRÓTESIS MAMARIAS.

LOTE 1

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- | | |
|---|-----------|
| - Opciones de tamaño, alturas y proyecciones. | 10 puntos |
| - Aportación de evidencia científica. | 10 puntos |
| - Marcado FDA. | 10 puntos |
| - Resistencia contrastada, documentada. | 05 puntos |
| - Tipos de texturado. | 05 puntos |
| - Tipos de cohesividad de gel. | 04 puntos |
| - Correspondencia directa con los expansores. | 04 puntos |
| - Expansor mallado. | 01 puntos |

Todos los materiales presentados por las dos empresas licitadoras, BIOCALBLAN S.L. y JOHNSON & JOHNSON, S.A. cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico. Ambas empresas evidencian rapidez y asequibilidad en el suministro del material protésico, especialmente BIOCALBLAN S.L., lo que justifica las pequeñas diferencias de puntuación.

La puntuación de los diferentes items se ha basado en la importancia de los mismos, de forma que a la variedad de alturas y proyecciones en los expansores se le ha asignado la mayor valoración, y en el caso de las prótesis a la evidencia científica (publicaciones, ensayos...) que corrobora su eficiencia.

Respecto a los expansores mamarios, ambas empresas aportan la calidad y variedad exigida. La mínima diferencia en la baremación se ha basado fundamentalmente en el aspecto de altura y proyecciones, donde la empresa BIOCALBLAN, S.L. presenta mayor variedad que los ofertados por la empresa JOHNSON & JOHNSON, S.A. La evidencia científica demuestra la seguridad en el uso de expansores de ambos proveedores, y éstos cuentan con el marcado por la FDA, como indicador de garantía. Ambos cuentan con mallado-texturado en sus expansores.

Las prótesis de ambas empresas cumplen con el nivel de exigencia en cada uno de los apartados, siendo la empresa BIOCALBLAN, S.L. superior a JOHNSON & JOHNSON, S.A. en texturado y correspondencia con los expansores; de ahí su puntuación.

Así, la puntuación final es la siguiente:

	Punt. máxima	JOHNSON & JOHNSON, SA	BIOCALBLAN, SL
Proyecciones, tamaños...	10	09	10
Aportación evidencia científica	10	10	10
FDA	10	10	10
Resistencia contrastada	05	05	05
Tipos de texturado	05	04	05
Tipos cohesividad de gel	04	04	04
Correspondencia expansores	04	03	04
Expansor mallado	01	01	01
TOTAL	49	46	49

LOTE 2 PRÓTESIS MAMA GEL RECUBIERTA MICROPOLIURETANO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Aportación de evidencia científica. 15 puntos
- Marcado FDA. 10 puntos
- Opciones de proyección y tamaño. 05 puntos
- Tipos de texturado. 05 puntos
- Correspondencia directa con los expansores. 05 puntos
- Resistencia contrastada, documentada. 05 puntos
- Tipos de cohesividad de gel. 04 puntos


Todos los materiales presentados por la única empresa licitadora, BIOCABLAN S.L. cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico.

Como en las prótesis anteriores, la importancia de los ítems ha marcado su valor en puntos, siendo la evidencia científica en su utilización el ítem más valorado. Estas prótesis cumplen con la máxima puntuación en cada uno de los apartados.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	PRÓTESIS MAMARIA REDONDAS Y ANATÓMICAS							TOTAL
	Evidencia científica 15 puntos	Marcado FDA 10 puntos	Proyec./ tamaño 5 puntos	Texturado 5 puntos	Corresp. expansores 5 puntos	Resist. 5 puntos	Cohesivid. gel 4 puntos	
BIOCABLAN S.L.	15	10	5	5	5	5	4	49

Murcia, 6 de mayo de 2020



Clemente Fernández Pascual
Unidad de Mama Área I



Virginia López Castillo
Unidad de Mama Área II



Luis Carrasco González
Unidad de Mama Área VI



Antonio José Fernández López
Unidad de Mama Área VII