



EXP. Nº: CS/9999/1100863980/2018/PA (254), por Licitación Electrónica

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE "AGUJAS DESECHABLES, DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN Y EXTRACCIÓN, LANCETAS DE PUNCIÓN Y CORTE DESECHABLES" CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE C "CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA" y propuesta de adjudicación.

ASISTENTES

PRESIDENTE:

D. José Alejandro Blázquez Román
Asesor Facultativo Servicio de
Obras y Contratación del SMS

VOCALES:

Dña. Consuelo Chicano Saura
Servicio Jurídico del SMS.

Dña. Manuela Conesa Lucas
Intervención Delegada del SMS

Dña. Manuela Cantos Verdejo
Servicio de Obras y Contratación

D. Angel Villalba Bravo
Servicio de Control Interno del SMS

SECRETARIO:

D. Manuel Bejarano García
Técnico Grupo Gestión del Servicio
de Obras y Contratación

En Murcia, a diecinueve de julio de 2019, siendo las 10:50 horas, se constituye la Junta de Contratación, cuyos miembros constan al margen, para proceder a la apertura de la documentación acreditativa de los criterios cuantificables de forma automática (Sobre C), en los términos previstos en el artículo 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en relación con el artículo 22 del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público.

Igualmente y de forma expresa, los miembros que constituyen la presente Mesa, manifiestan no estar incurso en supuestos de conflicto de intereses, en los términos expuestos en el art.64 de la Ley anteriormente mencionada.

A esta contratación han presentado oferta electrónica, las Empresas:

- 1.- AKRALAB, S.L.
- 2.- B.BRAUN MEDICAL, S.A.
- 3.- BECTON DICKINSON, S.A.
- 4.- DISTRAUMA MEDICAL, S.L.
- 5.- GARRICMEDICA, S.L.
- 6.- GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.
- 7.- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- 8.- KRAPE, S.A.
- 9.- LAMBRA, S.L.
- 10.- MEDILEVEL, S.A.
- 11.- NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.



- 12.- PALEX MEDICAL S.A.
- 13.- PROSAGA, S.L.
- 14.- SARSTEDT, S.A.U.
- 15.- SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.
- 16.- SUMINISTROS MEDICOS DE MURCIA, S.L.
- 17.- TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
- 18.- YPSOMED DIABETES, S.L.U.

Al acto público asisten: Se adjunta hoja de firma de empresas que asisten a la mesa de apertura "sobre C".

En primer lugar, comienza el acto público dándose lectura del anuncio del contrato así como del resultado de la valoración de la documentación técnica incluida en el sobre B, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa de la inadmisión.

A continuación, por cada uno de los miembros de la Junta de Contratación se introduce su clave privada en la Plataforma de Licitación Electrónica del Servicio Murciano de Salud a efectos de proceder a la apertura de los sobres electrónicos C presentadas por las distintas empresas licitadoras.

Una vez efectuada la valoración de ofertas el resultado final es el que consta en el anexo: Listado Resumen sobre C que se adjunta a la presente acta.

Acabada la lectura, se da por concluido el acto público de este expediente.

A continuación la Junta de Contratación, actuando como Mesa de Contratación, adopta los siguientes acuerdos:

Primero: Proponer la adjudicación a los licitadores y en los lotes que se indican en el anexo: Listado ADJUDICATARIOS que se adjunta a la presente acta.

Segundo: Declarar desiertos los lotes que se indican a continuación y por los motivos que igualmente se indican:

Lotes:	Motivo:
2 y 3	Por falta de concurrencia
6	Por superar el precio de licitación BECTON DICKINSON, S.A., la única empresa que cumple con las prescripciones técnicas en este lote.
7	Por superar el precio de licitación las empresas BECTON DICKINSON, S.A. y SUMINISTROS MEDICOS DE MURCIA, S.L., las únicas empresas que cumplen con las prescripciones técnicas en este lote.
8	Por superar el precio de licitación la empresa SUMINISTROS MEDICOS DE MURCIA, S.L. la única empresa que cumple con las prescripciones técnicas en este lote.



Tercero: Excluir a todas aquellas empresas y en los lotes que se citan en el informe técnico adjunto, por no superar el umbral técnico mínimo, o por no cumplir con alguna/s de las condiciones y requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente licitación.

Cuarto: Designar como persona responsable del seguimiento de la ejecución de este contrato, a **D. Manuel Nicolás García**, a quien corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las prestaciones que se pacten con las empresas adjudicatarias.

Finalmente, siendo las 11:10 horas, en el lugar y día indicado en el inicio, se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firman los componentes de la Mesa de Contratación.

EL PRESIDENTE

D. José Alejandro Blázquez Román.

VOCAL

Dña. Consuelo Chicano Saura

VOCAL

Dña. Manuela Conesa Lucas

VOCAL

D. Ángel Villalba Bravo

VOCAL

Dña. Manuela Cantos Verdejo

EL SECRETARIO

D. Manuel Bejarano García

EXPEDIENTE: CS/9999/1100863980/18/PA (254), SUMINISTRO DE "AGUJAS DESECHABLES, DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN Y EXTRACCIÓN, LANCETAS DE PUNCIÓN Y CORTE DESECHABLES" CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD,



ACTO PÚBLICO DE APERTURA SOBRE C "CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE CIFRAS Y PORCENTAJES".

19 DE JULIO DE 2019 10:50 (OFERTAS ECONÓMICAS)

ASISTENTES:

<u>EMPRESA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>D.N.I.</u>
SMITHS MEDICAL	Leonar orde	773217514
Texpol-	León Caceresco	850789014
Alvarez S.	Don Renteria	22938108-N
Y Pousas	Fco. Jm	73372603-6
B. BROWN Medical S.A	Federico Díez	2743192003
Medilcevez	JOSE MARIA TENERA SORD	34818149-J
W. B. MUR	JOSÉ ARIE	27477184-M
Elise J. Reca.	Macateu,	34816769-J

EXPEDIENTE: CS/9999/1100863980/18/PA (254)

[illegible]

A handwritten signature, possibly 'A. J.', is written in dark ink. A large, bold 'X' is drawn over the signature, extending from the top left to the bottom right. The number '2' is written above the signature.

ADJUDICATARIOS


EXPEDIENTE: CS/9999/1100863980/18/PA AGUJAS DESECHABLES, DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN Y EXTRACCIÓN, LANCETAS DE PUNCIÓN Y CORTE DESECHABLES

EMPRESA	Lote	CÓDIGO	Denominación	Cantidad	Pr. Licit. Sin iva	Total Licit. Sin iva	PR Oferta sin iva	Total Oferta sin iva	Puntuación técnica	Puntuación económica	TOTAL
GARRIC MEDICA, S.L.	1	0001000000000 00011009450	AGUJA HIPODÉRMICA D..1 1/2" (1,22X38MM)	2.400	0,06	144	0,047	113	35	55	90
	1	0002000000000 00011000650	AGUJA HIPODÉRMICA D..X1 1/2" (0,91X38MM)	270.000	0,06	16.200	0,047	12.690	35	55	90
	1	0008000000000 00011002014	AGUJA HIPODÉRMICA D..5GX5/8" (0,51X16MM)	505.000	0,06	30.300	0,047	23.735	35	55	90
	1	0003000000000 00011000513	AGUJA HIPODÉRMICA D.. 20GX1" (0,91X25MM)	24.000	0,06	1.440	0,047	1.128	35	55	90
	1	0006000000000 00011003561	AGUJA HIPODÉRMICA D..X1 1/4" (0,71X32MM)	170.000	0,06	10.200	0,047	7.990	35	55	90
	1	0010000000000 00011040513	AGUJA TRANSFERENCIA..X1 1/2" (1,22X38MM)	7.900.000	0,03	229.100	0,021	165.900	35	55	90
	1	0004000000000 00011000602	AGUJA HIPODÉRMICA D..X1 1/2" (0,81X38MM)	2.400.000	0,06	144.000	0,047	112.800	35	55	90
	1	0005000000000 00011000447	AGUJA HIPODÉRMICA SEG21GX1" (0,81x25MM)	2.300.000	0,06	138.000	0,047	108.100	35	55	90
	1	0007000000000 00011008031	AGUJA HIPODÉRMICA D..23GX1" (0,61X25MM)	260.000	0,06	15.600	0,047	12.220	35	55	90
	1	0009000000000 00011009459	AGUJA HIPODÉRMICA D..GX 1/2" (0,31X13MM)	34.000	0,06	2.040	0,047	1.598	35	55	90
GREINER BIO- ONE ESPAÑA, S.A.U.	4	0015000000000 00011031667	EQUIPO EXTRACCIÓN S..1Gx3/4" (0,81X19MM)	810.000	0,39	315.900	0,332	268.920	35	55	90
	4	0016000000000 00011031668	EQUIPO EXTRACCIÓN S..3Gx3/4" (0,61X19MM)	17.000	0,39	6.630	0,332	5.644	35	55	90
	4	0017000000000 00011031693	EQUIPO EXTRACCIÓN S..5Gx3/4" (0,51X19MM)	12.000	0,39	4.680	0,370	4.440	35	55	90
	5	0020000000000 00011003501	EQUIPO INFUSIÓN ALE..5Gx3/4" (0,51X19MM)	7.500	0,20	1.500	0,198	1.485	31	55	86

ADJUDICATARIOS

EXPEDIENTE: CS/9999/1100863980/18/PA AGUJAS DESECHABLES, DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN Y EXTRACCIÓN, LANCETAS DE PUNCIÓN Y CORTE DESECHABLES

EMPRESA	Lote	CÓDIGO	Denominación	Cantidad	Pr. Licit. Sin iva	Total Licit. Sin iva	PR Oferta sin iva	Total Oferta sin iva	Puntuación técnica	Puntuación económica	TOTAL
GREINER BIO- ONE ESPAÑA, S.A.U.	5	001800000000 00011003499	EQUIPO INFUSIÓN ALE..1Gx3/4" (0,81X19MM)	3.000	0,20	600	0,198	594	31	55	86
	5	001900000000 00011003500	EQUIPO INFUSIÓN ALE..3Gx3/4" (0,61X19MM)	7.500	0,20	1.500	0,198	1.485	31	55	86
MEDILEVEL, S.A.	9	002900000000 00011003674	LANCETA 1MM PROELIND ALERGIA	1.500.000	0,05	67.500	0,029	43.395	23	55	78
	10	003000000000 00011041075	LANCETA CUCHILLA TA..UNIDAD, DESECHABLE	12.000	0,80	9.600	0,750	9.000	28	55	83
SUMINISTROS MEDICOS DE MURCIA, S.L.	10	003100000000 00011001738	LANCETA CUCHILLA TA..FUNDIDAD DESECHABLE	12.000	0,80	9.600	0,750	9.000	28	55	83
	11	003400000000 00011021027	LANCETA DISPOSITIVO..UNIDAD,	4.750.000	0,06	285.000	0,033	156.750	23	55	78
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	11	003200000000 00011000534	LANCETA DISPOSITIVO..UNIDAD,	1.500	0,06	90	0,033	50	23	55	78
	11	003300000000 00011003901	LANCETA DISPOSITIVO..UNIDAD,	132.000	0,06	7.920	0,033	4.356	23	55	78



AGUJAS DESECHABLES, DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN Y EXTRACCIÓN, LANCETAS DE PUNCIÓN Y CORTES DESECHABLES
EXPEDIENTE: CS/9999/1100863980/18/PA

AL TÉCNICO MÍNIMO

RESUMEN SOBRE C

EXPEDIENTE: CS/9999/1100863980/18/PA AGUAS DESECHABLES, DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN Y EXTRACCIÓN, LANCETAS DE PUNCIÓN Y CORTE DESECHABLES

1	0009000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0001000000000000	AGUA HIPODÉRMICA D..1	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0002000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0008000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0003000000000000	AGUA HIPODÉRMICA D..	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0006000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0010000000000000	AGUA	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,0290		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0004000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0005000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0007000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0009000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0001000000000000	AGUA HIPODÉRMICA D..1	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,0600		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0002000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,0600		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0008000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,0600		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0003000000000000	AGUA HIPODÉRMICA D..	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,0600		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0006000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,0600		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0010000000000000	AGUA	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,0290		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0004000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,0600		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0005000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,0600		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0007000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,0600		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
1	0009000000000000	AGUA HIPODÉRMICA	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,0600		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
2	11046593	AGUA TRANSFERENCIA		0,0600					NO OFERTAS
3	11001366	AGUA ALETA 22G 22MM		1,0000					NO OFERTAS
3	11001426	AGUA ALETA 23G 17MM		1,0000					NO OFERTAS
3	11050043	AGUA ALETA 214G 22MM		1,0000					NO OFERTAS
4	0015000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	BECTON DICKINSON, S.A.	0,3900	0,340	23	48,96	71,96	
4	0016000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	BECTON DICKINSON, S.A.	0,3900	0,340	23	48,96	71,96	
4	0017000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	BECTON DICKINSON, S.A.	0,3900	0,260	23	48,96	71,96	
4	0015000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	GREINER BIO-ONE ESPAÑA,	0,3900	0,332	35	55	90	
4	0016000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	GREINER BIO-ONE ESPAÑA,	0,3900	0,332	35	55	90	
4	0017000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	GREINER BIO-ONE ESPAÑA,	0,3900	0,370	35	55	90	
4	0015000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	GARRIC MEDICA, S.L.	0,3900		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO

RESUMEN SOBRE C

EXPEDIENTE: CS/9999/1100863980/18/PA AGUJAS DESECHABLES, DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN Y EXTRACCIÓN, LANCETAS DE PUNCIÓN Y CORTE DESECHABLES

4	0016000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	GARRIC MEDICA, S.L.	0,3900		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
4	0017000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	GARRIC MEDICA, S.L.	0,3900		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
4	0015000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,3900		18		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
4	0016000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,3900		18		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
4	0017000000000000	EQUIPO EXTRACCIÓN	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,3900		18		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
5	0020000000000000	EQUIPO INFUSIÓN	GREINER BIO-ONE ESPAÑA,	0,2000	0,198	31	55	86
5	0018000000000000	EQUIPO INFUSIÓN	GREINER BIO-ONE ESPAÑA,	0,2000	0,198	31	55	86
5	0019000000000000	EQUIPO INFUSIÓN	GREINER BIO-ONE ESPAÑA,	0,2000	0,198	31	55	86
5	0020000000000000	EQUIPO INFUSIÓN	BECTON DICKINSON, S.A.	0,2000		20		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
5	0018000000000000	EQUIPO INFUSIÓN	BECTON DICKINSON, S.A.	0,2000		20		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
5	0019000000000000	EQUIPO INFUSIÓN	BECTON DICKINSON, S.A.	0,2000		20		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
5	0020000000000000	EQUIPO INFUSIÓN	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,2000		20		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
5	0018000000000000	EQUIPO INFUSIÓN	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,2000		20		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
5	0019000000000000	EQUIPO INFUSIÓN	NACATUR,2 ESPAÑA, S.L.	0,2000		20		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0024000000000000	AGUJA PLUMA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,2000		30	55	85
6	0021000000000000	AGUJA PLUMA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,0400	0,055	30	55	85
6	0023000000000000	AGUJA PLUMA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,0400	0,055	30	55	85
6	0025000000000000	AGUJA PLUMA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,2000	0,250	30	55	85
6	0022000000000000	AGUJA PLUMA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,0400	0,055	30	55	85
6	0024000000000000	AGUJA PLUMA	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	0,2000		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0021000000000000	AGUJA PLUMA	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	0,0400		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0023000000000000	AGUJA PLUMA	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	0,0400		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0025000000000000	AGUJA PLUMA	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	0,2000		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0022000000000000	AGUJA PLUMA	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	0,0400		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0024000000000000	AGUJA PLUMA	PROSAGA SL	0,2000		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0021000000000000	AGUJA PLUMA	PROSAGA SL	0,0400		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0023000000000000	AGUJA PLUMA	PROSAGA SL	0,0400		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0025000000000000	AGUJA PLUMA	PROSAGA SL	0,2000		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0022000000000000	AGUJA PLUMA	PROSAGA SL	0,0400		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0024000000000000	AGUJA PLUMA	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	0,2000		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0021000000000000	AGUJA PLUMA	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	0,0400		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0023000000000000	AGUJA PLUMA	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	0,0400		21		NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO

RESUMEN SOBRE C

EXPEDIENTE: CS/9999/1100863980/18/PA AGUAS DESECHABLES, DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN Y EXTRACCIÓN, LANCETAS DE PUNCIÓN Y CORTE DESECHABLES

6	0025000000000000	AGUA PLUMA	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	0,2000		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0022000000000000	AGUA PLUMA	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	0,0400		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0024000000000000	AGUA PLUMA	YPSOMED DIABETES, S.L.U.	0,2000		19			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0021000000000000	AGUA PLUMA	YPSOMED DIABETES, S.L.U.	0,0400		19			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0023000000000000	AGUA PLUMA	YPSOMED DIABETES, S.L.U.	0,0400		19			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0025000000000000	AGUA PLUMA	YPSOMED DIABETES, S.L.U.	0,2000		19			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
6	0022000000000000	AGUA PLUMA	YPSOMED DIABETES, S.L.U.	0,0400		19			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
7	11019269	PORTATUBOS LUER CON	BECTON DICKINSON, S.A.	0,1500	0,250	30			SUPERA PRECIO LICITACIÓN
7	11019269	PORTATUBOS LUER CON	SUMINISTROS MEDICOS DE MURCIA, S.L.	0,1500	0,240	30			SUPERA PRECIO LICITACIÓN
7	11019269	PORTATUBOS LUER CON	GREINER BIO-ONE ESPAÑA,	0,1500		18			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
7	11019269	PORTATUBOS LUER CON	AKRALAB, S.L.	0,1500		NC			NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
7	11053284	PORTATUBO	EPÍGRAFE DESISTIDO	0,7000					EPÍGRAFE DESISTIDO
8	11032323	AGUA EXTRACCIÓN	SUMINISTROS MEDICOS DE	0,2200	0,340	36			SUPERA PRECIO LICITACIÓN
8	11032323	AGUA EXTRACCIÓN	BECTON DICKINSON, S.A.	0,2200		NC			NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
8	11032323	AGUA EXTRACCIÓN	GREINER BIO-ONE ESPAÑA,	0,2200		NC			NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
8	11032323	AGUA EXTRACCIÓN	PALEX MEDICAL, S.A.	0,2200		NC			NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
8	11032323	AGUA EXTRACCIÓN	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,2200		NC			NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
9	0029000000000000	LANCETA 1MM	MEDILEVEL, S.A.	0,0450	0,029	23	55	78	
9	0029000000000000	LANCETA 1MM	KRAPE SA	0,0450	0,035	35	34,23	69,23	
10	0030000000000000	LANCETA CUCHILLA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,8000	0,799	28	1,1	29,1	
10	0031000000000000	LANCETA CUCHILLA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,8000	0,799	28	1,1	29,1	
10	0030000000000000	LANCETA CUCHILLA	SUMINISTROS MEDICOS DE	0,8000	0,750	28	55	83	
10	0031000000000000	LANCETA CUCHILLA	SUMINISTROS MEDICOS DE	0,8000	0,750	28	55	83	
10	0030000000000000	LANCETA CUCHILLA	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	0,8000		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
10	0031000000000000	LANCETA CUCHILLA	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	0,8000		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
10	0030000000000000	LANCETA CUCHILLA	LAMBRA, S.L.	0,8000		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
10	0031000000000000	LANCETA CUCHILLA	LAMBRA, S.L.	0,8000		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
10	0030000000000000	LANCETA CUCHILLA	MEDILEVEL, S.A.	0,8000		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
10	0031000000000000	LANCETA CUCHILLA	MEDILEVEL, S.A.	0,8000		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
10	0030000000000000	LANCETA CUCHILLA	SARSTEDT, S.A.U.	0,8000		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
10	0031000000000000	LANCETA CUCHILLA	SARSTEDT, S.A.U.	0,8000		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO

RESUMEN SOBRE C

EXPEDIENTE: CS/9999/1100863980/18/PA AGUJAS DESECHABLES, DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN Y EXTRACCIÓN, LANCETAS DE PUNCIÓN Y CORTE DESECHABLES

10	0030000000000000	LANCETA CUCHILLA	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,8000		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
10	0031000000000000	LANCETA CUCHILLA	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	0,8000		20			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
11	0034000000000000	LANCETA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,0600	0,055	23	0	23	Supera precio licitación
11	0032000000000000	LANCETA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,0600	0,055	23	0	23	Supera precio licitación
11	0033000000000000	LANCETA	BECTON DICKINSON, S.A.	0,0600	0,070	23	0	23	Supera precio licitación
11	0034000000000000	LANCETA	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	0,0600	0,033	23	55	78	
11	0032000000000000	LANCETA	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	0,0600	0,033	23	55	78	
11	0033000000000000	LANCETA	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	0,0600	0,033	23	55	78	
11	0034000000000000	LANCETA	KRAPE SA	0,0600		NC			NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
11	0032000000000000	LANCETA	KRAPE SA	0,0600		NC			NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
11	0033000000000000	LANCETA	KRAPE SA	0,0600		NC			NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
11	0034000000000000	LANCETA	SARSTEDT, S.A.U.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
11	0032000000000000	LANCETA	SARSTEDT, S.A.U.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO
11	0033000000000000	LANCETA	SARSTEDT, S.A.U.	0,0600		21			NO ALCANZA UMBRAL TÉCNICO MÍNIMO



INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: 1100863980/18
OBJETO: SUMINISTRO DE AGUJAS DESECHABLES,
DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN Y EXTRACCIÓN,
LANCETAS DE PUNCIÓN Y CORTE DESECHABLES.

LOTE 1 **AGUJA HIPODÉRMICA DISPOSITIVO SEGURIDAD**

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| · Manipulación/Punción. | 20 puntos |
| · Sistema de seguridad | 15 puntos |
| · Identificación/envasado | 10 puntos |

Las empresas B.BRAUN, BECTON DICKINSON y NACATUR, presentan un pabellón y sistema de seguridad que no permiten una baja inclinación para técnicas intradérmicas, siendo más pronunciado en la empresa NACATUR por el excesivo tamaño del dispositivo de seguridad. Las empresas GARRIC y SMITHS, si permiten una angulación mucho menor, pero la lateralización a 90° del dispositivo de seguridad con el bisel de la empresa Smith, dificulta claramente diversas técnicas y manipulación de la aguja, pese a la mejora de la visibilidad.

Referente al sistema de seguridad, el mecanismo es similar en las empresas licitadoras, diferenciándose en su tamaño, lo que se ha valorado en la manipulación.

Referente a la identificación y envasado, las empresas GARRIC, NACATUR y SMITHS se diferencian claramente por colores en todos los componentes no metálicos de la aguja, mientras que las empresas B.BRAUN y BECTON DICKINSON solo diferencian el color del pabellón.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACION PUNCIÓN 20 PTOS	SISTEMA DE SEGURIDAD 15 PTOS	IDENTIFICACIÓN ENVASADO 10 PTOS	TOTAL
GARRIC	20	8	7	35
B.BRAUN	8	8	5	21
BECTON DICKINSON	8	8	5	21
NACATUR	6	8	7	21
SMITHS MEDICAL	5	8	7	20

LOTE 2 **AGUJA TIPO HUBER**

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:



- Manipulación/Punción. 30 puntos
- Identificación/envasado 15 puntos

No existen empresas licitadoras a este lote.

LOTE 3 AGUJA CON ALETAS

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación/Punción. 30 puntos
- Identificación/envasado 15 puntos

No existen empresas licitadoras a este lote.

LOTE 4 EQUIPO EXTRACCIÓN SANGRE ALETAS SISTEMA VACÍO DISPOSITIVO SEGURIDAD

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación/Punción. 25 puntos
- Sistema de seguridad 15 puntos
- Identificación/envasado 05 puntos

Referente a la manipulación las empresas BECTON DICKINSON, GARRIC y SMITHS presentan un tubo alargador más rígido que dificulta la manipulación; la empresa SMITHS presenta además el tubo más corto de todos, lo que facilita la movilidad de aguja durante la extracción, dificultando la manipulación. La empresa GREINER presenta el tubo alargador más largo y de mejor adaptabilidad, lo que facilita la inmovilización de la aguja durante la extracción. El sistema de seguridad es similar en las empresas licitadoras, siendo su activación con una sola mano más dificultosa en la empresa GREINER. Referente a la identificación es similar en todas las empresas, identificando el envase con el color del calibre, coincidiendo este con el de las aletas de la palomilla, excepto en la empresa Smith que no se diferencia el calibre por el color de las aletas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACION PUNCIÓN 25 PTOS	SISTEMA DE SEGURIDAD 15 PTOS	IDENTIFICACIÓN ENVASADO 5 PTOS	TOTAL
GREINER	23	8	4	35
BECTON DICKINSON	10	9	4	23
GARRIC	8	9	4	21
SMITHS MEDICAL	6	9	3	18



LOTE 5

EQUIPO INFUSIÓN ALETAS DISPOSITIVO SEGURIDAD

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación/Punción. 20 puntos
- Sistema de seguridad 15 puntos
- Identificación/envasado 10 puntos

Referente a la manipulación las empresas BECTON DICKINSON y NACATUR presentan un tubo alargador más rígido que dificulta la manipulación, así como más largo, superando la recomendación del pliego técnico de 15-20cm, presentando una de 30cm. La empresa GREINER presenta el tubo alargador con el tamaño recomendado para infusión, con mejor adaptabilidad.

El sistema de seguridad es similar en las empresas licitadoras, siendo su activación con una sola mano más dificultosa en la empresa GREINER.

Referente a la identificación es similar en todas las empresas, identificando el envase con el color del calibre, coincidiendo este con el de las aletas de la palomilla.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN PUNCIÓN 20 PTOS	SISTEMA DE SEGURIDAD 15 PTOS	IDENTIFICACIÓN ENVASADO 10 PTOS	TOTAL
GREINER	18	8	5	31
BECTON DICKINSON	6	9	5	20
NACATUR	6	9	5	20

LOTE 6

AGUJA PLUMA JERINGA PRECARGADA BOLÍGRAFO INSULINA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación/Punción. 20 puntos
- Sistema de seguridad 15 puntos
- Identificación/envasado 10 puntos

Referente a la manipulación la empresa mejor valorada es la empresa BECTON DICKINSON, por la facilidad de manipulación y conexión con la mayoría de los bolígrafos de insulina. Tras esta empresa, el resto de las empresas licitadoras presentan una manipulación similar, siendo peor puntuada la empresa TEXPOL debido a la dificultad de enroscamiento/adaptación de las puntas sin seguridad en los bolígrafos de insulina.

Las empresas TEXPOL y BECTON DICKINSON presentan doble sistema de seguridad frente al resto de empresas que solo presentan seguridad en la zona de punción de piel.

Referente a la identificación, las empresas TEXPOL e YPSOMED no presentan diferenciación de color por calibre en los componentes plásticos de la punta, solo en el envasado, a diferencia del resto de empresas que diferencian

calibración tanto en el envasado como en los componentes plásticos de la punta.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACION PUNCIÓN 20PTOS	SISTEMA DE SEGURIDAD 15PTOS	IDENTIFICACIÓN ENVASADO 10PTOS	TOTAL
BECTON DICKINSON	15	10	5	30
IZASA	10	6	5	21
PROSAGA SL	10	6	5	21
TEXPOL	8	10	3	21
YPSOMED	10	6	3	19

LOTE 7 PORTATUBOS LUER CON AGUJA INTERIOR EXTRACCIÓN SANGRE VACÍO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación. 25 puntos
- Versatilidad. 20 puntos

La empresa AKRALAB, S.L. presenta un portatubos con conexión luer-slip, no luer-lock como exige el pliego técnico.

La empresa GREINER presenta un portatubos muy pequeño lo que no da estabilidad durante la extracción y no permite a su vez la correcta punción de tubos de otras marcas. Las otras dos empresas BECTON DICKINSON y SUMINISTROS MÉDICOS si presentan un tamaño más adecuado que recoge el tubo con estabilidad.

El tamaño del portatubos de la empresa GREINER, no se adapta perfectamente a los tubos adjudicados en el SMS, debido a su corta longitud.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 25 PTOS	VERSATILIDAD 20 PTOS	TOTAL
BECTON DICKINSON	20	10	30
SUMINISTROS MÉDICOS	20	10	30
GREINER	10	8	18
AKRALAB, S.L.	NC	NC	NC

LOTE 8 AGUJA EXTRACCIÓN SANGRE PREMONTADA SISTEMA VACÍO DISPOSITIVO SEGURIDAD

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación/Punción. 25 puntos
- Sistema de seguridad 15 puntos
- Identificación/envasado 05 puntos

La empresa SMITHS no presenta un sistema premontado como se indica en la descripción del pliego técnico por lo que no cumple con lo exigido.

Las empresas BECTON DICKINSON, PALEX y GREINER no presentan cámara de visualización para asegurar el correcto acceso venoso, con lo que tampoco cumplen con lo exigido en el pliego técnico.

La empresa SUMINISTROS MÉDICOS, presenta una buena manipulación, con cámara clara de visión de acceso venoso y sistema antigoteo. El mecanismo de seguridad es fácil de usar y presenta un envasado identificativo del calibre a elegir.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACION PUNCIÓN 25PTOS	SISTEMA DE SEGURIDAD 15PTOS	IDENTIFICACIÓN ENVASADO 5PTOS	TOTAL
SUMINISTROS MÉDICOS	22	10	4	36
BECTON DICKINSON	NC	NC	NC	NC
GREINER	NC	NC	NC	NC
PALEX	NC	NC	NC	NC
SMITHS MEDICAL	NC	NC	NC	NC

LOTE 9 LANCETA 1MM PROFUNDIDAD PRUEBAS ALERGIA, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación/Punción. 35 puntos
- Identificación/envasado 10 puntos

Referente a la manipulación se considera más adecuada la lanceta de la empresa KRAPE SA que por su diseño de punta presenta una mayor superficie de tope a la punción, evitando así punciones con profundidad superior a la necesaria. En la empresa MEDILEVEL SA el tope a la zona de punción es muy escaso, por lo que ante pieles muy débiles sigue penetrando. Referente a la identificación es similar en las dos empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN PUNCIÓN 35 PTOS	IDENTIFICACIÓN ENVASADO 10PTOS	TOTAL
KRAPE SA	30	5	35
MEDILEVEL, S.A.	18	5	23

LOTE 10

LANCETA CUCHILLA TALON DISPOSITIVO SEGURIDAD AUTOMÁTICO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación/Punción. 20 puntos
- Sistema de 15 puntos
- Identificación/envasado 10 puntos

En las empresas DISTRAUMA, LAMBRA S.L., MEDILEVEL S.A., SARSTEDT y SMITHS presentan un dispositivo de mayor grosor de forma esférica que impide ver el punto de corte de forma exacta, lo que dificulta su aplicación en el sitio deseado. Estas empresas a su vez precisan de un paso previo de liberación del mecanismo de punción que está lateralizado, lo que dificulta su manipulación. La empresa BECTON DICKINSON y SUMINISTROS MÉDICOS presentan tamaño menor que facilita manipulación, de forma elíptica que permite ver el punto de punción.

El sistema de seguridad es similar en todas las empresas.

Referente a la identificación es similar en todas las empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN PUNCIÓN 20PTOS	SISTEMA DE SEGURIDAD 15PTOS	IDENTIFICACIÓN ENVASADO 10PTOS	TOTAL
BECTON DICKINSON	15	8	5	28
SUMINISTROS MÉDICOS	15	8	5	28
DISTRAUMA	7	8	5	20
LAMBRA, S.L.	7	8	5	20
MEDILEVEL, S.A.	7	8	5	20
SARSTEDT	7	8	5	20
SMITHS MEDICAL	7	8	5	20

LOTE 11

LANCETA DISPOSITIVO SEGURIDAD AUTOMÁTICO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación/Punción. 20 puntos
- Sistema de seguridad 15 puntos
- Identificación/envasado 10 puntos

La empresa KRAPE no presenta lanceta de bioseguridad a todos los ítems, por lo que no cumple con lo indicado en el pliego técnico.



Referente a la manipulación, las empresas BD y TEXPOL son valoradas como válidas y fácil de manipular. La lanceta de la empresa SARSTEDT es considerada como más dolorosa y precisa mayor presión para su activación. Referente a la seguridad e identificación se valoran de manera similar.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN PUNCIÓN 20PTOS	SISTEMA DE SEGURIDAD 15PTOS	IDENTIFICACIÓN ENVASADO 10PTOS	TOTAL
BD	10	8	5	23
KRAPE SA	-	-	-	-
SARSTEDT	8	8	5	21
TEXPOL	10	8	5	23

Murcia, 11 de julio de 2019

Juan Antonio Sánchez Pérez
Supervisor RR.MM. Área I

Juan Manuel Romero Pelegrín
Supervisor RR.MM. Área II

Félix Peñalver Hernández
Supervisor RR.MM. Área VI

Máximo Culiáñez Alenda
Supervisor RR.MM. Área VII

Caridad Candel Rubio
Supervisora RR.MM. Área IX

