



Expediente: **CSE/9999/1100893217/19/PA**

**MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA  
ADSCRITOS A LA GERENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS  
061 DE LA REGIÓN DE MURCIA**

Consultas y dudas sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) planteadas por la empresa **SERVYTRONIX C.TORRES MORENO, S.L.**

*“El pliego indica que como medios personales se debe destinar al contrato 2 técnicos con plena dedicación, ¿significa que deben estar presencialmente dichos técnicos en sus instalaciones durante las 8 horas de trabajo?”*

**RESPUESTA:**

Los técnicos no tienen que estar presencialmente en las instalaciones de esta Gerencia durante el tiempo de trabajo.

La Directora de Gestión y SS.GG.  
(firma y fecha electrónica)

