



Región de Murcia
Consejería de Salud



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS



Hospital General Universitario "Santa Lucía": Cf. Norquiza, s/n - Paseo los Arroyos - 30202 Santa Lucía (Cartagena) - Telf. 966 12 33 00
Hospital Universitario "Sta. M^a. del Rosell": Paseo Alfonso XIII, 61 - 30203 Cartagena - Telf. 966 12 33 00



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITOLOGÍA LÍQUIDA AUTOMATIZADA EN **MONOCAPA (CLAMC)**

ALCANCE DEL CONCURSO

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de todo el material necesario (reactivos, soluciones, productos químicos y fungibles específicos) para la realización en el Laboratorio de Anatomía Patológica de La Lectura Diagnóstica Digital para la Citología Líquida Automatizada y la instalación del equipamiento necesario, de acuerdo con el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL REACTIVO Y FUNGIBLES

Se especificará todo el material necesario para la realización de **30.000 procesamientos** y tinción automática de citología líquida ginecológica y no ginecológica en el periodo de 2 AÑOS desde la adjudicación.

Los kits, deberán incluir todo tipo de material fungible accesorio necesario para la preparación y tinción de las muestras.

Los viales para las muestras ginecológicas deberán tener un tapón perforable que eviten la manipulación y contaminación de la muestra y que garantice el 100% de recogida de la muestra (dispositivo de recogida con cabezal desechable)

Los kits deberán incluir todo tipo de tinción automatizada para las muestras ginecológicas y no ginecológicas.

Se describirán las características técnicas de los productos ofertados.

EQUIPAMIENTO

El proveedor deberá ceder:

- Equipos y mantenimiento de los aparatos precisos para la realización de esas lecturas o determinaciones en los Centros dependientes del Hospital Universitario Santa Lucía y Hospital Sta. M^a del Rosell.
- Equipos y mantenimiento de los aparatos precisos para la realización de Lectura Diagnóstica Digital automatizada de muestras ginecológicas y no ginecológicas. Dentro de estos equipos es imprescindible dos puestos de Patología digital, uno para cada Hospital del Área , compuesto por un PC y pantalla de alta resolución.



El proveedor adjudicatario, se comprometerá, a aportar sin coste alguno, durante el periodo que dure el Procedimiento aquellas innovaciones que supongan una mejora sensible y repercuta sobre una mayor calidad de resultados.

Los Licitadores, deberán incluir en su oferta un plan de mantenimiento preventivo del aparato o aparatos que incluyan en su oferta.

En el caso de avería, el adjudicatario se comprometerá a la asistencia técnica del equipo en el plazo de 24 horas. En el caso de que no se cumpliera se **penalizará con un 10% sobre la factura de ese mes**. Asimismo, deberá realizar las revisiones periódicas oportunas para un óptimo funcionamiento del mismo, así como las actualizaciones que puedan producirse en el software, sin cargo alguno para el Hospital.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

Las entregas se efectuarán en el almacén del Hospital Universitario "Sta. Lucía".

El plazo de entrega de los reactivos será de 5 días a partir de la recepción del pedido.

Los pedidos calificados de urgentes serán suministrados en el plazo máximo de 24 horas posteriores a la petición.

El Hospital se reserva el derecho de realizar los controles de calidad que considere necesarios pudiéndose rescindir el contrato si los resultados obtenidos no son correctos.

Semestralmente se comprobará que la cantidad de reactivos consumidos concuerda con el número de determinaciones informadas. En el caso de que existan diferencias significativas que alteren el precio de la determinación, el adjudicatario deberá hacerse cargo de las mismas, salvo que éstas se deban a errores producidos por el propio Centro.



NECESIDADES

REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITOLOGÍA LÍQUIDA AUTOMATIZADA EN MONOCAPA (CLAMC)

Nº de ORDEN	Código artículo	Descripción	Cantidad estimada 2 AÑOS	PRECIO MAX. S/IVA	PRECIO MÁX. C/IVA	IMPORTE TOTAL S/IVA	IMPORTE TOTAL C/IVA
1	13037234	KIT PROCESAMIENTO Y TINCIÓN CITOLOGÍA GINECOLÓGICA LÍQUIDA AUTOMÁTICO	30.000	8,77	10,62	263.305,79	318.600
		IMPORTE TOTAL LOTE				263.305,79	318.600

Cartagena, 2 de abril de 2019.

EL SUPERVISOR DE ANATOMÍA
PATOLÓGICA ÁREA II-CARTAGENA

Joaquín Moya Biosca.