



**INFORME DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES DEL EXPEDIENTE DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL CENTRO REGIONAL DE HEMODONACION DE MURCIA. (CS/9999/1100893524/19/PA).**

En relación con los criterios cualitativos relacionados con la calidad precio y revisados los criterios evaluables mediante cifras o porcentajes, procedemos a informar de las ofertas presentadas por los proveedores:

- ORTHO
- ABBOTT

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su apartado c) de características generales, es condición obligatoria que todo el equipamiento lleve aparejada la instalación y adecuación de los equipos totalmente integrados en el espacio destinado a la serología de 20 m2.

**OFERTA DE LA EMPRESA ORTHO.**

En relación con la oferta presentada en el apartado; Adaptación oferta entorno laboratorio respecto del punto 2 características generales apartado c) del PPT, se informa:

- Que revisada la propuesta presentada para adaptarse a las condiciones del pliego, con las dimensiones de los equipos ofertados y la solución propuesta de condena de dos puertas en la ubicación de los equipos, dejan la accesibilidad y salida del laboratorio muy restringida en una sola puerta, situación que no es recomendable para la seguridad de los trabajadores.

Por los motivos expuestos se considera la oferta presentada por ORTHO, **"NO APTA"** para el normal funcionamiento del Centro.

**OFERTA DE LA EMPRESA ABBOTT.**

En relación con la oferta presentada en el apartado; Adaptación oferta entorno laboratorio respecto del punto 2 características generales apartado c) del PPT, se informa:

- Que revisada la propuesta presentada para adaptarse a las condiciones del pliego, cumple con los requisitos solicitados en el apartado.

Se considera la oferta presentada como **"APTA"** para el normal funcionamiento del Centro.

Murcia, 30 de Mayo 2.019  
Médico Hematólogo del CRH.



Dr.ª María José Candela García.