



EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE JERINGAS DESECHABLES, CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

CS/9999/1100867242/18/PA,

A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ART.138.1 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE REALIZA LA SIGUIENTE:

NOTA DE ACLARACIONES

En referencia al lote 9 del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS DESECHABLES, se rectifica la descripción de dicho lote, quitando del mismo la palabra ESTÉRIL; debido a la no necesidad de que estos productos sean presentados en envase estéril.

DÓNDE DICE:

“LOTE 9

JERINGAS 3 PIEZAS CONO NO LUER ORAL

Jeringa de 3 piezas para administración oral, de material que garantice la protección de medicamentos fotosensibles, con tapón estanco. Constituida por un cuerpo cilíndrico de polipropileno ligeramente siliconado en su interior, con émbolo formado por vástago y pistón con junta de estanqueidad de caucho o goma, con tope trasero de seguridad para evitar la salida accidental del émbolo. Con alas de sujeción. Con cono no Luer. Escala medidora graduada en ml de lectura nítida e imborrable. Desechable. Estéril. Material libre de látex y DEHP.”

Se solicita al Órgano de Contratación que se publique una nota aclaratoria Quedaría entonces redactado de la siguiente forma.

DEBE DECIR:

“LOTE 9

JERINGAS 3 PIEZAS CONO NO LUER ORAL

Jeringa de 3 piezas para administración oral, de material que garantice la protección de medicamentos fotosensibles, con tapón estanco. Constituida por un cuerpo cilíndrico de polipropileno ligeramente siliconado en su interior, con émbolo formado por vástago y pistón con junta de estanqueidad de caucho o goma, con tope trasero de seguridad para evitar la salida accidental del émbolo. Con alas de sujeción. Con cono no Luer. Escala medidora graduada en ml de lectura nítida e imborrable. Desechable. Material libre de látex y DEHP.”

LA JUNTA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD