INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: CS/9999/1100831650/18/PA
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTES RADIOLÓGICOS POR MEDIO DE INYECTORES, CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

LOTE 1

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Prestaciones inyectores cedidos 25 puntos
- Características fungible a inyector 15 puntos
- Asistencia técnica 05 puntos

La empresa LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. no cumple con las especificaciones del pliego técnico de calentador de fluidos, ya que solo es capaz de mantener la temperatura del contraste a utilizar, obligando a su precalentamiento de estos en caso de utilizarse a mayor temperatura de la almacenada.

La empresa EURO AUTOMATION, S.L. presenta unos inyectores que cumplen con los requisitos del pliego técnico, presentando conexión inalámbrica, con detector de material fungible y forma de infusión peristáltica que permite un funcionamiento más eficiente a flujos altos.

Referente al material fungible de la empresa EURO AUTOMATION, S.L. está libre de DEHP, lo que es un valor añadido. El sistema de fungibles que presentan es ágil y queda bien protegido en la ergonomía de la máquina.

Referente a la asistencia técnica se comprometen a la sustitución inmediata en caso de avería, con respuesta en 24 horas.

PROVEEDOR	***Prestaciones inyectores 25 puntos***	***Características fungible 15 puntos***	***Asistencia técnica 5 puntos***	***TOTAL***
EURO AUTOMATION, S.L.	20	10	3	33
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	-	-	-	NC

LOTE 2

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Prestaciones inyectores cedidos 25 puntos
- Características fungible a inyector 15 puntos
- Asistencia técnica 05 puntos

La empresa EURO AUTOMATION, S.L. presenta unos inyectores que cumplen con los requisitos del pliego técnico, presentando conexión inalámbrica, con detector de fungible y forma de infusión peristáltica que permite un funcionamiento más eficiente a flujos altos.

Referente al fungible de la empresa EURO AUTOMATION, S.L. está libre de DEHP, lo que es un valor añadido. El sistema de fungibles que presentan es ágil y queda bien protegido en la ergonomía de la máquina.

Referente a la asistencia técnica se comprometen a la sustitución inmediata en caso de avería, con respuesta en 24 horas.

PROVEEDOR	***Prestaciones inyectores 25 puntos***	***Características fungible 15 puntos***	***Asistencia técnica 5 puntos***	***TOTAL***
EURO AUTOMATION S.L.	20	10	3	33

LOTE 3

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Prestaciones inyectores cedidos 25 puntos
- Características fungible a inyector 15 puntos
- Asistencia técnica 05 puntos

La empresa LABORATORIOS FARMACÉUTICOS GUERBET, S.A. presenta unos inyectores que cumplen con los requisitos del pliego técnico, mejorando los flujos exigidos en el pliego técnico, con una manipulación intuitiva.

Referente al material fungible presentado por la empresa LABORATORIOS FARMACÉUTICOS GUERBET, S.A. es de fácil manipulación y buena conexión. El sistema de fungibles que presentan es ágil y queda bien protegido en la ergonomía de la máquina.

Referente a la asistencia técnica no se encuentran datos sobre este fin.

PROVEEDOR	***Prestaciones inyectores 25 puntos***	***Características fungible 15 puntos***	***Asistencia técnica 5 puntos***	***TOTAL***
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS GUERBET, S.A.	15	10	0	25

LOTE 4

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Prestaciones inyectores cedidos 25 puntos
- Características fungible a inyector 15 puntos
- Asistencia técnica 05 puntos

La empresa MERCÉ V. ELECTROMEDICINA, S.L. presenta unos inyectores que cumplen con los requisitos del pliego técnico, mejorando los flujos exigidos en el pliego técnico, con una manipulación intuitiva.

Referente al material fungible presentado por la empresa MERCÉ V. ELECTROMEDICINA, S.L. es de fácil manipulación y buena conexión. El sistema de fungibles que presentan es ágil y queda bien protegido en la ergonomía de la máquina.

Referente a la asistencia técnica solo se hace referencia a mantenimiento preventivo de los equipos cedidos.

PROVEEDOR	*Prestaciones inyectores 25 puntos*	*Características fungible 15 puntos*	*Asistencia técnica 5 puntos*	*TOTAL*
MERCÉ V ELECTROMEDICINA, S.L.	15	10	1	26

Murcia, 14 de marzo de 2019

Juan Antonio Sánchez Pérez
Supervisor RR.MM. Hospital Arrixaca

Juan Manuel Romero Pelegrín
Supervisor RR.MM. Hospital Santa Lucía

Mª Ángeles Olmos Molero
Supervisora RR.MM. Hospital de Lorca

Mª Soledad Navarro González
Supervisora RR.MM. Hospital de Caravaca

Félix Peñalver Hernández
Supervisor RR.MM. Hospital Morales Meseguer

Máximo Culiáñez Alenda
Supervisor RR.MM. Hospital Reina Sofía

María Solano García
Supervisora RR.MM. Hospital Los Arcos del Mar Menor