

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO N° CS/1600/1100859306/18/PAS, "ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN EQUIPO DE CISTOSCOPIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA"

- El órgano de contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto del presente concurso, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

- **Cláusula Medioambiental:**
 1. La empresa contratista responderá de cualquier incidente medioambiental por ella causado, librando al contratante de cualquier responsabilidad sobre el mismo.

 2. Para evitar tales incidentes, el contratista adoptará las medidas oportunas que distan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes o no contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los residuos peligrosos generados por su actividad en las instalaciones del contratista.

 3. La empresa contratada adoptará las medidas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión de residuos no peligrosos que genere su actividad.

 4. Será responsabilidad de la empresa contratista la correcta segregación y gestión de los residuos derivados de su actividad.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO N° CS/1600/1100859306/18/PAS, "ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN EQUIPO DE CISTOSCOPIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA"

5. La empresa contratista deberá suministrar información inmediata al contratante o a la autoridad competente sobre cualquier incidente medioambiental que se produzca en el curso de la ejecución del contrato que se le adjudique.
6. En particular, el contratista se compromete debiendo acreditarlo en caso de que así sea solicitado por el responsable del contrato designado por el órgano de contratación, para la consecución de una buena gestión medioambiental a : limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras, chatarra y todo tipo de residuos generados por su actividad.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE CISTOSCOPIAS

El material que se considera necesario para dar cobertura a la actividad endoscópica ambulatoria es el siguiente:

- ☛ 1 Videoprocador con fuente de luz LED.
- ☛ 3 Cistoscopios flexibles analógicos.
- ☛ 2 Cistoscopios flexibles digitales.
- ☛ 1 Monitor de 24 pulgadas.
- ☛ 1 Cabezal de cámara para videocistoscopios.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO N^o CS/1600/1100859306/18/PAS, "ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN EQUIPO DE CISTOSCOPIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA"

Características Técnicas de cada Equipo

- ✘ 1 Videoprocesador con fuente de luz LED.
- ✘ Salida de señal HDTV analógica.
- ✘ Salida de señal SDTV digital.
- ✘ Ajuste de balance de blancos y ajuste del tono de color.
- ✘ Control automático de ganancia (ampliado electrónico de la imagen) y ajuste de contraste.
- ✘ Reducción de ruido a través de procesamiento de imágenes.
- ✘ Ajuste de acentuación de las imágenes para mejorar de forma eléctrica los patrones finos o contornos de la imagen endoscópica y aumentar la nitidez de la imagen.
- ✘ Congelación de imagen.
- ✘ Visualización en pantalla de los datos del paciente (ID, nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, fecha de realización prueba, comentarios).
- ✘ Capacidad de grabación con visualización en monitor del estado de grabación.
- ✘ Sistema de almacenamiento de archivos de imagen.
- ✘ Memoria portátil.
- ✘ Modo NBI (Narrow Band Imaging)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO N^o CS/1600/1100859306/18/PAS, "ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN EQUIPO DE CISTOSCOPIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA"

☛ **3 Fibrocistoscopios analógicos.**

✕ **Sistema Óptico;**

- Campo visual 120°.
- Dirección visual 0°.
- Profundidad de campo 3-50mm.

✕ **Vaina de inserción:**

- Diámetro exterior extreme distal <12 Fr.
- Diámetro exterior tubo de inserción <17 Fr.
- Longitud de trabajo mínima 370 mm.

✕ **Canal de trabajo y angulación:**

- Diámetro interior superior a 6,5 Fr.
- Rango de angulación 120/210 (abajo/arriba).

✕ **El equipamiento ha de ir completado con cajas de almacenamiento, accesorios de limpieza y llaves de paso para permitir irrigación y trabajos simultáneos.**

☛ **2 Videocistoscopios digitales.**

✕ **Similares consideraciones en cuanto a campo visual, canales de trabajo, angulación y equipamiento accesorio a las reflejadas para el fibrocistoscio analógico. Será compatible con la**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO N° CS/1600/1100859306/18/PAS, "ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN EQUIPO DE CISTOSCOPIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA"

posibilidad de emplear filtros de luz blanca para mejorar el contraste de las estructuras vasculares y/o papilares e incrementar la capacidad diagnóstica.

- ❁ 1 Monitor de 24 pulgadas.
 - ✗ Resolución máxima 1920*1080 (FHD).
 - ✗ Entradas VGA, DVI, CVBS, SDI, HDMI.
 - ✗ Salidas CVBS y SDI.

- ❁ Cabezal de cámara para videocistoscopios.
 - ✗ Botonera para comandar funciones de forma remota. Funciones:
 - Congelación de Imagen.
 - Captura de Imagen Fija y Grabación.
 - Zoom Digital.
 - Balance de Blancos.
 - Reducción de luz.
 - Captura de Imagen Fija en Tarjetas Digitales.
 - Captura Dual.
 - Rotación de Imagen.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO N° CS/1600/1100859306/18/PAS, "ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN EQUIPO DE CISTOSCOPIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA"

- ✘ Filtro antimoire.
- ✘ Compatible con diferentes objetivos de cámara esterilizable en autoclave y todas las ópticas de endoscopia rígida del mercado.
- ✘ Inmersión en soluciones desinfectantes (con el objetivo escogido colocado) así como su esterilización en óxido de etileno

Murcia, 19 de julio de 2018

El Jefe de Servicio de Urología

Tomás Fernández Aparicio