RESOLUCIÓN

Expediente: CS/9999/1100574148/14/ACPA

Visto el expediente tramitado para adjudicar la contratación del **SUMINISTRO DE *"Agujas desechables, con destino a los distintos centros dependientes del Servicio Murciano de Salud"*,** mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de selección,

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, constituida al efecto, en la que se propone la adjudicación del contrato de referencia, de acuerdo a la siguiente ponderación:

EMPRESA	LOTE	MATERIAL	PRECIO OFERTA SIN IVA	PUNTOS PRECIO	PEDIDO URGENTE	PEDIDO ORDINARIO	OFERTA TÉCNICA	TOTAL
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11009450	0,0635	26,61	8	8	48	90,61
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	1	11009450	0,0638	21,78	8	8	20	57,78
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11000650	0,0635	26,61	8	8	48	90,61
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	1	11000650	0,0638	21,78	8	8	20	57,78
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11000513	0,0635	26,61	8	8	48	90,61
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	1	11000513	0,0638	21,78	8	8	20	57,78
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11000602	0,0635	26,61	8	8	48	90,61
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	1	11000602	0,0638	21,78	8	8	20	57,78
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11000447	0,0635	26,61	8	8	48	90,61
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	1	11000447	0,0638	21,78	8	8	20	57,78
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11003561	0,0635	26,61	8	8	48	90,61
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	1	11003561	0,0638	21,78	8	8	20	57,78
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11008031	0,0635	26,61	8	8	48	90,61
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	1	11008031	0,0638	21,78	8	8	20	57,78
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11002014	0,0635	26,61	8	8	48	90,61
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	1	11002014	0,0638	21,78	8	8	20	57,78
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11009459	0,0635	26,61	8	8	48	90,61
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	1	11009459	0,0638	21,78	8	8	20	57,78
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11040513	0,0299	26,61	8	8	48	90,61
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	1	11040513	0,035	21,78	8	8	20	57,78
VACUETTE ESPAÑA, S.A.	4	11031667	0,386	28,15	8	8	40	84,15
BECTON DICKINSON, S.A.U.	4	11031667	0,37	34,24	8	8	33	83,24
VACUETTE ESPAÑA, S.A.	4	11031668	0,386	28,15	8	8	40	84,15
BECTON DICKINSON, S.A.U.	4	11031668	0,37	34,24	8	8	33	83,24
VACUETTE ESPAÑA, S.A.	4	11031693	0,386	28,15	8	8	40	84,15
BECTON DICKINSON, S.A.U.	4	11031693	0,37	34,24	8	8	33	83,24
ABB TÉCNICA HOSPITALARIA S.A	5	11003499	0,2	35	8	8	42	93
VACUETTE ESPAÑA, S.A.	5	11003499	0,228	21	8	8	42	79
ABB TÉCNICA HOSPITALARIA S.A	5	11003500	0,2	35	8	8	42	93
VACUETTE ESPAÑA, S.A.	5	11003500	0,228	21	8	8	42	79
ABB TÉCNICA HOSPITALARIA S.A	5	11003501	0,2	35	8	8	42	93
VACUETTE ESPAÑA, S.A.	5	11003501	0,228	21	8	8	42	79
BECTON DICKINSON, S.A.U.	6	11027514	0,0585	14,80	8	8	33	63,8
BECTON DICKINSON, S.A.U.	6	11023042	0,0585	14,80	8	8	33	63,8
BECTON DICKINSON, S.A.U.	6	11005629	0,0585	14,80	8	8	33	63,8
BECTON DICKINSON, S.A.U.	6	11043266	0,25	14,80	8	8	33	63,8
BECTON DICKINSON, S.A.U.	6	11023962	0,25	14,80	8	8	33	63,8
BECTON DICKINSON, S.A.U.	7	11019269	0,157	3,28	8	8	46	65,28
SUMINISTROS MÉDICOS DE MURCIA, S.L.	8	11032323	0,315	12,87	8	8	45	73,87
MEDILEVEL, S.A.	9	11003674	0,045	0	8	8	30	46
SUMINISTROS MÉDICOS DE MURCIA, S.L.	10	11041075	0,84	11,67	8	8	45	72,67
BECTON DICKINSON, S.A.U.	10	11041075	0,89	1,94	8	8	45	62,94
SARSTEDT, S.A.U.	10	11041075	0,85	9,72	4	8	20	41,72
MEDILEVEL, S.A.	10	11041075	0,9	0	8	8	20	36
SUMINISTROS MÉDICOS DE MURCIA, S.L.	10	11001738	0,84	11,67	8	8	45	72,67

BECTON DICKINSON, S.A.U.	10	11001738	0,89	1,94	8	8	45	62,94
SARSTEDT, S.A.U.	10	11001738	0,85	9,72	4	8	20	41,72
MEDILEVEL, S.A.	10	11001738	0,9	0	8	8	20	36
BECTON DICKINSON, S.A.U.	11	11000534	0,042	11,66	8	8	38	65,66
MENARINI DIAGNOSTICOS S.A	11	11000534	0,044	3,88	8	8	35	54,88
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	11	11000534	0,045	0,62	8	8	25	41,62
BECTON DICKINSON, S.A.U.	11	11003901	0,049	11,66	8	8	38	65,66
MENARINI DIAGNOSTICOS S.A	11	11003901	0,054	3,88	8	8	35	54,88
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	11	11003901	0,045	0,62	8	8	25	41,62
BECTON DICKINSON, S.A.U.	11	11021027	0,044	11,66	8	8	38	65,66
MENARINI DIAGNOSTICOS S.A	11	11021027	0,044	3,88	8	8	35	54,88
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	11	11021027	0,045	0,62	8	8	25	41,62

Vista la documentación aportada por las empresas propuestas como adjudicatarias, estando conforme al requerimiento efectuado por el Servicio de Obras y Contratación,

Visto el artículo 151 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las atribuciones que me están conferidas en materia de contratación,

RESUELVO

Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el expediente tramitado para la adjudicación del Suministro citado de **"Agujas desechables"**

Segundo.- La relación de empresas que han presentado ofertas y que han sido admitidas para su ponderación técnica, es la siguiente:

1 ABB TÉCNICA HOSPITALARIA, S.A.
2 AKRALAB, S.L.
3 ALLERGY THERAPEUTICS IBÉRICA, S.L.U.
4 B. BRAUN MEDICAL, S.A.
5 BECTON DICKINSON, S.A.U.
6 BIOGEN DIAGNÓSTICA, S.L.
7 COVIDIEN SPAIN, S.L.
8 GARRIC MÉDICA, S.L.
9 IZASA HOSPITAL, S.L.U.
10 LIBCOM IBÉRICA, S.A.
11 MEDILEVEL, S.A.
12 MEDIMUR, S.L.
13 MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.
14 NACATUR ESPAÑA, S.L.
15 OIARSO S.C. (BEXEN MEDICAL)
16 SARSTEDT, S.A.U.
17 SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.
18 VACUETTE ESPAÑA, S.A.

Tercero.- Declarar desiertos los **lotes 2 y 3, por falta de licitadores.**

Cuarto.- Excluir a las empresas que se citan a continuación, en los lotes que se detallan y por los motivos que igualmente se indican:

Empresa:	***Lotes:***	***Motivo:***
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	**1**	**Requieren una mayor manipulación al no alinearse el bisel de la aguja con el mecanismo de seguridad. A su vez este mecanismo es desmontable, lo que consideramos negativo ya que favorece la opción de utilizar la aguja sin este mecanismo con el consiguiente riesgo de pinchazo y mayor posibilidad de contaminación al aumentar la manipulación.**

LIBCOM IBÉRICA, S.A.	**1**	**Las agujas precisan una manipulación más dificultosa a la hora de la punción por el diseño del mecanismo de seguridad, este es difícil de activar por los profesionales calificándolo de duro y precisando mayor fuerza para su activación.**
COVIDIEN SPAIN, S.L.	**1**	**Presenta un calibre 25G cuando se pide un 30G.**
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	**1**	**Ha remitido muestras insuficientes para poder valorar técnicamente su producto, teniendo en cuenta que se solicitaron dentro del LOTE 1, 400 unidades de cada artículo y 200 del último artículo, y esta firma solo ha enviado una muestra de cada uno de ellos.**
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	**4**	**Presenta un equipo que no viene premontado como indica el pliego de prescripciones técnicas.**
BECTON DICKINSON, S.A.U.	**5**	**Presente palomilla de adecuada manipulación durante la punción pero a la hora de su fijación para infusiones de larga duración se hace muy incómoda para el paciente por la aparatosidad del dispositivo de seguridad.**
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.	**5**	**Presente palomilla de adecuada manipulación durante la punción, pero a la hora de su fijación para infusiones de larga duración se hace muy incómoda para el paciente por la aparatosidad del dispositivo de seguridad.**
OIARSO SOC. COOP BEXEN MEDICAL	**5**	**Presenta una aguja más larga de lo indicado, lo que supone una incomodidad tanto en la punción como en la fijación.**
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	**5**	**Presenta un dispositivo de seguridad muy largo y grueso, lo que dificulta gravemente la manipulación del dispositivo durante la punción así como su posterior fijación.**
MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.	**6**	**No presenta un dispositivo de seguridad como se exige en el pliego técnico.**
AKRALAB, S.L. BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L., OIARSO S.C (BEXEN MEDICAL), Y VACUETTE ESPAÑA, S.A.,	**7**	**Presentan un cortatubos con conexión luer lo que facilita las desconexiones accidentales al catéteres, lo que obligará a medidas accesorias y, a una mayor manipulación y presión sobre el luer hembra para evitar dichas desconexiones.**
AKRALAB, S.L., Y BIOGEN DIAGNÓSTICA, S.L.	**8**	**Presentan un dispositivo sin cámara de visualización ni antigoteo.**
BECTON DICKINSON, SAU	**8**	**Presenta un sistema sin cámara de visualización ni antigoteo.**
VACUETTE ESPAÑA, S.A.	**8**	**Presenta cámara de visualización peor que el dispositivo anterior, a su vez el dispositivo de seguridad no viene alineado con el bisel, aunque sí viene indicado con una señalización su posición, no evita que estorbe a la hora de su manipulación en la punción.**
ALLERGY THERAPEUTICS IBÉRICA, S.L.U.	**9**	**El cuerpo de la lanceta se dobla al extraerla del envoltorio, lo que presenta una manipulación muy complicada para su utilización.**
GARRIC MÉDICA, S.L.	**9**	**Oferta lanceta de 3mm., de profundidad, no cumpliendo con lo especificado en el pliego técnico.**
IZASA HOSPITAL, S.L.U	**10**	**No presenta una lanceta de corte sino de punción como las correspondientes al siguiente lote.**

Quinto.- Adjudicar el presente contrato a las empresas y en los lotes que se relacionan a continuación, conforme al apartado 3.5 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige para el presente procedimiento, **(1 adjudicatario para cada lote),**

EMPRESA	LOTE	MATERIAL	NOMBRE MATERIAL	PRECIO OFERTA SIN IVA
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11009450	AGUJA HIPODÉRMICA DISPOSITIVO SEGURIDAD 18GX1 1/2" (1,22X38MM)	0,0635
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11000650	AGUJA HIPODÉRMICA DISPOSITIVO SEGURIDAD 20GX1 1/2" (0,91X38MM)	0,0635
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11000513	AGUJA HIPODÉRMICA DISPOSITIVO SEGURIDAD 20GX1" (0,91X25MM)	0,0635
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11000602	AGUJA HIPODÉRMICA DISPOSITIVO SEGURIDAD 21GX1 1/2" (0,81X38MM)	0,0635
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11000447	AGUJA HIPODÉRMICA DISPOSITIVO SEGURIDAD 21GX1" (0,81X25MM)	0,0635
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11003561	AGUJA HIPODÉRMICA DISPOSITIVO SEGURIDAD 22GX1 1/4" (0,71X32MM)	0,0635
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11008031	AGUJA HIPODÉRMICA DISPOSITIVO SEGURIDAD 23GX1" (0,61X25MM)	0,0635
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11002014	AGUJA HIPODÉRMICA DISPOSITIVO SEGURIDAD 25GX5/8" (0,51X16MM)	0,0635
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11009459	AGUJA HIPODÉRMICA DISPOSITIVO SEGURIDAD 30GX1/2" (0,31X13MM)	0,0635
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	11040513	GUJA TRANSFERENCIA 18GX1 1/2" (1,22X38MM)	0,0299
VACUETTE ESPAÑA, S.A.	4	11031667	EQUIPO EXTRACCIÓN DE SANGRE CON ALETAS SISTEMA DE VACÍO (PALOMILLA) CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 21GX3/4" (0,81X19MM)	0,386
VACUETTE ESPAÑA, S.A.	4	11031668	EQUIPO EXTRACCIÓN DE SANGRE CON ALETAS SISTEMA DE VACÍO (PALOMILLA) CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 23GX3/4" (0,61X19MM)	0,386
VACUETTE ESPAÑA, S.A.	4	11031693	EQUIPO EXTRACCIÓN DE SANGRE CON ALETAS SISTEMA DE VACÍO (PALOMILLA) CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 25GX3/4" (0,51X19MM)	0,386
ABB TÉCNICA HOSPITALARIA S.A	5	11003499	EQUIPO INFUSIÓN CON ALETAS (PALOMILLA) CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 21GX3/4" (0,81X19MM)	0,2
ABB TÉCNICA HOSPITALARIA S.A	5	11003500	EQUIPO INFUSIÓN CON ALETAS (PALOMILLA) CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 23GX3/4" (0,61X19MM)	0,2
ABB TÉCNICA HOSPITALARIA S.A	5	11003501	EQUIPO INFUSIÓN CON ALETAS (PALOMILLA) CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 25GX3/4" (0,51X19MM)	0,2
BECTON DICKINSON, S.A.U.	6	11027514	AGUJA PLUMA JERINGA PRECARGADA Y BOLÍGRAFO INSULINA 29GX1/2" (0,35X13MM)	0,0585
BECTON DICKINSON, S.A.U.	6	11023042	AGUJA PLUMA JERINGA PRECARGADA Y BOLÍGRAFO INSULINA 31GX5/16" (0,29X8MM)	0,0585
BECTON DICKINSON, S.A.U.	6	11005629	AGUJA PLUMA JERINGA PRECARGADA Y BOLÍGRAFO INSULINA 31GX1/4" (0,25X5MM)	0,0585
BECTON DICKINSON, S.A.U.	6	11043266	AGUJA PLUMA SEGURIDAD JERINGA PRECARGADA Y BOLÍGRAFO INSULINA 29GX5/16" (0,35X8MM)	0,25
BECTON DICKINSON, S.A.U.	6	11023962	AGUJA PLUMA SEGURIDAD JERINGA PRECARGADA Y BOLÍGRAFO INSULINA 29GX13/64" (0,35X5MM)	0,25
BECTON DICKINSON, S.A.U.	7	11019269	ADAPTADOR DE PORTATUBOS EXTRACCIÓN DE SANGRE POR VACÍO	0,157
SUMINISTROS MÉDICOS DE MURCIA, S.L.	8	11032323	AGUJA EXTRACCIÓN SANGRE PREMONTADA SISTEMA VACÍO DISPOSITIVO SEGURIDAD 21G (0,81X25MM)	0,315
MEDILEVEL, S.A.	9	11003674	LANCETA 1MM PROFUNDIDAD	0,045
SUMINISTROS MÉDICOS DE MURCIA, S.L.	10	11041075	LANCETA DISPOSITIVO SEGURIDAD AUTOMÁTICO PREMATURO, DESECHABLE	0,84
SUMINISTROS MÉDICOS DE MURCIA, S.L.	10	11001738	LANCETA DISPOSITIVO SEGURIDAD AUTOMÁTICO NEONATO, DESECHABLE	0,84
BECTON DICKINSON, S.A.U.	11	11000534	LANCETA SEGURIDAD DISPOSITIVO AUTOMÁTICO ADULTO, DESECHABLE	0,042
BECTON DICKINSON, S.A.U.	11	11003901	LANCETA DISPOSITIVO AUTOMÁTICO SEGURIDAD NEONATAL, DESECHABLE	0,049
BECTON DICKINSON, S.A.U.	11	11021027	LANCETA DISPOSITIVO AUTOMÁTICO SEGURIDAD PEDIÁTRICA, DESECHABLE	0,044

Sexto.- Contra la presente Resolución, podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación ante este órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas[1], en el plazo de QUINCE DIAS HÁBILES, a contar a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado, a cuyos efectos deberá anunciarlo previamente mediante escrito presentado ante este órgano de contratación, en los términos regulados en el artículo 44 del citado Decreto Legislativo 3/2011.

[1]. Según Convenio publicado en el BOE nº 280, de 21 de noviembre de 2012. Dirección del TACRC: Avda. General Perón, 38; Madrid-28020. Dirección de la sede electrónica del TACRC: http://tribunalcontratos.gob.es.

Opcionalmente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de la jurisdicción contenciosa-administrativa en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.

Séptimo.- Notificar la presente Resolución a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante.

Octavo.- Conforme lo regulado en el artículo 156.3 del mencionado texto refundido, para la formalización del contrato deberán transcurrir QUINCE DIAS HABILES desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, a cuyos efectos se indicará en el perfil del contratante la fecha exacta de la firma del contrato.

Murcia, 29 de Mayo de 2015

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Fdo.: Manuel Ángel Moreno Valero