

ACLARACIONES LOTE 6 EXPEDIENTE DRENAJES QUIRÚRGICOS

En relación al lote número 6 del expediente CS/9999/1100594141/14/ACPA y dado la incongruencia existente en la descripción reflejada en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Apéndice I del mismo, con respecto al material de composición del colector (silicona en el primero y PVC en el segundo), estimamos que la descripción correcta que debe constar a todos los efectos debe ser:

Pliego prescripciones técnicas:

LOTE 6

COLECTOR DE VACIO CON BOLSA, TUBO REDONDO Y TRÓCAR

Colector de PVC o silicona de bajo vacío. Flexible, para sistemas de drenaje cerrados, de aprox. 200ml. Transparente. Escala graduada. Válvula antirreflujo. Sistema de sujeción. Puede llevar conexiones para doble drenaje. Con salida a bolsa roscada en la parte distal. Bolsa de recogida de 600 a 800ml. Válvula antirretorno. Filtro antibacteriano. Graduada. Fácil medición. Asa de transporte y colgador de cama. Pinza-clamp en la conexión al bulbo. Tubo de drenaje redondo, multiperforado. Radiopaco. Atraumático. Longitud del tramo de drenaje aprox. 20cm. Longitud del tubo de conexión a colector de al menos 60cm., Trocar flexible, semiacodado. Punta biselada. Todo en doble envasado estéril. Exento de látex.

11028015

COLECTOR PVC/SILICONA VACÍO 200ML CON BOLSA, TUBO DRENAJE REDONDO Y AGUJA 8CH, ESTÉRIL

11008675

COLECTOR PVC/SILICONA VACÍO 200ML CON BOLSA, TUBO DRENAJE REDONDO Y AGUJA 10CH, ESTÉRIL

11009142

COLECTOR PVC/SILICONA VACÍO 200ML CON BOLSA, TUBO DRENAJE REDONDO Y AGUJA 14CH, ESTÉRIL

Apéndice I:

11028015

COLECTOR PVC/SILICONA VACÍO 200ML CON BOLSA, TUBO DRENAJE REDONDO Y AGUJA 8CH, ESTÉRIL

11008675

COLECTOR PVC/SILICONA VACÍO 200ML CON BOLSA, TUBO DRENAJE REDONDO Y AGUJA 10CH, ESTÉRIL

11009142

COLECTOR PVC/SILICONA VACÍO 200ML CON BOLSA, TUBO DRENAJE REDONDO Y AGUJA 14CH, ESTÉRIL

LA JUNTA DE CONTRATACION

