



INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: 1100809684/17
OBJETO: SUMINISTRO DE AGUJAS ABLACIÓN POR MICROONDAS REFRIGERADAS, DESECHABLES

LOTE 1 EQUIPO ABLACIÓN POR MICROONDAS REFRIGERADAS

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- | | |
|--|-----------|
| • Características de la ablación | 15 Puntos |
| • Ergonomía y seguridad de la antena | 15 Puntos |
| • Generador (manejo, información, controles) | 08 Puntos |
| • Disponibilidad diferentes longitudes y tamaños | 07 Puntos |

Las empresas licitadoras en este expediente han sido las siguientes:

- Izasa Hospital, SLU con el producto Angiodynamics.
- Logística y Suministros sanitarios, SL con el producto Nanjing
- Logsa Endomedical, SL con el producto Amica
- Medtronic Ibérica, SA con el producto Emprint

Una vez valorada la información técnica así como las muestras presentadas por todas las empresas licitadoras se concluye lo siguiente:

IZASA HOSPITAL, S.L.U. **Modelo: Angiodynamics. Solero**

Características de la ablación: Ablaciones de 5 cm, como máximo.
Ergonomía y seguridad de la antena: Flexible. No desconectable. Antena recubierta, riesgo de "pelarse" sobre todo con el uso de coaxiales de hueso.
Generador: Dentro del estándar.
Disponibilidad en longitudes y tamaños: Solo un grosor (15 G).

LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS S.L. **Modelo: Nanjing (ECO)**

Características de la ablación: Ablaciones de hasta 7 cm x 5,2 cm.
Ergonomía y seguridad de la antena: Sin recubrimiento. Flexible. Desconectable. Cable desechable. Mango recto o angulado.
Generador: Dentro del estándar
Disponibilidad en longitudes y tamaños: Varios grosores (14, 16, 17 y 18 G) con opción de tiroides. Ecogénica.



LOGSA ENDOMEDICAL S.L.

Modelo: Logsa Hs (Amica)

Características de la ablación: Ablaciones de hasta 8 cm pero no especifica transversal.

Ergonomía y seguridad de la antena: Sin recubrimiento. Flexible. Desconectable. Versión flexible.

Generador: Dentro del estándar, es posible usarlo para microondas y radiofrecuencia

Disponibilidad en longitudes y tamaños: Varios grosores (11, 14 o 16 G) con opción de tiroides

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Modelo: Emprint

Características de la ablación: Ablaciones de 4,3 x 4,8 cm.

Ergonomía y seguridad de la antena: No especifica recubrimiento. Rígida. Cable reutilizable. Riesgo de infección.

Generador: Dentro del estándar.

Disponibilidad en longitudes y tamaños: Solo un calibre.

Así, la puntuación final es la siguiente:

	Características de la ablación	Ergonomía, seguridad antena	Generador	Disponibilidad diferentes medidas	TOTAL
LOGISTICA Y SUM. SANIT. S.L.	13	11	5	5	34
LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.	10	10	5	5	30
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	6	7	5	1	19
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	6	6	5	1	18

Murcia, 17 de julio de 2018

Daniel Carbonell Ruiz
Adjunto Radiología Intervencionista
Hospital Virgen de la Arrixaca