

"ADQUISICIÓN DE UN ECÓGRAFO DOPPLER DESTINADO AL SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA".

VALORACIÓN TÉCNICA (25 ptos)

ECÓGRAFO DOPPLER

CRITERIO	PUNTOS (25)
Disco duro integrado en el sistema superior a 2Tb (no se admitirán discos duros externos)	10
Profundidad de trabajo superior a 45cm	10
Número de dB de rango dinámico superior a 318dB	5

Murcia, 15 de octubre de 2018

Jefe de Sección de Neurología



Eduardo Alías Linares