



NOTA ACLARATORIA PREGUNTAS LICITADORES.

EXPTE: CS/1100/1100894431/19/PAS

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CLÍNICOS PARA EL NUEVO LABORATORIO DE SEROLOGIA - VIROLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA ARRIXACA”.

1. *Un licitador pregunta: “si el Lote 5 del expediente que pongo en el asunto se refieren a un incubador de convención natural de ambiente +5 a 70°C o un incubador refrigerado con compresor, ya que no lo quieren con peltier”.*

Lo que realmente necesitamos es un incubador refrigerado que consiga temperaturas de al menos entre +4 y 70°C y que en cuanto al sistema que emplee para alcanzar la temperatura no va a ser determinante el que no sea Peltier.



En Murcia, a 6 de mayo de 2019
EL SERVICIO DE CONTRATACION