



Región de Murcia  
Consejería de Salud



**EXPTE. CS/1300/1100801168/PNSP**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE QUIRÓFANOS UROLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA, DEL H.U. RAFAEL MÉNDEZ DEL ÁREA III DE SALUD DE LORCA.**

## INDICE

1. OBJETO
2. LISTADO
3. PRESCRIPCIONES GENERALES
4. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL MATERIAL SOLICITADO
5. LEGISLACIÓN GENERAL
6. CONDICIONES DE SUMINISTRO.

ANEXO I.- CARACTERÍSTICAS INSTRUMENTAL.



## 1.- OBJETO.

El presente documento tiene como objeto describir las especificaciones técnicas que debe reunir el equipamiento (INSTRUMENTAL) para el H.U. Rafael Méndez del Área III de Salud de Lorca, así como definir las condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha de dicho equipamiento y sistemas complementarios.

## 2. LISTADO DE EQUIPAMIENTO.

LOTES	DENOMINACIÓN	UDS.	PRECIO UN.IVA EXC.	PRECIO UN.IVA INC.	TOTALES C/IVA
1	RESECTOR COMPLETO UROLOGÍA	1	8.099,17	9.800,00	9.800,00 €
2	CITOSCOPIO FLEXIBLE UROLOGÍA	1	10.991,74	13.300,00	13.300,00 €
3	CITOSCOPIO RIGIDO 19	1	8.016,53	9.700,00	9.700,00 €
4	CITOSCOPIO RÍGIDO 22	1	8.016,53	9.700,00	9.700,00 €
5	FUENTE LUZ FRIA	1	5.371,90	6.500,00	6.500,00 €
6	URETEROSCOPIO SEMIRRIGIDO	1	6.611,57	8.000,00	8.000,00 €
7	CAJA AMIGDALECTOMÍA	1	10.743,80	13.000,00	13.000,00 €
	<b>IMPORTE TOTAL</b>				<b>70.000,00 €</b>

## 3.- PRESCRIPCIONES GENERALES.

Si el licitador desea incorporar alguna información adicional, deberá reflejarlo claramente y lo hará al final del documento, en el orden que se establece en este PPT.

1.- Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección deberá proporcionarse la máxima descripción, hojas de datos técnicos de producto e información que permita realizar una completa valoración de las diferentes ofertas presentadas. La falta de información, ausencia de hojas de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podrá ser motivo de que la oferta no sea valorada.



Región de Murcia  
Consejería de Salud



2.- Los licitadores que presenten variantes o alternativas al objeto del contrato deberán realizarlas bajo el mismo nº de orden fijado en el Procedimiento y con la debida separación tanto en su oferta técnica como en su proposición económica.

3.- Todos los artículos que componen este Procedimiento Negociado deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de **calidad, etiquetaje, envasado**.

4.- El ofertante deberá consignar las características suficientes para identificar la calidad y condiciones de cada artículo relacionados en el Anexo I, para proceder a su adjudicación.

#### **4.- DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL MATERIAL SOLICITADO.**

Todo el instrumental será de acero quirúrgico inoxidable de alta calidad. En el anexo I que acompaña a este pliego se define el instrumental de cada equipo.

#### **5.- LEGISLACIÓN.**

Los licitadores acreditarán, documentalmente, que el suministro ofertado cumple, en los citados aspectos, con la legislación comunitaria y española vigente y, con la normativa técnica complementaria que le fuese de aplicación, comprometiéndose a realizar las adaptaciones o modificaciones necesarias en caso de modificación de la mencionada normativa que pudiera producirse durante el período de garantía ofertado, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.

Los productos sanitarios presentados a este procedimiento, deberán cumplir la legislación vigente (Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y legislación complementaria) llevando el marcado CE (con base en la Directiva 93/42/CEE). Se incluirá documento acreditativo de este extremo.

Asimismo deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Los productos deberán estar conformes, en el momento en el que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditará el cumplimiento de cualquier otra legislación que sea de aplicación al material ofertado.



Región de Murcia  
Consejería de Salud



## 6.- CONDICIONES DE SUMINISTRO.

### 6.1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Las condiciones de entrega del material deben ajustarse a lo establecido en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a las indicaciones de la propiedad del Hospital. Si por cualquier circunstancia sobrevenida, la propiedad se viese en la obligación de retrasar la entrega del material adjudicado, el adjudicatario deberá suministrar el material en la nueva fecha de entrega indicada, sin coste alguno.

La adquisición que se concursa, incluye no sólo el suministro del material sino también el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se detallan a continuación:

El adjudicatario debe colaborar en el montaje de las diferentes cajas de instrumental conjuntamente con el personal de Hospital, debiendo comprometerse a si se detecta la necesidad de cambiar algún tipo de instrumental de los que compone la caja por otro similar, que responda al objeto del expediente.

Lorca, 21 de septiembre de 2017

Vº Bº:  
El Director de Gestión y S. G.

José Tomás Serrano

Facultativo Especialista Urología

José Carlos Ruíz Morcillo

Facultativo Especialista de ORL

Esteban Merino Galvéz

## **CARACTERÍSTICAS EQUIPOS DE INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANOS DEL H.U.** **RAFAEL MENDEZ**

Con el siguiente instrumental (todas las medidas se definen aproximadamente, se valorará positivamente lo que más se ajuste a lo solicitado):

### **INSTRUMENTAL UROLOGÍA Y ORL**

#### **Lote I**

##### **1 RESECTOR COMPLETO**

Óptica Hopkins 2. 30° diámetro 4mm **para esterilizar autoclave.**  
Cable de luz fría 3,5mm longitud 230mm.  
Cable de conexión HF monopolar para resección.  
Obturador deflectante para resector 26Ch.  
Vaina completa de resección 26Ch incluida vaina interior.  
Elemento de trabajo resección monopolar.  
Caja de plástico perforada para esterilización de ópticas con medidas 446 x 90 x45.  
Caja de plástico perforada para instrumentos con bandeja medidas 530 x 250 x 145mm. Uretrotomo, vaina de uretrotomo diámetro 21Ch.  
Obturador para vaina de uretrotomo.  
Puente adaptador para vaina con una entrada.

#### **Lote II**

##### **1 CITOSCOPIO FLEXIBLE**

Canal de trabajo 7Ch.  
Vaina 15,5 Ch, longitud 35-40cm.  
Deflexión al menos de 140-200°  
Sumergible en soluciones líquidas  
Maletín.

#### **Lote III**

##### **1 CITOSCOPIO RÍGIDO 19 CH**

Vaina cistoscopio 19Ch con obturador.  
Lentes 30°, 0° y 70°.  
Puente de adaptación de la óptica a la vaina.  
Cable de luz fría.  
Contenedor con capacidad para todo el material descrito, que pueda procesarse en ciclos de esterilización de baja temperatura.

#### **Lote IV**

##### **1 CITOSCOPIO RÍGIDO 22 CH**

Vaina cistoscopio 22Ch con obturador.  
Lente 30°, 0° y 70°.

Mecanismo deflectante para cistoscopia con 2 entradas.

Cable de luz fría.

Caja de plástico perforada para esterilización de ópticas 446 x 90 x 45.

Caja de plástico perforada para instrumentos con bandeja medidas aprox. 530 x 250 x 145.

Pinza de agarre dentada diámetro 7 Ch 40cm.

Pinza de cable dentada diámetro 23 Ch 40cm.

Contenedor con capacidad para todo el material descrito, que pueda procesarse en ciclos de esterilización de baja temperatura.

### **Lote V**

#### **1 FUENTES DE LUZ, XENON 300 W**

Fuentes luz fría, xenón 300W

Cable luz fría alta transmisión diámetro 4,8 x 230 cm. Longitud.

### **Lote VI**

#### **1 URETEROSCOPIO SEMIRRÍGIDO**

Calibre 8 Ch. con visión 6º.

Canal central para instrumentos 4 Ch longitud 43cm.

Pinzas de agarre dentada diámetro 5 Ch longitud 60cm.

Mandíbula de pala larga y lo mismo con mandíbula de pala corta.

Contenedor con capacidad para albergar todo el material descrito, que pueda procesarse en ciclos de esterilización de baja temperatura.

### **Lote VII**

#### **1 CAJA DE AMIGDALECTOMÍA - ORL**

1 depresor davis-boyle, 23 x 65 m

1 pala abre bocas p/niños, p/ ru 8384-50, 20 x 58

1 depresores de lengua, fig.1, 28 x 65 mm

1 depresores de lengua, fig. 2, 32 x75 mm

1 depresores de lengua, fig. 3, 37 x 80 mm

1 depresores de lengua, fig., 4, 41 x 94 mm

1 depresor de lengua, fig. 5, 46 x 103 mm

1 abre-bocas jennings, 11 cm

1 abre bocas jennings, 13 cm

1 separador henke, 12 mm, 24 cm

1 pinzas p/ amígdalas colver, curvas, 19 cm

1 pinza de agarre de amígdalas abraham, 20 cm

1 cierra nudos(extractor) p/amígdalas bruenings, 28 cm

1 cierra nudos p/amígdalas, 100 pcs, 0.4 x 50 mm

4 pinza hemostática schnidt, s/d, curva, 19 cm

1 tijera metzenbaum, curva, micro corte, 18 cm

1 cuchillete p/vegetac. beckmann, fig.1,22 cm

1 cuchillete p/ vegetac. beckmann, fig.2, 22 cm

1 cuchillete p/ vegetac. beckmann, fig.3, 22 cm

- 1 cuchillete p/ vegetac. beckmann, fig.4, 22 cm
- 1 cuchillete p/vegetac. beckmann, fig.5, 22 cm
- 1 cuchillete p/vegetac. beckmann, fig. 6, 22 cm
- 1 falk tonsil needle, lft. cvd, 9.5"
- 1 falk tonsil needle, rght.cvd.,9.5"
- 1 pinza de campo schädel, aguda, 9 cm
- 1 mango de bisturí nº3, 22,5 cm
- 1 porta agujas mayo-hegar, curva, tc, 24 cm
- 1 porta-agujas mayo-hegar, ligero, delicado, 20 cm
- 1 espejo laríngeo c/mango ,fig.10, 30mm
- 2 cápsula de acero, 116 x 50 mm, 0,35 l, sin tapa
- 1 pinza de campo doyen
- 1 tijeras mayo, r/r, rectas, 19 cm
- 1 pinza auricular jansen (en bayoneta), s/d, 2,2 mm, 16 cm
- 4 pinza de campo schädel, aguda, 9 cm
- 1 cánula aspiración-coagulación 26 cm, lür lock
- 1 pinza bipolar antiadherente, mango plano, bayoneta, conexión doble pletina, 0,6 mm, 20 cm
- 1 pinza bipolar antiadherente, mango plano, bayoneta, conexión doble pletina, 2 mm, 20 cm
- 2 cable bipolar p/generador valleylab, lamidey, emc, conexión plana, 3 metros
- 1 contenedor aluminio, no perforado, 580 x 280 x 150 mm, con tapa plata y con cestillo 540 x 255 x 100 mm

111

111

111

111