



EXPTE Nº: CS/9999/1100840052/2018/PA

## RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION

Visto el expediente de contratación tramitado para la adjudicación del **Suministro de MATERIALES Y EQUIPOS DE TERMOMETRÍA, ELECTRODOS, PLACAS PARA ELECTROBISTURÍ, BRAZALETES Y MANGUITOS MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA** con destino a los centros dependientes del Servicio Murciano de Salud,

Vista la propuesta de adjudicación efectuada por la Junta de contratación, así como la relación de empresas licitadoras y las puntuaciones obtenidas en el procedimiento por cada una de ellas, que se adjuntan como **"Anexo apertura sobre C"**.

Visto que las empresas propuestas como adjudicatarias han presentado la documentación requerida conforme la normativa aplicable y han constituido las garantías definitivas correspondientes.

Visto el artículo 151.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), y en uso de las atribuciones que me están conferidas en materia de contratación, según lo dispuesto en el artículo 8.1.w), del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la estructura y funciones de los Órganos de Administración y Gestión del Servicio Murciano de Salud

### RESUELVO

**Primero:** Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el expediente citado de **Suministro de MATERIALES Y EQUIPOS DE TERMOMETRÍA, ELECTRODOS, PLACAS PARA ELECTROBISTURÍ, BRAZALETES Y MANGUITOS MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA**, con destino a los centros dependientes del Servicio Murciano de Salud

**Segundo:** La relación de empresas que han presentado ofertas y que han sido admitidas para su ponderación, es la siguiente:

1. *3M ESPAÑA SL*
2. *AB MEDICA GROUP S.A.*
3. *B.BRAUN SURGICAL, SA*
4. *CARDINAL HEALTH SPAIN 511*
5. *CM TECMA, S.L.*
6. *DEXTROMEDICA, SL*
7. *ENGLoba MÉDICA CLÍNICA ,S.L.*
8. *FIRMA AMBU S.L*
9. *GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU*
10. *GVB-SPES ESPO SL*
11. *INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L*
12. *MATCLINIC, S.L*
13. *VIALTA, S.L.*





**Tercero:** Adjudicar el presente expediente a favor de las empresas licitadoras cuyos datos y ofertas se indican en anexo adjunto (**Anexo Adjudicatarios**) con desglose de puntos por Empresa y Lote.

**Cuarto:** Declarar **desiertos** los lotes que se citan a continuación, y por los motivos que igualmente se detallan:

Lote	Motivo
2-11 y 12	Por falta de licitadores
27	Por no alcanzar el umbral técnico mínimo las dos empresas licitadores que presentan su oferta: AB Médica Group, S.A y Vialta, S.l.
30	Por no alcanzar el umbral técnico mínimo el único licitador que presenta oferta GVB-Spes Espo
33	Por no alcanzar el umbral técnico mínimo las dos empresas licitadores que presentan su oferta: Engloba Médica Cínica, S.L. y Etiduerdo, S.L.

**Quinto:** Excluir del procedimiento a todas aquellas empresas y en los lotes que se citan en el informe técnico adjunto a la presente Resolución, por no superar el umbral técnico mínimo, o por no cumplir con alguna/s de las condiciones y requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente licitación.

**Sexto.-** Contra la presente Resolución podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el Registro del Servicio Murciano de Salud o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas<sup>1</sup>, en el plazo de QUINCE DIAS HÁBILES, a contar a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado el presente acto, conforme con los términos regulados en el artículo 50.1.d) de la LCSP.

Opcionalmente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de la jurisdicción contenciosa-administrativa en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.

**Séptimo.-** Notificar la presente Resolución a los licitadores y, simultáneamente, publicarse en el Perfil del contratante con indicación del plazo en que debe procederse a la formalización del correspondiente contrato, conforme lo regulado en el artículo 15.1.2 en relación con el artículo 153.3 de la LCSP.

**EL DIRECTOR GERENTE DEL  
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**  
Asensio López Santiago

<sup>1</sup>Según Convenio publicado en el BOE nº 280, de 21 de noviembre de 2012. Dirección sede electrónica del TACRC a efectos de reclamaciones:<https://sedeminhap.gob.es/es-S/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx>

24/06/2019 16:06:06  
LOPEZ SANTIAGO, ASENSIO  
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.d) de la Ley 39/2015. Las firmas y los fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CA0047e954b469689a2157c400596963467





## INFORME TÉCNICO

**EXPEDIENTE: CS/9999/1100840052/18/PA**

**OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE TERMOMETRÍA, ELECTRODOS, PLACAS PARA ELECTROBISTURÍ, GELES CONDUCTORES, BRAZALETES IDENTIFICATIVOS Y MANGUITOS MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA, CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.**

### LOTE 1

**FUNDA PLÁSTICO TERMÓMETRO TIMPÁNICO DIGITAL  
FUNDA PLÁSTICO TERMÓMETRO AXILAR DIGITAL**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN/FACILIDAD DE USO	20 puntos
EXACTITUD EQUIPO CEDIDO	20 puntos
SISTEMA ANTIPÉRDIDA EQUIPO CEDIDO	05 puntos

La única empresa licitadora a este lote, CARDINAL HEALTH cumple con los requisitos del pliego técnico, presentando una manipulación adecuada, la exactitud de la medición es válida ejecutándose con la técnica adecuada. No presenta sistema anti perdida efectivo.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	EXACTITUD 20	SIST. ANTIPERDIDA 5	TOTAL
CARDINAL HEALTH	12	12	0	24

### LOTE 2

**FUNDA PLÁSTICO TERMÓMETRO DIGITAL TIMPÁNICO (COMPATIBLE BRAUN THERMOSCAN PRO 4000)**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN/FACILIDAD DE USO	45 puntos
-------------------------------	-----------

No existen licitadores a este lote.

### LOTE 3

**FUNDA PLÁSTICO TERMÓMETRO AXILAR DIGITAL (COMPATIBLE CON TERMÓMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS)**



Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN/FACILIDAD DE USO 45 puntos

La única empresa licitadora a este lote, MATCLINIC, cumple con los requisitos del pliego técnico, presentando una manipulación adecuada

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 45	TOTAL
MATCLINIC	25	25

#### LOTE 4

#### TERMÓMETRO CLÍNICO LIBRE MERCURIO

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN/FACILIDAD DE USO 35 puntos  
RESISTENCIA 10 puntos

La única empresa licitadora a este lote, INTERSURGICAL, cumple con los requisitos del pliego técnico, presentando una manipulación adecuada, y la resistencia es adecuada para el uso especificado.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 35	RESISTENCIA 10	TOTAL
INTERSURGICAL	20	6	26

#### LOTE 5

#### TERMÓMETRO INFRARROJOS TEMPORAL ADULTO/PEDIÁTRICO.

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACION/FACILIDAD DE USO 20 puntos  
EXACTITUD 15 puntos  
RESISTENCIA 10 puntos

La empresa AB MEDICA GROUP no cumple el requisito del pliego técnico de una variación en el grado de precisión de la temperatura de  $\pm 0.2^\circ$ , presentado según su ficha técnica una variación de  $\pm 0.3^\circ$ .

Referente a la manipulación, el termómetro presentado por la empresa VIALTA, es de fácil manipulación y adecuado para uso en diferentes estancias, no ocurre lo mismo con el presentado por la empresa MATCLINIC que debido a la autocalibración con la temperatura ambiental, requiere autocalibraciones frecuentes con duración excesiva y poco operativa.



Referente a la exactitud y resistencia ambos termómetros se comportan de manera similar.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	EXACTITUD 15	RESISTENCIA 10	TOTAL
VIALTA	10	8	5	23
MATCLINIC	8	5	5	18
AB MEDICA GROUP	NC	NC	NC	NC

## LOTE 6

### TERMÓMETRO DIGITAL CLÍNICO AXILAR ADULTO

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACION/FACILIDAD DE USO	20 puntos
EXACTITUD	15 puntos
RESISTENCIA	10 puntos

La única empresa licitadora a este lote, INTERSURGICAL, cumple con los requisitos del pliego técnico, presentando una manipulación adecuada, la exactitud de la medición es válida ejecutándose con la técnica adecuada, así como su resistencia por la funda protectora para la bajada del termómetro.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	EXACTITUD 15	RESISTENCIA 10	TOTAL
INTERSURGICAL	10	10	5	25

## LOTE 7

### ELECTRODO ECG ADULTO ELECTRODO ECG PEDIÁTRICO ELECTRODO ECG PARA RESONANCIA MAGNÉTICA ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO EXCÉNTRICO 40MM DIÁMETRO ELECTRODO ECG TEJIDO SIN TEJER PREGELADO EXCÉNTRICO 70MM DIÁMETRO ELECTRODO ECG DE REPOSO PARA PINZA

Los criterios de valoración de este lote son:

ADHESIVIDAD	15 puntos
MANIPULACIÓN ELECTRODO Y PINZA	10 puntos
DERMOSENSIBILIDAD	10 puntos
CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos

Referente a la adhesividad, se consideran que los electrodos presentados por la empresa FIRMA AMBU, presentan una adhesividad adecuada y persistente, superior en esta última característica a los presentados por la empresa



CARDINAL HEALTH. A su vez los electrodos de la empresa FIRMA AMBU se comportan mejor en pieles húmedas que los presentados por la empresa CARDINAL HEALTH, marcándose esta diferencia en el electrodo ECG de reposo para pinza.

Referente a la manipulación, tanto la apertura del envasado como la conexión del electrodo es más segura y ágil en los electrodos presentados por la empresa FIRMA AMBU frente a los presentados por la empresa CARDINAL HEALTH.

Los electrodos de ambas empresas se comportan de manera similar referente a la dermosensibilidad.

Los electrodos de la empresa FIRMA AMBU, presentan una mejor señal con menos ruido que los electrodos presentados por la empresa CARDINAL HEALTH.

PROVEEDOR	ADHESIVIDAD 15	MANIPULACIÓN 10	DERMOSENS. 10	CAPTACIÓN 10	TOTAL
FIRMA AMBU	14	9	5	9	37
CARDINAL HEALTH	8	5	5	5	23

## **LOTE 8**

### **ELECTRODO ECG PARA RECIÉN NACIDO/LACTANTE**

Los criterios de valoración de este lote son:

ADHESIVIDAD	15 puntos
MANIPULACIÓN	10 puntos
DERMOSENSIBILIDAD	10 puntos
CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos

La empresa AB MEDICA GROUP no cumple el requisito del pliego técnico al presentar un electrodo de 30mm cuando en el citado pliego técnico se especifica medidas aproximadas inferiores a 25mm.

Referente a la adhesividad, se consideran que los electrodos presentados por la empresa FIRMA AMBU, presentan una adhesividad adecuada y persistente, superior en esta última característica a los presentados por la empresa CARDINAL HEALTH, a su vez los electrodos de la empresa FIRMA AMBU se comportan mejor en pieles húmedas que los presentados por la empresa CARDINAL HEALTH.

Referente a la manipulación, tanto la apertura del envasado como la conexión del electrodo es más segura y ágil en los electrodos presentados por la empresa FIRMA AMBU frente a los presentados por la empresa CARDINAL HEALTH.

Los electrodos de ambas empresas se comportan de manera similar referente a la dermosensibilidad.



Los electrodos de la empresa FIRMA AMBU, presentan una mejor señal con menos ruido que los electrodos presentador por la empresa CARDINAL HEALTH.

PROVEEDOR	ADHESIVIDAD 15	MANIPULACIÓN 10	DERMOSENS. 10	CAPTACIÓN 10	TOTAL
FIRMA AMBU	14	9	5	9	37
CARDINAL HEALTH	8	5	5	5	23
AB MEDICA GROUP	NC	NC	NC	NC	NC

## LOTE 9

### ELECTRODO ECG PARA NEONATO PREMATURO CON CABLE ELECTRODO ECG RECIÉN NACIDO/LACTANTE CON CABLE

Los criterios de valoración de este lote son:

ADHESIVIDAD	15 puntos
MANIPULACIÓN	10 puntos
DERMOSENSIBILIDAD	10 puntos
CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos

La empresa AB MEDICA GROUP, presenta la misma referencia para los dos ítems del lote, quedando la referencia grande y con manipulación dificultosa en neonatos.

El formato del electrodo de neonatos presentado por la empresa FIRMA AMBU, es valorado de forma muy positiva tanto en manipulación por la facilidad de manejo, como adhesividad, que es muy respetuosa con la piel de los neonatos (dermosensibilidad).

A nivel de captación las dos empresas conducen de manera similar.

PROVEEDOR	ADHESIVIDAD 15	MANIPULACIÓN 10	DERMOSENS. 10	CAPTACIÓN 10	TOTAL
FIRMA AMBU	10	9	7	5	31
AB MEDICA GROUP	3	4	5	5	17

## LOTE 10

Juego 4 pinzas ECG plástico extremidad tamaño adulto reutilizable

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACION	30 puntos
CAPTACIÓN DE SEÑAL	15 puntos

La empresa SONMEDICA no presenta muestras en los centros indicados en los Pliegos por lo que no es valorada.



Todas las empresas presentan productos similares, pero las pinzas presentadas por las empresas AB MEDICA GROUP y VIALTA presentan filos cortantes, que ante fricción pueden dañar la piel, que no ocurre con las de la empresa GVB-SPES ESPO.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 30	CAPTACIÓN 15	TOTAL
GVB-SPES ESPO	15	10	25
AB MEDICA GROUP	8	10	18
VIALTA	8	10	18
SONMEDICA	NV	NV	NV

### LOTE 11

#### ELECTRODO CRANEAL FETAL DOBLE ESPIRAL, ESTÉRIL ELECTRODO CRANEAL FETAL UNA ESPIRAL, ESTÉRIL

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	20 puntos
CAPTACIÓN DE SEÑAL	15 puntos
CONECTIVIDAD	10 puntos

No existen licitadores a este lote.

### LOTE 12

#### ELECTRODO IONTOFORESIS 1,5ML

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	30 puntos
ADHESIVIDAD	15 puntos

No existen licitadores a este lote.

### LOTE 13

#### PLACA QUIRÚRGICA ELECTROBISTURÍ CON DISPOSITIVO REM SIN CABLE ADULTO

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	25 puntos
ADHESIVIDAD	15 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos



El tamaño de la placa de electrobisturí presentada por la empresa 3M, marca la diferencia en la manipulación, debido a su reducido tamaño permite una colocación más cómoda y versátil que el resto de placas presentadas, lo que facilita enormemente su manipulación, frente al resto de empresas licitadoras. Las empresas B. BRAUN SURGICAL, DEXTROMEDICA, PRIM y VIALTA son similares en tamaño y requieren una manipulación superior a la placa de la empresa 3M. El tamaño de las placas presentadas por las empresas PRIM y VIALTA se considera excesivo para determinado tipo de pacientes, dificultando su correcta colocación

Referente a la adhesividad presenta una adhesividad adecuada y persistente y superior la empresa 3M respecto al resto de empresas licitadoras. Permite con facilidad la recolocación y permanece en perfecto estado con gran durabilidad. Las empresas B. BRAUN SURGICAL, DEXTROMEDICA, VIALTA Y PRIM presentan una adhesividad inferior pese a un mayor tamaño de contacto, a la placa presentada por la empresa 3M. Las placas de la empresa PRIM deja restos en piel tras su retirada.

La conectividad es adecuada en todas las empresas licitadoras.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 25	ADHESIVIDAD 15	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
3M	22	14	3	39
B. BRAUN SURGICAL	13	8	3	24
DEXTROMEDICA	13	8	3	24
VIALTA	8	8	3	19
PRIM	6	8	3	17

#### LOTE 14

#### PLACA QUIRÚRGICA ELECTROBISTURÍ CON DISPOSITIVO REM CON CABLE NEONATAL

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	25 puntos
ADHESIVIDAD	15 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos

La empresa VIALTA precisa una manipulación adecuada al tamaño y adaptabilidad de la placa, al igual que la adhesividad es adecuada y respetuosa con la piel del neonato. La conectividad no presenta problemas con los equipos actuales.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 25	ADHESIVIDAD 15	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
VIALTA	15	10	3	28

#### LOTE 15



### PLACA QUIRÚRGICA BILOBULADA ELECTROBISTURÍ SIN CABLE ADULTO

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	25 puntos
ADHESIVIDAD	15 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos

La placa presentada por la empresa VIALTA presenta una mejor manipulación por su tamaño y por una adhesividad más adecuada. La ofertada por la empresa B. BRAUN SURGICAL presenta una adhesividad inferior a la otra licitadora, VIALTA, pese a un mayor tamaño de contacto. Este mayor tamaño dificulta su manipulación. La conectividad es adecuada en las dos empresas.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 25	ADHESIVIDAD 15	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
VIALTA	20	10	3	33
B. BRAUN SURGICAL	13	8	3	24

### LOTE 16

#### PARCHE ELECTROCONDUCTOR DESFIBRILADOR PREGELADO ADULTO

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	20 puntos
ADHERENCIA/ADAPTABILIDAD	15 puntos
CONDUCTIVIDAD	10 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con los requisitos del pliego técnico, presentando una manipulación adecuada, buena adaptación del parche de gel, así como conductividad adecuada.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	ADAPTABILIDAD 15	CONDUCTIVIDAD 10	TOTAL
3M	10	10	5	25

### LOTE 17

#### ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN RADIOTRANSARENTE ADULTO COMPATIBLE ZOLL Y M&B

#### ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN RADIOTRANSARENTE PEDIÁTRICO COMPATIBLE ZOLL Y M&B



**ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
PRECONECTADO DESFIBRILACIÓN ADULTO COMPATIBLE ZOLL (AED  
PLUS Y PRO)  
ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
PRECONECTADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO COMPATIBLE ZOLL  
(AED PLUS Y PRO)**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	20 puntos
ADHESIVIDAD/ADAPTABILIDAD	10 puntos
CONDUCTIVIDAD/CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos

Ambas empresas, AB MÉDICA y VIALTA, presentan productos de similares prestaciones tanto en manipulación, que es adecuada, como adaptabilidad, flexibilidad escasa, conductividad y conectividad adecuadas.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	ADAPTABILIDAD 10	CONDUCTIVIDAD 10	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
AB MEDICA GROUP	11	5	5	3	24
VIALTA	11	5	5	3	24

**LOTE 18**

**ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
DESFIBRILACIÓN ADULTO COMPATIBLE ZOLL CON TECNOLOGÍA  
RETROALIMENTACIÓN RCP**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	20 puntos
ADHESIVIDAD/ADAPTABILIDAD	10 puntos
CONDUCTIVIDAD/CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos

La única empresa licitadora a este lote, MATCLINIC, cumple con los requisitos del pliego técnico, presentando una manipulación adecuada, buena adaptación del parche de gel así como conductividad y conectividad adecuada.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	ADAPTABILIDAD 10	CONDUCTIVIDAD 10	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
MATCLINIC	12	6	6	6	30

**LOTE 19**



**ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
DESFIBRILACIÓN RADIOTRANSARENTE ADULTO COMPATIBLE  
PHYSIOCONTROL, BEXEN CARDIO, CARDIOLINE Y MINDRAY  
ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
DESFIBRILACIÓN RADIOTRANSARENTE PEDIÁTRICO  
PHYSIOCONTROL, BEXEN CARDIO, CARDIOLINE Y MINDRAY**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	20 puntos
ADHESIVIDAD/ADAPTABILIDAD	10 puntos
CONDUCTIVIDAD/CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos

La empresa SONMEDICA no presenta muestras en los Centros indicados en el Pliego, por lo que no es valorada.

Todas las empresas licitadoras presentan productos de similares prestaciones tanto en manipulación, que es adecuada, como adaptabilidad, flexibilidad escasa, conductividad y conectividad adecuadas.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	ADAPTABILIDAD 10	CONDUCTIVIDAD 10	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
AB MEDICA GROUP	11	5	5	3	24
CARDINAL HEALTH	11	5	5	3	24
CM TECMA	11	5	5	3	24
SONMEDICA	NV	NV	NV	NV	NV

**LOTE 20**

**ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO, CON  
ATENUADOR, DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO PARA MONITORES  
SEMIAUTOMÁTICOS PHYSIOCONTROL, BEXEN CARDIO, CARDIOLINE Y  
MINDRAY**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	20 puntos
ADHESIVIDAD/ADAPTABILIDAD	10 puntos
CONDUCTIVIDAD/CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos

La empresa SONMEDICA no presenta muestras en los Centros indicados en el Pliego, por lo que no es valorada.



Ambas empresas presentan productos de similares prestaciones tanto en manipulación, que es adecuada, como adaptabilidad, flexibilidad escasa, conductividad y conectividad adecuadas.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	ADAPTABILIDAD 10	CONDUCTIVIDAD 10	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
AB MEDICA GROUP	11	5	5	3	24
VIALTA	11	5	5	3	24
SONMEDICA	NV	NV	NV	NV	NV

### LOTE 21

**ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
DESFIBRILACIÓN ADULTO COMPATIBLE PHILIPS  
ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
DESFIBRILACIÓN RADIOTRANSARENTE ADULTO COMPATIBLE  
PHILIPS  
ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
DESFIBRILACIÓN RADIOTRANSARENTE PEDIÁTRICO COMPATIBLE  
PHILIPS**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	20 puntos
ADHESIVIDAD/ADAPTABILIDAD	10 puntos
CONDUCTIVIDAD/CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos

La empresa SONMEDICA no presenta muestras en los Centros indicados en el Pliego, por lo que no es valorada.

Todas las empresas licitadoras presentan productos de similares prestaciones tanto en manipulación, que es adecuada, como adaptabilidad, flexibilidad escasa, conductividad y conectividad adecuadas.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	ADAPTABILIDAD 10	CONDUCTIVIDAD 10	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
AB MEDICA GROUP	11	5	5	3	24
CARDINAL HEALTH	11	5	5	3	24
CM TECMA	11	5	5	3	24
SONMEDICA	NV	NV	NV	NV	NV

### LOTE 22



**ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO, CON ATENUADOR, DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO PARA MONITORES SEMIAUTOMÁTICOS COMPATIBLE PHILIPS**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	20 puntos
ADHESIVIDAD/ADAPTABILIDAD	10 puntos
CONDUCTIVIDAD/CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos

La empresa SONMEDICA no presenta muestras en los Centros indicados en el Pliego, por lo que no es valorada.

Todas las empresas licitadoras presentan productos de similares prestaciones tanto en manipulación, que es adecuada, como adaptabilidad, flexibilidad escasa, conductividad y conectividad adecuadas.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	ADAPTABILIDAD 10	CONDUCTIVIDAD 10	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
AB MEDICA GROUP	11	5	5	3	24
CM TECMA	11	5	5	3	24
VIALTA	11	5	5	3	24
SONMEDICA	NV	NV	NV	NV	NV

**LOTE 23**

**ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN ADULTO COMPATIBLE SCHILLER  
ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO COMPATIBLE SCHILLER**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	20 puntos
ADHESIVIDAD/ADAPTABILIDAD	10 puntos
CONDUCTIVIDAD/CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos

La empresa SONMEDICA no presenta muestras en los Centros indicados en el Pliego, por lo que no es valorada.

Ambas empresas presentan productos de similares prestaciones tanto en manipulación, que es adecuada, como adaptabilidad, flexibilidad escasa, conductividad y conectividad adecuadas.



PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	ADAPTABILIDAD 10	CONDUCTIVIDAD 10	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
AB MEDICA GROUP	11	5	5	3	24
VIALTA	11	5	5	3	24
SONMEDICA	NV	NV	NV	NV	NV

### LOTE 24

**ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
DESFIBRILACIÓN ADULTO COMPATIBLE NIHON KOHDEN, WELCH  
ALLYN, ARTEMA Y DRÄGER  
ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO COMPATIBLE NIHON KOHDEN, WELCH  
ALLYN, ARTEMA Y DRÄGER**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	20 puntos
ADHESIVIDAD/ADAPTABILIDAD	10 puntos
CONDUCTIVIDAD/CAPTACIÓN DE SEÑAL	10 puntos
CONECTIVIDAD	05 puntos

La empresa SONMEDICA no presenta muestras en los Centros indicados en el Pliego, por lo que no es valorada.

Todas las empresas licitadoras presentan productos de similares prestaciones tanto en manipulación, que es adecuada, como adaptabilidad, flexibilidad escasa, conductividad y conectividad adecuadas.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	ADAPTABILIDAD 10	CONDUCTIVIDAD 10	CONECTIVIDAD 5	TOTAL
AB MEDICA GROUP	11	5	5	3	24
CM TECMA	11	5	5	3	24
VIALTA	11	5	5	3	24
SONMEDICA	NV	NV	NV	NV	NV

### LOTE 25

**ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
DESFIBRILACIÓN ADULTO  
COMPATIBLE GE  
ELECTRODO ECG ESPUMA PREGELADO CABLE INCORPORADO  
DESFIBRILACIÓN PEDIÁTRICO  
COMPATIBLE GE**



La otra empresa licitadora a este lote cumple con los requisitos del pliego técnico, presentando una manipulación adecuada, buena conductividad y respeto a la piel.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	CAPTACIÓN 15	DERMOSENS. 10	TOTAL
VIALTA	10	8	5	23
AB MEDICA GROUP	NC	NC	NC	NC

**LOTE 29**

**GEL CONDUCTOR 20ML. ESTÉRIL**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACION	20 puntos
CAPTACIÓN DE SEÑAL	15 puntos
DERMOSENSIBILIDAD	10 puntos

La empresa SONMEDICA no presenta muestras en los centros indicados en el Pliego, por lo que no es valorada.

La empresa VIALTA cumple con los requisitos del pliego técnico, presentando una manipulación adecuada, buena conductividad y respeto a la piel.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	CAPTACIÓN 15	DERMOSENS. 10	TOTAL
VIALTA	10	8	5	23
SONMEDICA	NV	NV	NV	NV

**LOTE 30**

**PASTA CONDUCTORA ADHESIVA ELECTROENCEFALOGRAFÍA 200-250 GR**

**PASTA CONDUCTORA ADHESIVA ELECTROENCEFALOGRAMA TUBO GEL CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFÍA CON GORRO 900-1000 ML ESTÉRIL.**

**PASTA ABRASIVA NO CONDUCTORA PREPARADORA PIEL 100-150 GR**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACION	20 puntos
CAPTACIÓN DE SEÑAL	15 puntos
DERMOSENSIBILIDAD	10 puntos

La única empresa licitadora, GVB-SPES ESPO, presenta una pasta conductora adhesiva para electroencefalograma muy poco adherente y demasiado sólida, siendo su manipulación en neonatos sobre todo muy



complicada, deslizándose los electrodos, a la vez de la dificultad de aplicación y extracción del tubo.

Referente a la captación es adecuada así como su respeto a la piel.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 20	CAPTACIÓN 15	DERMOSENS. 10	TOTAL
GVB-SPES ESPO	6	8	5	19

**LOTE 31**

**BRAZALETE IDENTIFICACIÓN MADRE E HIJO  
BRAZALETE IDENTIFICACIÓN MADRE Y DOS HIJOS  
BRAZALETE IDENTIFICACIÓN ADULTO PACIENTES DIALIZADOS**

Los criterios de valoración de este lote son:

COMODIDAD / ADAPTABILIDAD	20 puntos
SEGURIDAD	15 puntos
COLOCACIÓN / RETIRADA	10 puntos

Referente al brazalete de identificación madre hijos ambas empresas presentan el mismo producto, cumpliendo con los requisitos expresados el pliego técnico, presentando un sistema seguro con brazaletes adaptables y de colocación y retirada adecuada, no obstante, en el brazalete de identificación adulto de pacientes dializados, presentado por la empresa ETIDUERO, no especifica en la ficha técnica el aviso de alerta vía hemodiálisis, las muestras presentadas no especifican esta alerta, por lo que no cumple con lo exigido en el Pliego Técnico.

La empresa COMPONENTS SANITARIS ENGLOBA, presenta brazaletes con área de escritura suficiente, fácilmente adaptables y de tamaños adecuados, a su vez en el brazalete de adulto paciente dializado identifica claramente la alerta vía hemodiálisis. Presentan cierre de seguridad inviolable, fácil colocación y adaptabilidad.

PROVEEDOR	COMODIDAD 20	SEGURIDAD 15	COLOCACIÓN 10	TOTAL
COMPONENTS SANITARIS ENGLOBA	15	8	8	31
ETIDUERO	NC	NC	NC	NC

**LOTE 32**

**BRAZALETE IDENTIFICACIÓN ADULTO  
BRAZALETE IDENTIFICACIÓN PEDIÁTRICO**

Los criterios de valoración de este lote son:

COMODIDAD / ADAPTABILIDAD	20 puntos
---------------------------	-----------



SEGURIDAD  
COLOCACIÓN / RETIRADA

15 puntos  
10 puntos

LA empresa JUVAZQUEZ no presenta oferta al código del lote 11000143 BRAZALETE IDENTIFICACIÓN PEDIÁTRICO, por lo que no se valora.

La empresa ETIDUERO presenta una pulsera de TNT térmica, preparada para impresión térmica, lo que agiliza poco su uso en diferentes unidades al carecer de impresora en todas ellas. A su vez el ancho del brazalete pediátrico se considera excesivo para niños pequeños. Referente a la seguridad, se considera adecuada para su uso. Referente a la colocación, al ser una etiqueta adhesiva requiere mayor manipulación para su colocación.

La empresa COMPONENTS SANITARIS ENGLOBA, presenta brazaletes con área de escritura suficiente, fácilmente adaptables y de tamaños adecuados, a su vez en adulto permite la diferenciación por colores.

PROVEEDOR	COMODIDAD 20	SEGURIDAD 15	COLOCACIÓN 10	TOTAL
COMPONENTS SANITARIS ENGLOBA	15	8	5	28
ETIDUERO	5	8	3	16
JUVAZQUEZ	NC	NC	NC	NC

**LOTE 33**

**BRAZALETE IDENTIFICACIÓN RECEPTORES TRANSFUSIÓN**

Los criterios de valoración de este lote son:

COMODIDAD / ADAPTABILIDAD                      20 puntos  
SEGURIDAD    15 puntos  
COLOCACIÓN / RETIRADA                              10 puntos

La empresa COMPONENTS SANITARIS ENGLOBA presenta una pulsera con etiqueta de gran tamaño que sobrepasa el área de tubo de EDTA pediátrico, lo que no permite su lectura automatizada, como indica el pliego técnico. La empresa ETIDUERO presenta una pulsera sin etiqueta autocopiativa como indica el pliego técnico. Por tanto ambas empresas quedan excluidas.

PROVEEDOR	COMODIDAD 20	SEGURIDAD 15	COLOCACIÓN 10	TOTAL
COMPONENTS SANITARIS ENGLOBA	NC	NC	NC	NC
ETIDUERO	NC	NC	NC	NC

**LOTE 34**

**MANGUITO MONITORIZACIÓN NO INVASIVA DOS SALIDAS,  
DESECHABLE  
MANGUITO MONITORIZACIÓN NO INVASIVA UNA SALIDA, DESECHABLE**



**MANGUITO MONITORIZACIÓN NO INVASIVA DOS SALIDAS,  
REUTILIZABLE  
MANGUITO MONITORIZACIÓN NO INVASIVA UNA SALIDA,  
REUTILIZABLE**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	25 puntos
TRANSPIRACIÓN	10 puntos
CONEXIONES	10 puntos

La empresa SONMEDICA no presenta muestras en los Centros indicados en el Pliego por lo que no es valorada.

La empresa GENERAL ELECTRIC presenta unos manguitos con comodidad adecuada, no se abren al inflarse y colocación adecuada con buena adaptación. Esta empresa tiene gama de tamaños superior a la otra empresa licitadora lo que asegura un tamaño más adecuado que favorece la comodidad, seguridad y facilidad de colocación.

El manguito reutilizable de la empresa CM TECMA es menos transpirable que el presentado por la empresa GENERAL ELECTRIC, lo que influye en la comodidad. Referente a la seguridad presentan mayor superficie de velcro lo que aumenta la seguridad durante la medición de su no apertura, sin embargo, esta mayor superficie de velcro lo hace algo más rígido, más incómodo, lo que dificulta su colocación y retirada obligando a una mayor fuerza.

PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 25	TRANSPIRACIÓN 10	CONEXIONES 10	TOTAL
GENERAL ELECTRIC	20	12	8	40
CM TECMA	13	10	5	28
SONMEDICA	NV	NV	NV	NV

**LOTE 35**

**MANGUITO MONITORIZACIÓN NO INVASIVA CONEXIÓN BOTON,  
DESECHABLE  
MANGUITO MONITORIZACIÓN NO INVASIVA CONEXIÓN BOTON,  
REUTILIZABLE**

Los criterios de valoración de este lote son:

MANIPULACIÓN	25 puntos
TRANSPIRACIÓN	10 puntos
CONEXIONES	10 puntos

La empresa SONMEDICA no presenta muestras en los Centros indicados en el Pliego por lo que no es valorada.

La empresa MATCLINIC presenta unos manguitos con comodidad adecuada, no se abren al inflarse y colocación adecuada con buena adaptación. Así como una buena transpiración y las conexiones correctas para su utilización.



PROVEEDOR	MANIPULACIÓN 25	TRANSPIRACIÓN 10	CONEXIONES 10	TOTAL
MATCLINIC	15	9	6	30
SONMEDICA	NV	NV	NV	NV

Murcia, 3 de mayo de 2019

**Juan Antonio Sánchez Pérez**  
Supervisor RR.MM. Área I

**Félix Peñalver Hernández**  
Supervisor RR.MM. Área VI

**M<sup>a</sup> Teresa Ballesteros Juan**  
Supervisora RR.MM. 061

**Juan Manuel Romero Pelegrín**  
Supervisor RR.MM. Área II

**Máximo Culiáñez Alenda**  
Supervisor RR.MM. Área VII

## ANEXO SOBRE C

EMPRESA	LOTE	CODIGO	Denominación	Cantidad	Pr. Licit. Sin iva	PR Oferta sin iva	PR Oferta total sin iva	Puntuación técnica	Puntuación precio	TOTAL
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	1	11003523	FUNDA PLÁSTICO TERM.. ELECTRÓNICO AXILAR	200.000,00	0,028	0,03	5.600,00	24,00	0,00	24,00
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	1	11001769	FUNDA PLÁSTICO TERM..O DIGITAL TIMPÁNICO	5.300.000,00	0,028	0,03	148.400,00	24,00	0,00	24,00
MATCLINIC, S.L.	3	11042357	Funda plástic..lar enfermera inteligente	300.000,00	0,026	0,03	7.500,00	25,00	14,10	39,10
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L	4	11037427	TERMÓMETRO CLÍNICO LIBRE MERCURIO	3.100,00	4	2,33	7.223,00	26,00	55,00	81,00
VIALTA S.L.	5	11040555	TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJOS	340,00	42	31,00	10.540,00	23,00	55,00	78,00
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L	6	11008224	TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR	2.000,00	1,02	0,93	1.860,00	25,00	32,35	57,35
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	7	11000719	ELECTRODO ECG ESPUM..ONCÉNTRICO 36X45MM	3.100.000,00	0,034	0,03	99.200,00	23,00	55,00	78,00
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	7	11000720	ELECTRODO ECG ESPUM..EXCÉNTRICO 34X41MM	250.000,00	0,05	0,04	11.225,00	23,00	55,00	78,00
FIRMA AMBU S.L.	7	11000719	ELECTRODO ECG ESPUM..ONCÉNTRICO 36X45MM	3.100.000,00	0,034	0,03	100.750,00	37,00	11,49	48,49
FIRMA AMBU S.L.	7	11000524	ELECTRODO ECG REPOS..RANSARENTE 21X35MM	4.700.000,00	0,012	0,01	54.050,00	37,00	11,49	48,49
FIRMA AMBU S.L.	7	11042665	ELECTRODO ECG ESPUM..RANSARENTE 36X40MM	20.000,00	0,05	0,05	940,00	37,00	11,49	48,49
FIRMA AMBU S.L.	7	11032333	ELECTRODO ECG TEID..TRICO 68MM DIÁMETRO	140.000,00	0,165	0,16	22.400,00	37,00	11,49	48,49



SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE TERMOMETRÍA

EXPEDIENTE: CS/9999/1100840052/18/PA

ANEXO ADJUDICATORIOS

EMPRESA	LOTE	CÓDIGO	Denominación	Cantidad	Pr. Licit. Sin Iva	PR Oferta total sin Iva	Puntuación		TOTAL
							técnica	precio	
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	1	11001769	FUNDA PLÁSTICO TERM..O DIGITAL TIMPÁNICO	5.300.000,00	0,028	148.400,00	24,00	0,00	24,00
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	1	11003523	FUNDA PLÁSTICO TERM.. ELECTRÓNICO AXILAR	200.000,00	0,028	5.600,00	24,00	0,00	24,00
MATCLINIC, S.L	3	11042357	Funda plástic..lar enfermera inteligente	300.000,00	0,026	7.500,00	25,00	14,10	39,10
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L	4	11037427	TERMÓMETRO CLÍNICO LIBRE MERCURIO	3.100,00	4	7.223,00	26,00	55,00	81,00
VIALTA S.L	5	11040555	TERMÓMETRO CLÍNICO INFARROJOS	340,00	42	10.540,00	23,00	55,00	78,00
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L	6	11008224	TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR	2.000,00	1,02	1.860,00	25,00	32,35	57,35
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	7	11000524	ELECTRODO ECG REPOS..RANSAPARENTE	4.700.000,00	0,012	47.000,00	23,00	55,00	78,00
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	7	11032333	ELECTRODO ECG TEJID..TRICO 68MM	140.000,00	0,165	13.860,00	23,00	55,00	78,00
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	7	11000719	ELECTRODO ECG ESPUM..ONCÉNTRICO	3.100.000,00	0,034	99.200,00	23,00	55,00	78,00
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	7	11000720	ELECTRODO ECG ESPUM..EXCÉNTRICO	250.000,00	0,05	11.225,00	23,00	55,00	78,00
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	7	11020690	ELECTRODO ECG ESPUM.. EXCÉNTRICO	800.000,00	0,09	56.000,00	23,00	55,00	78,00
CARDINAL HEALTH SPAIN 511	7	11042665	ELECTRODO ECG ESPUM..RANSAPARENTE	20.000,00	0,05	940,00	23,00	55,00	78,00
FIRMA AMBU S.L	8	11005534	ELECTRODO ECG ESPUM..TRICO 24MM	140.000,00	0,055	5.600,00	37,00	55,00	92,00
FIRMA AMBU S.L	9	11003977	ELECTRODO ECG NEONATO/LACTANTE CON	22.000,00	0,343	6.380,00	31,00	39,68	70,68
FIRMA AMBU S.L	9	11023055	ELECTRODO ECG TEJID..CABLE 22MM	6.000,00	1	5.700,00	31,00	39,68	70,68
GVB-SPES ESPO SL	10	11026824	ELECTRODO ECG PINZA..ÁTRICO,REUTILIZABLE	20,00	9,8	145,00	25,00	55,00	80,00
GVB-SPES ESPO SL	10	11018878	ELECTRODO ECG PINZA..ADULTO,REUTILIZABLE	200,00	9,4	1.400,00	25,00	55,00	80,00
B.BRAUN SURGICAL, SA	13	11001112	PLACA QUIRÚRGICA EL..EM SIN CABLE ADULTO	130.000,00	0,38	42.900,00	24,00	48,25	72,25
VIALTA S.L	14	11004890	PLACA QUIRÚRGICA EL..I CON CABLE NEONATO	200,00	2,66	326,00	28,00	55,00	83,00
VIALTA S.L	15	11024504	PLACA QUIRÚRGICA EL..R SIN CABLE ADULTO	4.000,00	0,49	1.600,00	33,00	55,00	88,00
3M ESPAÑA SL	16	11000011	LÁMINA ELECTROCONDU..DO PREGELADA	2.500,00	1,4	3.500,00	25,00	0,00	25,00
AB MEDICA GROUP S.A.	17	11052195	ELECTRODO DOBLE PAR..Z/ZOLL AED PRO/PLUS	10,00	69	280,00	24,00	55,00	79,00
AB MEDICA GROUP S.A.	17	11046664	ELECTRODO DOBLE PAR..T PADZ/ZOLL MEDICAL	250,00	18	3.875,00	24,00	55,00	79,00
AB MEDICA GROUP S.A.	17	11049403	ELECTRODO DOBLE PAR..ADZ/ZOLL MEDICAL II	30,00	79	780,00	24,00	55,00	79,00
AB MEDICA GROUP S.A.	17	11000614	ELECTRODO DOBLE PAR..T PADZ/ZOLL MEDICAL	20,00	20	377,00	24,00	55,00	79,00
MATCLINIC, S.L	18	11052404	ELECTRODO DOBLE PAR..ABLE ZOLL STAT-PADZ	30,00	78,9	2.310,00	30,00	8,83	38,83
AB MEDICA GROUP S.A.	19	11037024	ELECTRODO DOBLE PAR..OMPATIBLE	2.000,00	18	27.900,00	24,00	55,00	79,00
AB MEDICA GROUP S.A.	19	11037010	ELECTRODO DOBLE PAR..OMPATIBLE	110,00	18	1.859,00	24,00	55,00	79,00
AB MEDICA GROUP S.A.	20	11053800	ELECTRODO ECG ESPUM..CARDIOLINE	10,00	40	315,00	24,00	55,00	79,00
AB MEDICA GROUP S.A.	21	11037023	ELECTRODO DOBLE PAR.. COMPATIBLE PHILIPS	1.000,00	12	11.350,00	24,00	46,74	70,74

AB MEDICA GROUP S.A.	21	11046663	ELECTRODO DOBLE PAR... COMPATIBLE PHILIPS	1.300,00	18	19.370,00	24,00	46,74	70,74
AB MEDICA GROUP S.A.	21	11046673	ELECTRODO DOBLE PAR... COMPATIBLE PHILIPS	120,00	20	2.262,00	24,00	46,74	70,74
AB MEDICA GROUP S.A.	22	11023421	ELECTRODO DOBLE PAR...COMPATIBLE PHILIPS	80,00	40	2.412,00	24,00	55,00	79,00
AB MEDICA GROUP S.A.	23	11040507	ELECTRODO DOBLE PAR...OMPATIBLE SCHILLER	30,00	16,2	375,00	24,00	55,00	79,00
AB MEDICA GROUP S.A.	23	11040565	ELECTRODO DOBLE PAR...OMPATIBLE SCHILLER	10,00	18	150,00	24,00	55,00	79,00
CM TECMA, S.L	24	11044554	ELECTRODO DOBLE PAR...TIBLE NIHON KOHDEN	120,00	14	1.320,00	24,00	55,00	79,00
CM TECMA, S.L	24	11019349	ELECTRODO DOBLE PAR...ATIBLE NIHON	20,00	25	260,00	24,00	55,00	79,00
VIALTA S.L	25	11032081	ELECTRODO DOBLE PAR...IBLE GE HEALTHCARE	5,00	21	103,15	24,00	55,00	79,00
VIALTA S.L	25	11042543	ELECTRODO DOBLE PAR... COMPATIBLE AED PRO	60,00	55	1.240,20	24,00	55,00	79,00
VIALTA S.L	25	11000721	ELECTRODO DOBLE PAR...IBLE GE HEALTHCARE	80,00	21	1.508,00	24,00	55,00	79,00
VIALTA S.L	25	11042544	ELECTRODO DOBLE PAR... COMPATIBLE AED PRO	30,00	99	1.131,00	24,00	55,00	79,00
VIALTA S.L	26	11040985	ELECTRODO DOBLE PAR...OMPATIBLE CU	15,00	15	225,00	24,00	55,00	79,00
VIALTA S.L	26	11045003	ELECTRODO DOBLE PAR... ADULTO/NIÑO < 25KG	20,00	53	754,00	24,00	55,00	79,00
VIALTA S.L	26	11044183	ELECTRODO DOBLE PAR...MPATIBLE CU	10,00	13,2	131,30	24,00	55,00	79,00
VIALTA S.L	28	11008685	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDOS 250ML	11.000,00	0,39	3.960,00	23,00	34,39	57,39
VIALTA S.L	28	11028062	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDOS 1000ML	2.000,00	1	1.740,00	23,00	34,39	57,39
VIALTA S.L	29	11000565	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDOS 20GR.	7.000,00	0,81	4.480,00	23,00	55,00	78,00
ENGLBA MÉDICA CLÍNICA, S.L	31	11000615	Brazalete identificación madre e hijo	32.000,00	4,8	153.600,00	31,00	0,00	31,00
ENGLBA MÉDICA CLÍNICA, S.L	31	11040954	Brazalete identif...pacientes dializados	3.000,00	0,48	1.440,00	31,00	0,00	31,00
ENGLBA MÉDICA CLÍNICA, S.L	31	11005675	Brazalete identif...ón madre y dos hijos	1.000,00	2,55	2.550,00	31,00	0,00	31,00
ENGLBA MÉDICA CLÍNICA, S.L	32	11001641	Brazalete identificación adulto	52.000,00	0,78	40.560,00	28,00	0,00	28,00
ENGLBA MÉDICA CLÍNICA, S.L	32	11000143	Brazalete identificación pediátrico	5.000,00	0,15	750,00	28,00	0,00	28,00
CM TECMA, S.L	34	99132744	MANGUITO MONIT... 2 SALIDAS, DESECHABLE	2.000,00	2,72	4.100,00	28,00	55,00	83,00
CM TECMA, S.L	34	99132745	MANGUITO MONIT... 1 SALIDA, DESECHABLE	20.000,00	2,3	41.000,00	28,00	55,00	83,00
CM TECMA, S.L	34	99132746	MANGUITO MONI... 2 SALIDAS, REUTILIZABLE	360,00	22	3.240,00	28,00	55,00	83,00
CM TECMA, S.L	34	99132747	MANGUITO MONI... 1 SALIDA, REUTILIZABLE	1.400,00	24	12.600,00	28,00	55,00	83,00
MATCLINIC, S.L	35	99132749	MANGUITO MONITORI... BOTON, REUTILIZABLE	100,00	20,7	2.029,00	30,00	7,87	37,87
MATCLINIC, S.L	35	99132748	MANGUITO MONITORIZ... BOTON, DESECHABLE	2.000,00	2,25	4.400,00	30,00	7,87	37,87

ADJUDICACION 833635,65