

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: 1100933519

OBJETO: Suministro de drenajes quirúrgicos

LOTE 1 TUBO PENROSE SILICONA

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 14 puntos
- Capacidad de drenado 10 puntos
- Marcas medidoras de profundidad 05 puntos

El material ofertado por la empresa PRIM S.A., única licitadora a este lote, cumple adecuadamente con lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. El tubo posee una cómoda manipulación y es fácil de adaptar y colocar. Posee una buena flexibilidad y por el diseño acanalado interior, en caso de acodamiento, no se obstruye con facilidad. Respecto a la capacidad de llenado es aceptable no sobresaliendo en este ítem. El tubo tiene impresas marcas centimetradas visibles claramente.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20 pts | Dificultad acodamiento/flexibilidad 14 pts | Capacidad de drenado 10 pts | Marcas medidoras profundidad 5 pts | TOTAL |
|-----------|------------------------|--|-----------------------------------|---|-------|
| PRIM, SA. | 15 | 10 | 5 | 4 | 34 |

LOTE 2 TUBOS DE KHER

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 14 puntos
- Capacidad de drenado 10 puntos
- Marcas medidoras de profundidad 05 puntos

Respecto a la manipulación de los productos presentados, es mejor valorado el tubo de la empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. cuya gama de tubos se adapta mejor a calibres más finos y son más fáciles de insertar que los de la empresa PRIM, SA., que presenta calibres de mayor tamaño.



Los tubos de ambas empresas poseen una flexibilidad y dificultad para el acodamiento similar, sin destacar en este punto ninguna de ellas, al igual que la capacidad de drenado que es aceptable en ambas empresas.

Respecto a las marcas medidoras de profundidad el tubo presentado por la empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. dispone de unas marcas claramente visibles. El producto de la empresa PRIM, S.A. no presenta marcas de profundidad por lo que es la peor valorada en este aspecto.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20 pts | Dificultad acodamiento/flexibilidad 14 pts | Capacidad de drenado 10 pts | Marcas medidoras profundidad 5 pts | TOTAL |
|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---|-------|
| IZASA HOSPITAL, S.L.U | 15 | 7 | 5 | 4 | 31 |
| PRIM, SA. | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 |

LOTE 3 TUBO DRENAJE SILICONA ACANALADO (BLAKE) CON TROCAR

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 15 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 10 puntos
- Capacidad de aspiración 10 puntos
- Características del trocar 09 puntos
- Conexión al colector: Versatilidad 05 puntos

Respecto al criterio de manipulación son valorados como buenos los productos ofertados por las empresas INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L., IZASA HOSPITAL, S.L.U y PRIM, SA., superiores a las ofertas presentadas por las empresas DENTSPLY SIRONA IBERIA, SAU., IHT MEDICAL, SA. y MEDLINE INTERANCIONAL IBERIA, que presentan un protector del trocar duro de retirar con el riesgo asociado de pincharse en la retirada del mismo. Además los productos presentados por INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. y PRIM, SA presentan tubuladuras de mayor longitud que las demás por lo que son mejor valoradas en este ítem.

En lo que a la dificultad de acodamiento/ flexibilidad se refiere, la empresa PRIM, SA es la mejor valorada referente a su adaptabilidad y mantenimiento de su luz interna, el resto de empresas, presentan productos con una buena flexibilidad y dificultad de acodamiento similar entre ellas.

Igualmente, todos los productos ofertados poseen una capacidad de aspiración aceptable, destacando un mejor comportamiento del producto presentado por la empresa PRIM, SA.

En cuanto a las características del trocar, todas las empresas presentan un trocar afilado y de fácil uso, excepto IZASA HOSPITAL, S.L.U, cuyo trocar es valorado como más traumático y recibe peor valoración.

En el criterio de conexiones al colector y versatilidad es peor valorada la oferta de IZASA HOSPITAL, S.L.U ya que deben utilizar varias piezas para conectar al colector, siendo la mejor valorada la de PRIM, SA que presenta más



versatilidad en sus componentes. El resto de productos son valorados como aceptables y de manera de similar entre ellos.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 15 pts | Dificultad acodamiento/ flexibilidad 10 pts | Capacidad aspiración 10 pts | Características trocar 9 pts | Conexión colector: Versatilidad 5 pts | TOTAL |
|------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------|
| PRIM, SA. | 14 | 8 | 8 | 4.5 | 5 | 39.50 |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | 14 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 31,00 |
| MEDLINE INTERANCIONAL IBERIA | 8 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 25,00 |
| DENTSPLY SIRONA IBERIA, SAU | 8 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 25,00 |
| IHT MEDICAL, SA. | 8 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 25,00 |
| IZASA HOSPITAL, S.L.U | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 23,00 |

LOTE 4 TUBO JACKSON PRATT PLANO SIN TRÓCAR

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 15 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 10 puntos
- Capacidad de aspiración 10 puntos
- Características del trocar 09 puntos
- Conexión al colector: Versatilidad 05 puntos

Referente al criterio de manipulación, las dos empresas licitadoras, IHT MEDICAL Y PRIM, presentan unos tubos de buena calidad con fácil manipulación y adaptabilidad. También poseen ambos tubos una buena flexibilidad y dificultad en su acodamiento por lo que son valoradas de manera similar.

En lo que a la capacidad de aspiración se refiere y al trocar, ninguna de las dos empresas destaca en estos criterios siendo puntuadas por igual.

La conexión al colector de ambos tubos es buena y sin destacar entre ellas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 15 pts | Dificultad acodamiento/ flexibilidad 10 pts | Capacidad aspiración 10 pts | Características trocar 9 pts | Conexión colector: Versatilidad 5 pts | TOTAL |
|------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------|
| IHT MEDICAL, SA. | 10 | 8 | 5 | 4.5 | 4 | 31.5 |
| PRIM, SA. | 10 | 8 | 5 | 4.5 | 4 | 31.5 |



LOTE 5 COLECTOR DE VACIO CON BOLSA, TUBO PLANO Y TRÓCAR

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 15 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 10 puntos
- Capacidad de aspiración 10 puntos
- Características del trocar 09 puntos
- Conexión al colector: Versatilidad 05 puntos

La empresa PRIM, SA, única licitadora a este lote, cumple satisfactoriamente con lo solicitado en el pliego de prescripciones técnicas.

El set es fácil de manipular y de conectar, el tubo tiene una buena flexibilidad y resiste el acodamiento. Respecto a la capacidad de aspiración, es adecuada sin destacar en este ítem. El trocar se inserta con facilidad, con un buen filo y fácil manipulación. La conexión al colector se realiza mediante conexión Luer Lock lo que aporta una buena seguridad a la misma.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 15 pts | Dificultad acodamiento/ flexibilidad 10 pts | Capacidad aspiración 10 pts | Características trocar 9 pts | Conexión colector: Versatilidad 5 pts | TOTAL |
|-----------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------|
| PRIM, SA. | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 34 |

LOTE 6 COLECTOR DE VACIO CON BOLSA, TUBO REDONDO Y TRÓCAR

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 15 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 10 puntos
- Capacidad de aspiración 10 puntos
- Características del trocar 09 puntos
- Conexión al colector: Versatilidad 05 puntos

Respecto a la manipulación, los colectores presentados por DENTSPLY SIRONA IBERIA SAU, son los mejor valorados por facilidad de colocación y realización del vacío. Tras esta las empresas IZASA HOSPITAL, S.L.U y PRIM, SA disponen de una fácil manipulación, siendo peor valorados los drenajes de INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L por necesitar mayor manipulación en el vaciado.

En flexibilidad y dificultad de acodamiento todas las empresas son aceptables destacando en flexibilidad la empresa DENTSPLY SIRONA IBERIA, SAU en este ítem.



En todos los productos ofertados se aprecia una capacidad de aspiración aceptable y similar entre ellos, por lo que son valorados todos con la misma puntuación en este ítem.

Referente a las características del trocar, las empresas INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. y PRIM, SA., presentan un material más traumático en su uso, por lo que son peor valoradas que las otras empresas que se comportan en este sentido de forma similar.

En conexión al colector se valoran de forma inferior a las empresas IZASA HOSPITAL, S.L.U, con riesgo de desconexión, perdiendo el vacío, y la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. cuyas conexiones también muestran pérdida de vacío con facilidad. Las otras dos empresas, mejor valoradas en este concepto, DENTSPLY y PRIM, se comportan de forma similar entre ellas, no encontrando diferencias significativas, por lo que obtienen la misma puntuación.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 15 pts | Dificultad acodamiento/ flexibilidad 10 pts | Capacidad aspiración 10 pts | Características trocar 9 pts | Conexión colector: Versatilidad 5 pts | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------|
| DENTSPLY SIRONA IBERIA, SAU | 14 | 8 | 5 | 6 | 4 | 37 |
| IZASA HOSPITAL, S.L.U | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 25 |
| PRIM, SA. | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 21 |

LOTE 7 COLECTOR DE VACIO CON BOLSA

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 15 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 10 puntos
- Capacidad de aspiración 10 puntos
- Características del trocar 09 puntos
- Conexión al colector: Versatilidad 05 puntos

El producto presentado por la empresa PRIM, S.A. no dispone de filtro antibacteriano según su ficha técnica, como se solicita en el pliego de prescripciones técnicas, por lo que queda excluido y no es valorado.

El producto presentado por la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. cumple adecuadamente con lo solicitado en el Pliego Técnico. Su colector tiene una buena manipulación, con una flexibilidad y dificultad para el acodamiento y



trocar aceptables. Su conexión al colector es cómoda, pero sin destacar en su versatilidad.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 15 pts | Dificultad acodamiento/ flexibilidad 10 pts | Capacidad aspiración 10 pts | Características trocar 9 pts | Conexión colector: Versatilidad 5 pts | TOTAL |
|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------|
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | 10 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 27.5 |
| PRIM, SA. | - | - | - | - | - | NC |

LOTE 8 COLECTOR DE VACIO

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 15 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 10 puntos
- Capacidad de aspiración 10 puntos
- Características del trocar 09 puntos
- Conexión al colector: Versatilidad 05 puntos

Respecto al criterio de manipulación, las empresas INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. e IZASA HOSPITAL, S.L.U, presentan un material con una buena manipulación con mayor facilidad para hacer el vacío en los colectores. Son peor valoradas las ofertas presentadas por las empresas PRIM, SA cuyo producto requiere mayor esfuerzo para la realización del vacío, y MEDLINE INTERANCIONAL IBERIA, con conexión de rosca que implica mayor manipulación y por tanto recibe la menor puntuación .

En lo que a la flexibilidad y dificultad de acodamiento se refiere, así como en la capacidad de aspiración y características del trocar, los materiales presentados por todas las empresas son aceptables sin existir diferencias significativas entre ellas, por lo que son valoradas todas con la misma puntuación en esos conceptos.

Respecto a la conexión y versatilidad son valoradas de forma similar las ofertas presentadas por las empresas INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L., IZASA HOSPITAL, S.L.U y PRIM, SA., frente a la conexión de rosca de MEDLINE INTERANCIONAL IBERIA que resulta menos versátil en su utilización.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 15 pts | Dificultad acodamiento/ flexibilidad 10 pts | Capacidad aspiración 10 pts | Características trocar 9 pts | Conexión colector: Versatilidad 5 pts | TOTAL |
|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------|
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | 10 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 28.5 |



| | | | | | | |
|-----------------------------|----|---|---|-----|---|------|
| IZASA HOSPITAL, S.L.U | 10 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 28.5 |
| PRIM, SA. | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 25.5 |
| MEDLINE INTERACIONAL IBERIA | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 21.5 |

LOTE 9 COLECTOR FUELLE VACIO 500ML, TUBO DRENAJE Y TRÓCAR

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 14 puntos
- Características del trocar 08 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

El producto presentado por la empresa IHT MEDICAL, SA es el mejor valorado por su manipulación, superior al producto ofertado por la empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. por los siguientes motivos:

- El tapón para retirar el vacío que lleva para descomprimir es fácilmente manipulable en el contenedor de la empresa IHT MEDICAL, SA mientras que el de la empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. precisa de tanta fuerza y habilidad que es necesario, en muchos casos, usar un instrumento para hacerlo.
- Es difícil el contacto con restos si se hace adecuadamente en el producto presentado por IHT MEDICAL, SA, sin embargo en el presentado por IZASA HOSPITAL, S.L.U. en la mayoría de los casos, tienes contacto con restos drenados (cuando realizas el vacío siempre salen restos drenados junto con el aire).
- El drenaje de la casa por IHT MEDICAL, SA se puede medir sin inclinar el contenedor evitando también caída de restos a través del tapón, al contrario del presentado por IZASA HOSPITAL, S.L.U. que tienes que inclinar el drenaje para medir el contenido.
- El contenedor más voluminoso de la empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. ocupa más espacio y es más difícil de transportar, (sobre todo cuando son varios) que el presentado por la empresa IHT MEDICAL, SA que además es opaco, con lo cual el contenido queda más protegido de las miradas, proporcionando mayor intimidad y confort.

Respecto a la flexibilidad y dificultad de acodamiento, es mejor valorado el producto de la empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U., el cual es más flexible que el presentado por la empresa IHT MEDICAL, SA, algo inferior, por lo que es valorado con menor puntuación en esta característica.

Respecto al trocar y a la capacidad de aspiración, las dos empresas presentan materiales considerados aceptables para su uso, con características similares,



no existiendo diferencias significativas entre ellas por lo que son valoradas con la misma puntuación.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20ptos | Dificultad acodamiento/flexibilidad 14ptos | Características del trocar 8ptos | Capacidad de aspiración 7ptos | TOTAL |
|-----------------------|------------------------|--|--|-------------------------------------|-------|
| IHT MEDICAL, SA. | 18 | 9 | 4 | 4 | 35 |
| IZASA HOSPITAL, S.L.U | 7 | 10 | 4 | 4 | 25 |

LOTE 10 COLECTOR FUELLE VACIO 50ML, TUBO DRENAJE Y TRÓCAR

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 14 puntos
- Características del trocar 08 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

El producto presentado por la empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U no dispone de trocar como se solicita en el pliego de prescripciones técnicas, aunque en su ficha técnica si viene descrito , la referencia presentada , contrastada por las muestras suministradas y en la web del fabricante, no dispone de trocar, por lo que queda excluido y no es valorado.

Respecto al producto presentado por IHT MEDICAL, SA., cumple adecuadamente con los requisitos del Pliego Técnico, con una manipulación aceptable, con buena flexibilidad, un trocar valido para la función prevista y una capacidad de aspiración suficiente.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20ptos | Dificultad acodamiento/flexibilidad 14ptos | Características del trocar 8ptos | Capacidad aspiración 7ptos | TOTAL |
|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|-------|
| IHT MEDICAL, SA. | 12 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| IZASA HOSPITAL, S.L.U | - | - | - | - | NC |

LOTE 11 COLECTOR FUELLE VACIO 250ML, CON BOLSA, TUBO DRENAJE Y TRÓCAR

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 14 puntos



- Características del trocar 08 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

El producto presentado por la empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. es el mejor valorado ya que su manipulación es más fácil y cómoda, superior al producto de la empresa IHT MEDICAL, SA que es muy rígido, aunque presenta una buena conexión a la bolsa.

Respecto a la flexibilidad y dificultad de acodamiento, es mejor valorado el producto de IZASA HOSPITAL, S.L.U., el cual es algo más flexible que el presentado por IHT MEDICAL, SA que es peor valorado en esta característica. Respecto al trocar y a la capacidad de aspiración todas las empresas presentan materiales con características similares no destacando ninguno de los productos presentados, los cuales se consideran aceptables para su uso, y por tanto son valoradas por igual.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20ptos | Dificultad acodamiento/flexibilidad 14ptos | Características del trocar 8ptos | Capacidad aspiración 7ptos | TOTAL |
|-----------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|-------|
| IZASA HOSPITAL, S.L.U | 15 | 10 | 4 | 4 | 33 |
| IHT MEDICAL, SA. | 10 | 8 | 4 | 4 | 26 |

LOTE 12 DRENAJE REDÓN BOTELLA, CON DRENAJE Y TRÓCAR

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento / flexibilidad 14 puntos
- Características del trocar 08 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

El producto presentado por la empresa IBERHOSPITEX, única licitadora a este lote, cumple con las exigencias del Pliego Técnico. Presentan un producto con una manipulación fácil y cómoda, con unas conexiones de buena calidad, buena flexibilidad y dificultad para su acodamiento. Respecto a las características del trocar y su capacidad de aspiración son adecuadas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20ptos | Dificultad acodamiento/flexibilidad 14ptos | Características del trocar 8ptos | Capacidad aspiración 7ptos | TOTAL |
|--------------|------------------------|--|--|----------------------------------|-------|
| IBERHOSPITEX | 12 | 10 | 4 | 4 | 30 |

LOTE 13 DRENAJE PLEURAL Y ABDOMINAL DOMICILIARIO



Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación/ fijación 20 puntos
- Capacidad de aspiración 14 puntos
- Contenido del kit 10 puntos
- Graduación 05 puntos

Respecto a la manipulación, es mejor valorado el producto de la empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A, más fácil de manejar por los pacientes o sus familiares en el ámbito domiciliario, frente al presentado por la empresa HOSPITAL HISPANIA, S.L en el que queda peor protegido el punto de inserción y es más dificultoso de controlar la aspiración por los pacientes. En la flexibilidad del producto no destacan ninguna de las empresas, siendo esta valida.

En lo que a la capacidad de aspiración se refiere, son similares ambos productos, pero sin destacar en este ítem.

Referente al contenido del kit, ambas empresas presentan unos equipos validos en su composición, pero son valorados como de mejor calidad los productos del kit de SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A siendo este más completo.

Respecto a la graduación es mejor valorado el producto de SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A con una escala más visible que la del producto de HOSPITAL HISPANIA, S.L.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación/ flexibilidad 20ptos | Capacidad aspiración 14ptos | Contenido del kit 10ptos | Graduación 5ptos | TOTAL |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|
| SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A | 15 | 7 | 7 | 4 | 33 |
| HOSPITAL HISPANIA, S.L | 5 | 7 | 5 | 2 | 19 |

LOTE 14 DRENAJE TORÁCICO HÚMEDO TRES CÁMARAS PARA NEUMONECTOMÍA

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Lectura 14 puntos
- Nivel de ruido 10 puntos

El drenaje presentado por la empresa VECMEDICAL SPAIN, S.L, no tiene las cámaras de sello hidráulico graduadas como se exige en el pliego de prescripciones técnicas por lo que es excluida de la valoración.



El producto presentado por TELEFLEX MEDICAL, SAU cumple de forma adecuada con lo exigido en el Pliego Técnico, con una sencilla manipulación, una graduación de fácil lectura y muy visible, y un nivel de ruido aceptable.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 25ptos | Lectura 14ptos | Nivel de ruido 10ptos | TOTAL |
|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| TELEFLEX MEDICAL, SAU | 20 | 12 | 5 | 37 |
| VECMEDICAL SPAIN, S.L | - | - | - | NC |

LOTE 15 DRENAJE TORÁCICO HÚMEDO TRES CÁMARAS

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Lectura 14 puntos
- Nivel de ruido 10 puntos

En lo que se refiere a la manipulación, son mejor valoradas las ofertas de las empresas Cardinal Health Spain 511, S.L e IZASA HOSPITAL, S.L.U, que presentan tubo coarrugado para evitar acodamientos y un soporte y sujeción a la cama adecuados. La empresa TELEFLEX MEDICAL, SAU también presenta tubo coarrugado pero su sujeción a la cama era dificultosa. Por último es el peor valorado en manipulación el producto de VECMEDICAL SPAIN, S.L, cuyo tamaño es muy pequeño, dificultando su manejo, además resultó muy dificultoso sujetarlo a la cama del paciente y no presenta tubo coarrugado por lo que su acodamiento es más fácil que en el resto de productos.

Respecto a la lectura, es mejor valorado el producto de IZASA HOSPITAL, S.L.U, con una escala mucho más visible que las ofertadas por el resto de empresas, siendo en estas muy similar entre ellas no apreciándose diferencias significativas.

Todas las empresas presentan un nivel de ruido similar y aceptable, por lo que son valoradas con la misma puntuación en este concepto.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 25ptos | Lectura 14ptos | Nivel de ruido 10ptos | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| IZASA HOSPITAL, S.L.U | 20 | 14 | 5 | 39 |
| Cardinal Health Spain 511, S.L | 20 | 8 | 5 | 33 |
| TELEFLEX MEDICAL, SAU | 8 | 8 | 5 | 21 |
| VECMEDICAL SPAIN, S.L | 5 | 8 | 5 | 18 |

LOTE 16 DRENAJE TORÁCICO SECO TRES CÁMARAS CON AUTOTRANSFUSIÓN



Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Lectura 14 puntos
- Nivel de ruido 10 puntos

El drenaje presentado por la empresa VECMEDICAL SPAIN, S.L, no dispone de capacidad de aspiración de -10 a -40cm como se pide en el pliego de prescripciones técnicas, solo tiene de -5 a -25cm, por lo que es excluida de la valoración.

El producto presentado por TELEFLEX MEDICAL, SAU cumple de forma adecuada con lo exigido en el Pliego Técnico, con una sencilla manipulación, una graduación de fácil lectura y muy visible, y un nivel de ruido aceptable.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 25ptos | Lectura 14ptos | Nivel de ruido 10ptos | TOTAL |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| TELEFLEX MEDICAL, SAU | 20 | 12 | 5 | 37 |
| VECMEDICAL SPAIN, S.L | - | - | - | NC |

LOTE 17 DRENAJE TORÁCICO SECO/HÚMEDO CUATRO CÁMARAS

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Lectura 14 puntos
- Nivel de ruido 10 puntos

Respecto a la manipulación, es mejor valorada la oferta de la empresa Cardinal Health Spain 511, S.L, que presenta un dispositivo más sencillo de usar y con conexiones más cómodas que las de los equipos de la empresa TELEFLEX MEDICAL, SAU. Recibe la menor valoración en este aspecto el producto de VECMEDICAL SPAIN, S.L, el cual tiene una manipulación más incómoda y es más complicado de colgar de las camas.

En referencia a la lectura, recibe la mejor valoración el producto de la empresa Cardinal Health Spain 511, S.L, que posee una escala muy visible y en el que se visualiza más fácilmente el nivel del sellado de agua. Además, dispone de una escala pediátrica con mayor facilidad de ver volúmenes pequeños. Son peor valoradas las ofertas de las empresas TELEFLEX MEDICAL, SAU y VECMEDICAL SPAIN, S.L, que presentan una lectura menos cómoda que la anterior, pero similares entre sí.

Respecto al nivel de ruido, todas las empresas se comportan de manera similar en este aspecto y son valoradas con la misma puntuación.

Así, la puntuación final es la siguiente:



| Proveedor | Manipulación 25ptos | Lectura 14ptos | Nivel de ruido 10ptos | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| Cardinal Health Spain 511, S.L | 18 | 10 | 5 | 33 |
| TELEFLEX MEDICAL, SAU | 10 | 7 | 5 | 22 |
| VECMEDICAL SPAIN, S.L | 7 | 7 | 5 | 19 |

LOTE 18 DRENAJE TORÁCICO SECO/HÚMEDO TRES CÁMARAS

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Lectura 14 puntos
- Nivel de ruido 10 puntos

Referente a la manipulación es mejor valorado, comparativamente, el producto presentado por TELEFLEX MEDICAL, SAU, el cual es considerado como aceptable, con un rellenado de cámaras más ágil, siendo peor valorado el equipo de VECMEDICAL SPAIN, S.L con una manipulación más incómoda y siendo más complicado de colgar de las camas.

Respecto a la lectura, ambas empresas presentan una lectura válida sin destacar en este aspecto, al igual que con el nivel de ruido que es valorado como aceptable, obteniendo las mismas puntuaciones en estos parámetros.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 25ptos | Lectura 14ptos | Nivel de ruido 10ptos | TOTAL |
|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| TELEFLEX MEDICAL, SAU | 13 | 7 | 5 | 25 |
| VECMEDICAL SPAIN, S.L | 7 | 7 | 5 | 19 |

LOTE 19 DRENAJE TORÁCICO AMBULATORIO SECO UNA CÁMARA

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Lectura 14 puntos
- Nivel de ruido 10 puntos

El producto presentado por la empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U, única licitadora de este lote, cumple adecuadamente con lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con una manipulación cómoda y sencilla, una lectura aceptable y un bajo nivel de ruido.

Así, la puntuación final es la siguiente:



| Proveedor | Manipulación 25ptos | Lectura 14ptos | Nivel de ruido 10ptos | TOTAL |
|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| IZASA HOSPITAL, S.L.U | 15 | 10 | 8 | 33 |

LOTE 20 TROCAR CATÉTER DRENAJE TORÁCICO PUNTA AFILADA

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Extremo distal 12 puntos
- Dificultad para su acodamiento/ flexibilidad 10 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

Respecto a la manipulación es mejor valorado el trocar de la empresa Cardinal Health Spain 511, S.L, el cual dispone de dos tipos de punta, biselada y afilada, lo que permite una mejor penetración, siendo además, más cómodo a la hora de desenvainar el trocar. Son peor valoradas las ofertas de las empresas LELEMAN y VECMEDICAL SPAIN, S.L, que presentan un solo tipo de punta de trocar, con una penetración más traumática, y con un desvaine más dificultoso.

Respecto al extremo distal del catéter es mejor valorado el de la empresa Cardinal Health Spain 511, S.L por ser menos traumático, algo superior al ofertado por las empresas LELEMAN y VECMEDICAL SPAIN, S.L.

En lo que a la dificultad para el acodamiento/flexibilidad se refiere, recibe mejor valoración la oferta de la empresa Cardinal Health Spain 511, S.L, que, siendo más flexible tiene una buena resistencia al acodamiento. Es peor valorado el trocar de la empresa LELEMAN que es menos flexible y tiene una buena resistencia al acodamiento, y recibe la menor puntuación la oferta de la empresa VECMEDICAL SPAIN, S.L que se acoda con más facilidad que los anteriores.

En lo que a la capacidad de aspiración se refiere, ninguna de las empresas ofertadas destaca en este ítem, siendo valoradas todas por igual, siendo consideradas aceptables en esta característica.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20ptos | Extremo distal 12ptos | Dificultad acodamiento/flexibilidad 10ptos | Capacidad aspiración 7ptos | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-------|
| Cardinal Health Spain 511, S.L | 15 | 10 | 7 | 4 | 36 |
| LELEMAN | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 |
| VECMEDICAL SPAIN, S.L | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 |

LOTE 21 EQUIPO DRENAJE PLEURAL/NEUMOPERICÁRDICO



Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento/ flexibilidad 12 puntos
- Composición del equipo 10 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

El material presentado por la empresa LELEMAN, única licitadora de este lote, cumple con lo requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con una manipulación sencilla y buena penetración. Dispone de una flexibilidad aceptable. La composición del equipo se ajusta a lo necesario sin destacar en este aspecto. La capacidad de aspiración es aceptable.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20ptos | Dificultad acodamiento/flexibilidad 12ptos | Composición equipo 10ptos | Capacidad aspiración 7ptos | TOTAL |
|-----------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| LELEMAN | 15 | 7 | 5 | 4 | 31 |

LOTE 22 SET INTRODUCCIÓN CATÉTER TORÁCICO/SET DRENAJE TORÁCICO

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento/flexibilidad 12 puntos
- Composición del equipo 10 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

En lo que al criterio de manipulación se refiere es mejor valorada la oferta de la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L con una mejor penetración y facilidad de uso. El resto de ofertas presentadas por las empresas Cardinal Health Spain 511, S.L, LELEMAN y VYGON, presentan una penetración menos suave, muy similares entre sí, y recibiendo en este sentido menor puntuación.

Respecto a la dificultad para su acodamiento/flexibilidad es mejor valorada la oferta de la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L con mayor flexibilidad que el resto de las ofertas.

En lo que a la composición del equipo se refiere todas las ofertas son similares y válidas para el uso previsto, por lo que son valoradas con la misma puntuación.

Respecto a la capacidad de aspiración, ninguna de las ofertas destaca en este ítem, siendo todas aceptables, y recibiendo todas las ofertas la misma puntuación en esta característica.

Así, la puntuación final es la siguiente:



| Proveedor | Manipulación 20ptos | Dificultad acodamiento/flexibilidad 12ptos | Composición equipo 10ptos | Capacidad aspiración 7ptos | TOTAL |
|-----------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | 15 | 10 | 7 | 4 | 36 |
| Cardinal Health Spain 511, S.L | 12 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| LELEMAN | 12 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| VYGON | 12 | 8 | 7 | 4 | 31 |

LOTE 23 EQUIPO DRENAJE PLEURAL/NEUMOPERICÁRDICO

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento/flexibilidad 12 puntos
- Composición del equipo 10 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

El producto presentado por la empresa COOK ESPAÑA, única licitadora de este lote, cumple adecuadamente con lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con una buena manipulación y flexibilidad. La composición del equipo se ajusta a las necesidades previstas y presenta una capacidad de aspiración aceptable.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20ptos | Dificultad acodamiento/flexibilidad 12ptos | Composición equipo 10ptos | Capacidad aspiración 7ptos | TOTAL |
|----------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| COOK ESPAÑA | 15 | 8 | 7 | 4 | 34 |

LOTE 24 EQUIPO DRENAJE TORÁCICO TÉCNICA SELDINGER

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento/flexibilidad 12 puntos
- Composición del equipo 10 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

En lo que se refiere a la manipulación, es mejor valorada la oferta de la empresa SMITHS MEDICAL ESPAÑA, que presenta una guía en J que permite una mejor manipulación, además la llave de tres vías se conecta al catéter a través de una conexión luer-lock que permite una mayor versatilidad a la hora de su uso. Esta llave de tres vías además es más ergonómica que la presentada por INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. que es peor valorada.



En lo que a la dificultad para su acodamiento/flexibilidad se refiere, es algo más flexible y mejor valorada la oferta de la empresa SMITHS MEDICAL ESPAÑA frente a la de la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.

Referente a la composición del equipo y la capacidad de aspiración, ninguna de las ofertas destaca en estos ítems, siendo valoradas ambas con la misma puntuación.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20ptos | Dificultad acodamiento/flexibilidad 12ptos | Composición equipo 10ptos | Capacidad aspiración 7ptos | TOTAL |
|-------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA | 15 | 12 | 6 | 4 | 37 |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | 10 | 9 | 6 | 4 | 29 |

LOTE 25 EQUIPO DRENAJE TORÁCICO TÉCNICA SELDINGER ADULTO Y PEDIÁTRICO

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Dificultad para su acodamiento/flexibilidad 12 puntos
- Composición del equipo 10 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

El equipo presentado por la empresa COOK ESPAÑA, única licitadora de este lote, cumple adecuadamente con las exigencias del Pliego Técnico. Presenta una cómoda manipulación, con una buena flexibilidad y dificultad para su acodamiento. La composición del equipo se ajusta al uso previsto. La capacidad de aspiración es aceptable, sin destacar en esta característica.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 20ptos | Dificultad para su acodamiento/flexibilidad 12ptos | Composición del equipo 10ptos | Capacidad aspiración 7ptos | TOTAL |
|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| COOK ESPAÑA | 15 | 8 | 7 | 4 | 34 |

LOTE 26 VÁLVULA DE HEIMLICH

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Sellado 12 puntos
- Apertura y envasado 07 puntos



Respecto a la manipulación es mejor valorada la válvula presentada por la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L., la cual lleva un indicador de la dirección en que debe colocarse, adaptadores para los distintos tipos de tubo de drenaje y es flexible. Le siguen en valoración las ofertas de las empresas IZASA HOSPITAL, S.L.U y VECMEDICAL SPAIN, S.L, que presentan válvulas algo menos flexibles, con indicador de la dirección en la que hay que colocarla y adaptador para distintos tubos. Peor valorada es la oferta de la empresa VYGON, que presenta peor manipulación por su gran tamaño y no presentar adaptadores para los distintos tipos de tubo. Por último, con la menor puntuación, se valoran la ofertas de las empresas Cardinal Health Spain 511, S.L y LELEMAN, que presentan la válvula más rígida de todas, sin indicador de la dirección en la que debe ponerse y sin adaptadores para los distintos tipos de tubo.

En lo que al sellado se refiere todas las válvulas presentan un buen sellado siendo algo mejor por el ajuste de las conexiones la ofertada por la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L., siendo el resto de ofertas aceptables y valoradas con la misma puntuación

En la apertura y envasado todas las ofertas son válidas sin destacar en este ítem, por lo que reciben una puntuación similar.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 30ptos | Sellado 12ptos | Apertura y envasado 7ptos | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| INTERSURGICAL ESPAÑA, | 25 | 12 | 5 | 42 |
| IZASA HOSPITAL, S.L.U | 15 | 10 | 5 | 30 |
| VECMEDICAL SPAIN, S.L | 15 | 10 | 5 | 30 |
| VYGON | 10 | 10 | 5 | 25 |
| Cardinal Health Spain 511, S.L | 7 | 10 | 5 | 22 |
| LELEMAN | 7 | 10 | 5 | 22 |

LOTE 27 EQUIPO DRENAJE DEHISCENCIAS ANASTOMÓTICAS COLORRECTALES

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Lectura 14 puntos
- Nivel de ruido 10 puntos

El producto presentado por la empresa B.BRAUN SURGICAL, S.A, única licitadora a este lote, cumple adecuadamente con lo exigido en el Pliego Técnico. Presenta una adecuada manipulación, fácil lectura y nivel de ruido aceptable.



Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 25ptos | Lectura 14ptos | Nivel de ruido 10ptos | TOTAL |
|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| B.BRAUN SURGICAL, S.A | 15 | 10 | 7 | 32 |

LOTE 28 DRENAJE TORÁCICO SECO BOLSA DRENAJE

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Lectura 14 puntos
- Nivel de ruido 10 puntos

El drenaje ofertado por la empresa CARDIOLINK, única licitadora a este lote, se ajusta a lo requerido en el Pliego Técnico. Presenta una adecuada manipulación, fácil lectura y nivel de ruido aceptable.

Así, la puntuación final es la siguiente:

| Proveedor | Manipulación 25ptos | Lectura 14ptos | Nivel de ruido 10ptos | TOTAL |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| CARDIOLINK | 15 | 12 | 7 | 34 |

LOTE 29 DRENAJE TORÁCICO ELECTRÓNICO RECIPIENTE RECOLECCIÓN

Los criterios a valorar en este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Equipos cedidos 15 puntos
- Dificultad para su acodamiento/flexibilidad 07 puntos
- Capacidad de aspiración 07 puntos

El drenaje ofertado por la empresa Cardinal Health Spain 511, S.L, única licitadora a este lote, se ajusta a lo exigido en el Pliego Técnico. Presenta una adecuada manipulación, los equipos son adecuados para el uso previsto, la flexibilidad y dificultad para su acodamiento es aceptable, al igual que la capacidad de aspiración.

Así, la puntuación final es la siguiente:





07/08/2021 21:29:59
27/07/2021 09:48:36 ROMERO PELEGRIN, JUAN MANUEL
26/07/2021 14:33:03 SANCHEZ PEREZ, JUAN ANTONIO
16/08/2021 08:09:09

SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL
CULIÁÑEZ ALENDA, MÁXIMO
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-8240c882-fe28-2713-6779-00505096280

| Proveedor | Manipulación 20ptos | Equipos cedidos 15ptos | Dificultad acodamiento / flexibilidad 7ptos | Capacidad de aspiración 7ptos | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-------|
| Cardinal Health Spain 511, S.L | 12 | 12 | 5 | 4 | 33 |

Murcia, 20 de julio de 2021

Juan Antonio Sánchez Pérez

Supervisor RR.MM Área I

Juan Manuel Romero Pelegrín

Supervisor RR.MM Área II

Máximo Culiáñez Alenda

Supervisor RR.MM. VII

Francisco M. Sánchez Fernández

Supervisor RR.MM. Área VIII

