

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CONGELADOR DE -86°C PARA EL NODO 3 DEL BIOBANC-MUR

I.- OBJETO:

Suministro e instalación de un Congelador vertical de -86°C con una bala de CO2 como mecanismo de seguridad para el Nodo 3 del Biobanc-MUR.

II.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Características técnicas mínimas del equipo:

- Al menos tres puertas internas.
- Rápida recuperación de la temperatura por apertura de puertas.
- Capacidad de al menos 500 l.
- Con registro de temperaturas y posibilidad de colocación de una sonda para el control remoto y exportación a un PC de los datos de la temperatura.
- Con el mínimo ruido ambiente y mínimo consumo de energía.
- Facilidad de apertura de la puerta principal.
- Posibilidad de añadir una bala de CO2 como mecanismo de seguridad.

III. PLAZO DE GARANTÍA.

Se establece un plazo mínimo de garantía de 2 años (mano de obra y desplazamiento). El cómputo de la garantía empezará una vez finalizado el objeto del contrato (suministro, instalación y formación del personal).