



Expte.: CS/9999/1100920718/19/PA

ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPO DE CISTOSCOPIAS CON DESTINO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "MORALES MESEGUER"

ACLARACIONES SOBRE PRESTACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

Por parte de una empresa licitadora se han planteado las cuestiones que se reproducen a continuación, respecto a prestaciones técnicas de los equipos incluidos en el contrato. Trasladas las mismas al Hospital General Universitario "Morales Meseguer", han realizados las aclaraciones que se indica:

Cuestión 1: Respecto a la característica técnica "Salida de señal HDTV analógico", incluida en el apartado "Características técnicas de cada equipo", preguntan si al pedir esta señal de salida se está refiriendo a un procesador HD (alta definición).

Respuesta: Sí, se refiere a un procesador de alta definición.

Cuestión 2: Respecto a los videocistoscopios digitales que se solicitan, ¿deben ser de alta definición?

Respuesta: Los dos videocistoscopios digitales, efectivamente deben ser de alta definición.

