



INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: CS/9999/1100693946/16/ACPA

OBJETO: Suministro de vendas, esparadrapos y material de inmovilización.

LOTE 1

VENDA ELÁSTICA ADHESIVA TERAPIA NEUROMUSCULAR

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Adhesividad/ adherencia 10 puntos

Referente a la manipulación las empresas mejor valoradas son BSN MEDICAL SLU y ENRAF NONIUS IBERICA S.A al presentar una mayor extensibilidad y manejo de la balba con menor manipulación para su adaptación; tras estas son las empresas 1000 CENTRAL MÉDICA, S.L., CALVO IZQUIERDO S.L y MEDILEVEL S.A las consideradas con una manipulación más adecuada y una extensibilidad más apropiada, en este criterio los artículos que presentan una peor extensibilidad y manipulación son EL CORTE INGLES S.A, FARMABAN S.A, GARRIC MEDICA S.L y VIALTA S.L.

En cuanto a la adaptabilidad son los productos presentados por las empresas 1000 CENTRAL MÉDICA, S.L., BSN MEDICAL SLU, CALVO IZQUIERDO S.L, ENRAF NONIUS IBERICA S.A y MEDILEVEL S.A los que se adaptan mejor debido a su textura y gramajes adecuados, tras estos el resto de empresas presentan productos similares, pero de una adaptabilidad inferior.

Son las vendas de las empresas 1000 CENTRAL MÉDICA, S.L., BSN MEDICAL SLU, ENRAF NONIUS IBERICA S.A y MEDILEVEL S.A las que presentan una adherencia adecuada, siendo valoradas con diferencia respecto a las presentadas por el resto de empresas que se consideran de una adherencia muy inferior.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Adhesividad/ adherencia 10 puntos	TOTAL
BSN MEDICAL SLU	20	9	9	38
ENRAF NONIUS IBERICA S.A	20	9	9	38
1000 CENTRAL MÉDICA, S.L.	15	9	9	33
CALVO IZQUIERDO S.L	15	9	3	27
MEDILEVEL S.A	15	9	9	33
EL CORTE INGLES S.A	10	5	3	18
FARMABAN S.A	10	5	3	18
GARRIC MEDICA S.L	10	5	3	18
VIALTA S.L	10	5	3	18



LOTE 2
EQUIPO TRACCIÓN ADULTO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Adhesividad/ adherencia 10 puntos

Las empresas FARMABAN S.A y MEDILEVEL S.A, presentan productos que contienen látex en su composición, lo que obliga a precauciones especiales ante pacientes susceptibles de dicha alergia, con todo ello requieren mayor manipulación para su colocación frente al presentado por la empresa BSN MEDICAL SLU hipoalérgico, carente de látex.

Referentes a la adaptabilidad y adhesividad, el producto de la empresa BSN MEDICAL SLU es el mejor valorado en ambos conceptos frente a los otros dos restantes.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Adhesividad/ adherencia 10 puntos	TOTAL
BSN MEDICAL SLU	20	8	8	36
FARMABAN S.A	5	5	5	15
MEDILEVEL S.A	5	5	5	15

LOTE 3
EQUIPO VENDAJE COMPRESIÓN MULTICAPA LARGO ESTIRAMIENTO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Almohadillado 10 puntos
- Adaptabilidad 05 puntos
- Adhesividad/ adherencia 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con los requisitos establecidos en el pliego técnico recibiendo una buena valoración en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:



PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Almohadillado 10 puntos	Adaptabilidad 5 puntos	Adhesividad/a dherencia 5 puntos	TOTAL
LABORATO RIOS URGO S.L.U	15	8	4	4	31

LOTE 4

EQUIPO VENDAJE COMPRESIÓN MULTICAPA CORTO ESTIRAMIENTO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Almohadillado 10 puntos
- Adaptabilidad 05 puntos
- Adhesividad/ adherencia 05 puntos

Respecto a la manipulación los productos de las tres empresas licitadoras se comportan de manera similar.

En cuanto al almohadillado es sensiblemente mejor en la venda presentada por la empresa 3M ESPAÑA S.L, mejor gramaje y suavidad, seguida pero muy inferior, por la de la empresa FARMABAN S.A y siendo la que peor almohadillado presenta la venda de la empresa BSN MEDICAL SLU.

En adaptabilidad es la venda de la empresa 3M ESPAÑA S.L la de mejor adaptabilidad y manejo para ello. Las otras dos empresas se comportan de forma similar.

En el criterio de adherencia es similar al apartado anterior, es de nuevo la venda de la empresa 3M ESPAÑA S.L la de adherencia más adecuada frente al resto de empresas licitadoras.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Almohadillado 10 puntos	Adaptabilidad 5 puntos	Adhesividad/a dherencia 5 puntos	TOTAL
3M ESPAÑA S.L	12	10	5	5	32
BSN MEDICAL SLU	12	3	2	3	20
FARMABAN S.A	12	5	2	3	22

LOTE 5

VENDA ALGODÓN 100% ALMOHADILLADO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Almohadillado 10 puntos



La empresa ARIAS & ARIAS S.A no presenta un producto compuesto de algodón 100% por lo que no cumple con las prescripciones del pliego técnico. La venda presentada por la empresa LABORATORIOS INDAS S.A.U es de calidad baja precisando una manipulación muy minuciosa para conseguir un vendaje uniforme y no se rompa. La adaptabilidad es mala así como la capacidad de almohadillado, debido a su bajo gramaje.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Almohadillado 10 puntos	TOTAL
LABORATORIOS INDAS S.A.U	5	3	2	10
ARIAS & ARIAS S.A	NC	NC	NC	NC

LOTE 6

VENDA ELÁSTICA ADHESIVA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Adhesividad/ adherencia 10 puntos

Las empresas IZASA HOSPITAL S.L.U y PRODUCTOS FAVESAN S.A no especifican en su ficha técnica que sus productos licitados a este lote sean hipoalérgicos como indica el pliego de prescripciones técnicas.

Respecto a la manipulación es la venda presentada por la empresa BSN MEDICAL SLU la mejor valorada por su elasticidad, gramaje, así como el presentar una mejor adaptabilidad y adhesividad adecuada. Tras esta se consideran las vendas de las empresas BARNA IMPORT MEDICA S.A., CALVO IZQUIERDO S.L y FARMABAN S.A como las siguientes en mejor elasticidad, siendo peor valorada la presentada por TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A como la de peor elasticidad y manipulación.

Debido a su tejido, se adaptan mejor las vendas presentadas por BSN MEDICAL SLU y BARNA IMPORT MEDICA S.A., además de presentar una adhesividad más adecuada que el resto de empresas licitadoras.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Adhesividad/ adherencia 10 puntos	TOTAL
BSN MEDICAL SLU	15	8	8	31
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	8	8	26



CALVO IZQUIERDO S.L	10	5	5	20
FARMABAN S.A	10	5	5	20
TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A	8	5	5	18
IZASA HOSPITAL S.L.U	NC	NC	NC	NC
PRODUCTOS FAVESAN S.A	NC	NC	NC	NC

LOTE 7
VENDA ELÁSTICA ALGODÓN ADHESIVA RASGABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Almohadillado 10 puntos
- Adaptabilidad 05 puntos
- Adhesividad/ adherencia 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con los requisitos establecidos en el pliego técnico recibiendo una buena valoración en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Almohadillado 10 puntos	Adaptabilidad 5 puntos	Adhesividad/ adherencia 5 puntos	TOTAL
BSN MEDICAL SLU	10	5	5	5	25

LOTE 8
VENDA ELÁSTICA COHESIVA FIJACIÓN

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Adherencia 10 puntos

Todas las empresas cumplen con los requisitos reflejados en el pliego técnico. Referente a la manipulación la mejor empresa valorada es FARMABAN SA, por su buen gramaje y elasticidad de la venda, permite un buen asido y acomodación de la venda; tras esta se valora a la empresa BSN MEDICAL SLU con una elasticidad adecuada que permite una manipulación ágil. El resto de empresas presentan una manipulación similar.



Referente a la adaptabilidad son las empresas BSN MEDICAL SLU y FARMABAN SA, las que se adaptan con mayor facilidad, no ocasionando pliegues que puedan perjudicar la integridad de la piel. Tras estas empresas el resto presentan un comportamiento similar.

En la adherencia cabe destacar la idoneidad de las vendas presentada por FARMABAN S.A, sobre el resto de empresas. La empresa BSN MEDICAL SLU presenta una adherencia inferior a la mencionada. Tras esta el resto de empresas excepto las empresas BARNIA IMPORT MEDICA S.A. y LABORATORIOS HARTMANN SA que presentan la peor adherencia, lo que dificulta claramente su correcta colocación.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Adherencia 10 puntos	TOTAL
FARMABAN S.A	20	8	8	36
BSN MEDICAL SLU	15	8	6	29
CALVO IZQUIERDO S.L	10	5	5	20
EL CORTE INGLES S.A	10	5	5	20
TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A	10	5	5	20
LABORATORIOS HARTMANN SA	10	5	3	18
BARNIA IMPORT MEDICA S.A	10	5	3	18

LOTE 9

VENDA ELÁSTICA COHESIVA COMPRESIÓN FUERTE

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Adherencia 10 puntos

Todas las empresas cumplen con los requisitos reflejados en el pliego técnico. Se comportan de manera similar en todos los criterios excepto la empresa BSN MEDICAL SLU que consecuentemente a su mejor tejido, más uniforme, es superior en los criterios de manipulación y adaptabilidad.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Adherencia 10 puntos	TOTAL
BSN MEDICAL SLU	20	8	5	33
1000 CENTRAL MÉDICA, S.L.	15	5	5	25
CALVO IZQUIERDO S.L	15	5	5	25
FARMABAN S.A	15	5	5	25



LOTE 10 VENDA ELÁSTICA CREPÉ

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adaptabilidad 15 puntos

La empresa GARRIC MEDICA S.L no especifica en su documentación la ausencia de látex en el producto, así como su carácter hipoalérgico.

La empresa MASANA MEDICA S.L., presenta una línea radiopaca, lo que contradice la prescripción técnica de radiotransparencia.

La empresa CALVO IZQUIERDO SL es la mejor valorada tanto en manipulación como adaptabilidad, con un buen cosido de borde, gramaje adecuado y buena elasticidad, permite una adaptación de la zona de vendaje muy adecuada.

Tras esta, la venda presentada por TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A es la considerada como la segunda mejor en manipulación con un cosido adecuado y buena elasticidad, referente a la adaptabilidad es similar a la anterior.

La empresa BARNA IMPORT MEDICA SA, presenta un gramaje inferior a las anteriores y tejido más deficiente que dificulta su adaptabilidad.

La empresa FARMABAN SA con gramaje inferior, indica la contraindicación de su producto en utilizarlo sobre material estéril. Su adaptabilidad también es inferior respecto a las mejor valoradas.

Las empresas GASPUNT SA, y PRODUCTOS FAVESAN SA, presentan un gramaje y elasticidad inferior a las mejor valoradas pero valido para su uso, permite una adaptabilidad adecuada.

La empresa LABORATORIOS INDAS S.A.U presenta bajo gramaje y deshilacha con facilidad. Su adaptabilidad es inferior a las mejor valoradas.

La empresa ORTOPEDIA Y CIRUGIA S.L presenta una venda muy deformable y no cosida en su inicio, su adaptabilidad se ve comprometida por la deformidad ante el estiramiento.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 30 puntos	Adaptabilidad 15 puntos	TOTAL
CALVO IZQUIERDO S.L	25	10	35
TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A	15	10	25
GASPUNT, S.A.	10	10	20
PRODUCTOS FAVEGAN S.A	10	10	20
FARMABAN S.A	10	7	17
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	7	17
ORTOPEDIA Y CIRUGIA S.L	10	7	17
LABORATORIOS INDAS S.A.U	10	7	17
MASANA MEDICA S.L	NC	NC	NC
GARRIC MEDICA S.L	NC	NC	NC



LOTE 11

VENDA ESPUMA POLIURETANO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Adherencia 10 puntos

Todas las empresas cumplen con los requisitos reflejados en el pliego técnico. Su comportamiento es similar en todos los criterios, excepto en almohadillado que se considera más confortable la venda presentada por BARNIA IMPORT MEDICA S.A.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Almohadillado 10 puntos	TOTAL
BARNIA IMPORT MEDICA S.A.	15	5	7	27
BSN MEDICAL SLU	15	5	5	25
FARMABAN S.A	15	5	5	25
1000 CENTRAL MÉDICA, S.L.	15	5	5	25

LOTE 12

VENDA GASA ALGODÓN ORILLADA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adaptabilidad 15 puntos

Todas las empresas licitadoras cumplen con los requisitos reflejados en el pliego técnico. Pero destaca en los criterios de valoración la empresa CALVO IZQUIERDO SL, en su manipulación, muy superior al resto de empresas en el gramaje y terminación, al igual que en la adaptabilidad es nuevamente muy superior al resto de empresas licitadoras.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 30 puntos	Adaptabilidad 15 puntos	TOTAL
CALVO IZQUIERDO S.L	25	15	40
EL CORTE INGLES S.A	10	10	20
GASPUNT, S.A.	10	10	20
TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A	10	10	20

LOTE 13 VENDA GOMA TIPO SMARCH

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adaptabilidad 15 puntos

Todas las empresas licitadoras cumplen con los requisitos reflejados en el pliego técnico.

La empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A recibe mejor valoración en manipulación, ya que debido a su menor grosor es más manejable, además su presentación es estéril, lo que facilita su manipulación previa al uso quirúrgico. Al ser más fino y flexible permite una adaptabilidad mayor en referente a las otras empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 30 puntos	Adaptabilidad 15 puntos	TOTAL
SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A	30	15	45
GARRIC MEDICA S.L	15	5	20
VIALTA S.L	15	5	20

LOTE 14 VENDA INELÁSTICA ADHESIVA VENDAJE FUNCIONAL

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Adherencia 10 puntos

Todas las empresas cumplen con los requisitos reflejados en el pliego técnico. Ambas empresas se comportan igual en los criterios de manipulación y adhesividad, se considera ligeramente superior en adaptabilidad la presentada por la empresa 1000 CENTRAL MÉDICA, S.L.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Adhesividad/ adherencia 10 puntos	TOTAL
1000 CENTRAL MÉDICA, S.L.	20	8	5	33
FARMABAN S.A	20	6	5	31



LOTE 15
VENDA SINTÉTICA ALMOHADILLADO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Almohadillado 10 puntos

La empresa IZASA HOSPITAL S.L.U presenta la mejor manipulación, con una densidad adecuada así como su textura muy superior al resto de empresas, mejor adaptabilidad debido a su textura y excelente almohadillado.

La empresa EL CORTE INGLES SA, presenta una venda de buen espesor, menos resistente al anterior, así como menor adaptabilidad, aunque presenta buen almohadillado, aunque inferior al presentado por IZASA HOSPITAL SLU.

Las empresas BSN MEDICAL SLU y LABORATORIOS INDAS SAU, presentan vendas de peor manipulación, rotura fácil, difícil adaptabilidad y bajo almohadillado.

Las empresas ARIAS & ARIAS SA y PRODUCTOS FAVESAN S.A, presentan una venda de muy baja calidad con rotura a mínimas presiones, baja adaptabilidad y un almohadillado muy inferior al resto de empresas licitadoras.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Almohadillado 10 puntos	TOTAL
IZASA HOSPITAL S.L.U	25	10	10	45
EL CORTE INGLES S.A	15	5	8	28
BSN MEDICAL SLU	8	5	5	18
LABORATORIOS INDAS S.A.U	8	5	5	18
ARIAS & ARIAS S.A	5	5	2	12
PRODUCTOS FAVESAN S.A	5	5	2	12

LOTE 16
VENDA YESO ESTÁNDAR

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adaptabilidad 15 puntos

Todas las empresas licitadoras cumplen con los requisitos reflejados en el pliego técnico.

Las empresas EL CORTE INGLES SA Y PRODUCTOS FAVESAN SA, presentan una venda de muy difícil manipulación, poco impregnadas en yeso y perdida abundante en el mojado, además no presentan canutillo interior con la



consiguiente deformidad y aumento de manipulación. La presentada por la empresa LABORATORIOS HARTMANN SA presenta una manipulación aceptable.

Referente a la adaptabilidad es similar en todas las empresas licitadoras.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 30 puntos	Adaptabilidad 15 puntos	TOTAL
LABORATORIOS HARTMANN SA	15	5	20
PRODUCTOS FAVESAN S.A	5	5	10
EL CORTE INGLES S.A	5	5	10

LOTE 17

VENDA TUBULAR COMPRESIÓN ELÁSTICA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adaptabilidad 15 puntos

Las dos empresas licitadoras cumplen los requisitos del pliego técnico, presentando la empresa BARNA IMPORT MEDICA S.A menor deshilachamiento, frente al presentado por FARMABAN; ambas presentan elasticidad similar. Referente a la adaptabilidad es similar en ambas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 30 puntos	Adaptabilidad 15 puntos	TOTAL
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	20	10	30
FARMABAN S.A	15	10	25

LOTE 18

VENDA TUBULAR COMPRESIÓN EXTENSIBLE

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adaptabilidad 15 puntos

Todas las empresas licitadoras cumplen con los requisitos reflejados en el pliego técnico.

Las dos empresas licitadoras se comportan de manera similar en los criterios de valoración.



Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 30 puntos	Adaptabilidad 15 puntos	TOTAL
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	15	10	25
IZASA HOSPITAL S.L.U	15	10	25

LOTE 19
VENDA TUBULAR MALLA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Adaptabilidad 15 puntos

Todas las empresas licitadoras cumplen con los requisitos reflejados en el pliego técnico.

Referente a la manipulación se puntúan negativamente aquellos que presentan látex en su composición ya que obliga a precauciones especiales en pacientes/profesionales alérgicos. Así, las empresas BARNA IMPORT MEDICA S.A. e IZASA HOSPITAL S.L.U presentan látex en su composición; esta última junto a TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A presentan desprendimiento de partículas sensible en su colocación. La empresa PRODUCTOS FAVESAN S.A no presenta látex en su composición y no se observa un desprendimiento de partículas sensible en su manipulación.

Referente a su adaptabilidad es mejor por su trama en las empresas BARNA IMPORT MEDICA S.A y PRODUCTOS FAVESAN S.A

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 30 puntos	Adaptabilidad 15 puntos	TOTAL
PRODUCTOS FAVESAN S.A	20	8	28
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	8	18
IZASA HOSPITAL S.L.U	10	5	15
TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A	10	5	15

LOTE 20
ESPARADRAPO PAPEL

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adhesividad 15 puntos
- Tolerancia y adaptabilidad 05 puntos

La empresa KRAPE S.A no se valora al presentar muestras insuficientes.



La empresa FARMABAN S.A no cumple con el pliego de requisitos técnicos al presentar un producto cuyo principal componente no es papel o derivado sino un plástico (70% poliéster).

La empresa 3M ESPAÑA S.L es la mejor valorada de las licitadoras al presentar una buena manipulación con fácil y correcto rasgado; referente a la adhesividad es adecuada no dejando restos en piel con buena tolerancia y excelente adaptabilidad.

Las empresas GARRIC MEDICA S.L, IBERHOSPITEX S.A y VIALTA SL presentan una manipulación más dificultosa, peor rasgado y reposicionamiento, su adhesividad es inferior a la presentada por 3M ESPAÑA SL, así como inferior adaptabilidad en zonas menos uniformes.

La empresa LABORATORIOS HARTMANN SA presenta una manipulación similar a las empresas anteriormente mencionadas pero su adhesividad es inferior, así como su adaptabilidad, la no presencia de adhesivo uniforme en toda la superficie puede influir en estas características.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adhesividad 15 puntos	Tolerancia y adaptabilidad 5 puntos	TOTAL
3M ESPAÑA S.L	20	10	5	35
VIALTA S.L	10	5	3	18
IBERHOSPITEX S.A	10	5	3	18
GARRIC MEDICA S.L	10	5	3	18
LABORATORIOS HARTMANN SA	10	3	3	16
KRAPE S.A	NC	NC	NC	NC
FARMABAN S.A	NC	NC	NC	NC

LOTE 21 ESPARADRAPO PLÁSTICO PERFORADO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adhesividad 15 puntos
- Tolerancia y adaptabilidad 05 puntos

La empresa KRAPE S.A no se valora al presentar muestras insuficientes.

La empresa 3M ESPAÑA S.L es la mejor valorada de las licitadoras al presentar una buena manipulación con fácil y correcto rasgado, referente a la adhesividad es adecuada no dejando restos en piel con buena tolerancia y excelente adaptabilidad

La empresa IBERHOSPITEX S.A es la siguiente mejor valorada de las licitadoras al presentar una buena manipulación con correcto rasgado, referente a la adhesividad es adecuada no dejando restos en piel con buena tolerancia y excelente adaptabilidad.



La empresa GARRIC MEDICA S.L presenta una manipulación más dificultosa, peor rasgado y reposicionamiento, su adhesividad es inferior dejando restos, así como su adaptabilidad en zonas menos uniformes.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adhesividad 15 puntos	Tolerancia y adaptabilidad 5 puntos	TOTAL
3M ESPAÑA S.L	20	10	5	35
IBERHOSPITEX S.A	20	5	5	30
GARRIC MEDICA S.L	10	5	3	18
KRAPE S.A	NV	NV	NV	NV

LOTE 22 ESPARADRAPO SEDA SINTÉTICA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adhesividad 15 puntos
- Tolerancia y adaptabilidad 05 puntos

La empresa KRAPE S.A no se valora al presentar muestras insuficientes. Referente a la manipulación es la empresa GARRIC MEDICA S.L la mejor valorada, por un fácil rasgado y ausencia de deshilachamiento, lo que ocurre en las otras empresas licitadoras, FARMABAN SA presenta un rasgado muy dificultoso e IBERHOSPITEX S.A y MEDILEVEL S.A un deshilachado del producto.

Referente a la adhesividad es adecuada en las empresas FARMABAN SA y GARRIC MEDICA, en la empresa IBERHOSPITEX S.A es excesiva y en MEDILEVEL SA inferior.

Referente a la adaptabilidad se comportan todas las empresas de forma similar.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación: 25 puntos	Adhesividad 15 puntos	Tolerancia y adaptabilidad 5 puntos	TOTAL
GARRIC MEDICA S.L	20	10	3	33
FARMABAN S.A	15	10	3	28
MEDILEVEL S.A	10	5	3	18
IBERHOSPITEX S.A	10	5	3	18
KRAPE S.A	NV	NV	NV	NV



LOTE 23

ESPARADRAPO SILICONA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Adherencia 20 puntos
- Tolerancia y adaptabilidad 05 puntos

La única empresa licitadora a este lote cumple con los requisitos establecidos en el pliego técnico recibiendo una buena valoración en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 20 puntos	Adherencia 20 puntos	Tolerancia y adaptabilidad 5 puntos	TOTAL
3M ESPAÑA S.L	20	10	5	35

LOTE 24

ESPARADRAPO TEJIDO SIN TEJER

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adhesividad 15 puntos
- Tolerancia y adaptabilidad 05 puntos

La empresa IBERHOSPITEX S.A es la mejor valorada de las licitadoras al presentar una buena manipulación con correcto despegado, textura y extensibilidad, referente a la adhesividad es adecuada no dejando restos en piel con buena tolerancia y excelente adaptabilidad.

La empresa LABORATORIOS HARTMANN SA presenta una manipulación peor valorada por su extensibilidad y despegado del rollo; una adhesividad adecuada y una peor adaptabilidad.

La empresa FARMABAN SA es similar a la anterior empresa excepto en su adhesividad que se considera insuficiente, así como la adaptabilidad.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adhesividad 15 puntos	Tolerancia y adaptabilidad 5 puntos	TOTAL
IBERHOSPITEX S.A	20	8	5	33
LABORATORIOS HARTMANN SA	10	8	3	21
FARMABAN S.A	10	3	3	18



LOTE 25
INMOVILIZADOR BRAZO-HOMBRO (CABESTRILLO)

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Almohadillado 10 puntos
- Confort 10 puntos

Referente a la manipulación, las empresas 2MIL ARTESANIA SANITARIA SL, 4DMENSION STUDIO & PARTNERS SL, C.V. MEDICA S.L, CORIBERICA SANITARIA S.L., MEDILEVEL SA y VIALTA S.L presentan un tallaje muy pequeño.

La empresa 2MIL ARTESANIA SANITARIA SL presenta un tejido de rejilla fácilmente deteriorable y de sujeción más endeble además de la imposibilidad de ajuste de la posición de sujeción de la zona distal del antebrazo.

La empresa 4DMENSION STUDIO & PARTNERS SL, tampoco es ajustable en su zona distal.

La empresa C.V. MEDICA S.L es ajustable en la posición de sujeción en la zona distal del antebrazo.

La empresa CORIBERICA SANITARIA S.L es ajustable en la posición de sujeción en la zona distal del antebrazo y muy sencillo.

La empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. no es ajustable en la posición de sujeción en la zona distal del antebrazo, pero de colocación muy sencilla; si posee un tallaje adecuado, al igual que presenta un tejido transpirable.

La empresa MEDILEVEL S.A es ajustable en la posición de sujeción en la zona distal del antebrazo, aunque bien cosido y terminado.

La empresa VIALTA S.A es ajustable en la posición de sujeción en la zona distal del antebrazo, tejido de baja calidad.

La empresa BSN MEDICAL SLU es ajustable en la posición de sujeción en la zona distal del antebrazo buen tejido y buenas terminaciones, si posee un tallaje adecuado, presenta un tejido grueso pero confortable.

Referente al almohadillado, las empresas 2MIL ARTESANIA SANITARIA SL e INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. no presentan ningún tipo de almohadillado, el resto de empresas presentan un almohadillado similar excepto MEDILEVEL SA que superior.

Referente al confort, hemos tenido en cuenta la sensación de calor, siendo puntuados como mejores los presentados por las empresas 2MIL ARTESANIA SANITARIA SL y tras esta INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L., el resto presentan tejido que dan sensación de picor y calor siendo muy acuciado en el presentado por la empresa MEDILEVEL SA y menos acuciado por su transpirabilidad en el presentado por la empresa BSN MEDICAL SLU.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Almohadillado 10 puntos	Confort 10 puntos	TOTAL
BSN MEDICAL SLU	20	5	5	30



INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	10	0	8	20
C.V. MEDICA, S.L.	10	5	3	18
CORIBERICA SANITARIA,S.L.	10	5	3	18
MEDILEVEL S A	10	8	0	18
4DMENSION STUDIO & PARTNERS, SL	5	5	3	13
VIALTA S.L	5	5	3	13
2MIIL ARTESANIA SANITARIA SL	0	0	9	8

LOTE 26 INMOVILIZADOR CLAVÍCULA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Almohadillado 10 puntos
- Confort 10 puntos

Referente a la manipulación se considera el más manipulable el presentado por la empresa BSN MEDICAL SLU por su diseño, tipo de tejido, resistencia, así como la suavidad de sus bordes y adaptabilidad. Tras este se considera el inmovilizador presentado por la empresa CORIBERICA SANITARIA, S.L., presentan un tejido resistente y algo transpirable. Los productos presentados por las empresas CV MEDICA SL y MEDILEVEL SA presentan tejido menos resistentes, más ásperos y bordes menos protegidos que pueden alterar la integridad de la piel.

Referente al almohadillado las empresas BSN MEDICAL SLU y CORIBERICA SANITARIA, S.L. presentan un almohadillado superior al resto; presentando el peor almohadillado la empresa MEDILEVEL S.A.

Debido al tipo de tejido, más duro y áspero y la ausencia de almohadillado en algunas zonas se considera muy poco confortable los productos presentados por las empresas CV MEDICA SL y MEDILEVEL SA

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Almohadillado 10 puntos	Confort 10 puntos	TOTAL
BSN MEDICAL SLU	15	10	8	33
CORIBERICA SANITARIA,S.L.	10	10	8	28
C.V. MEDICA, S.L	5	5	2	12
MEDILEVEL S.A	5	2	2	9

LOTE 27 COLLARÍN CERVICAL ANATÓMICO

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son.



- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Confort 10 puntos

Las empresas IZASA HOSPITAL S.L.U y PRODUCTOS FAVESAN S.A no presentan almohadillado en las zonas de presión, por lo que no son adecuadas para su uso.

La empresa BARNIA IMPORT MEDICA S.A. repite artículo en la talla extragrande, ya que carece de este tallaje.

Referente a la manipulación, se considera el collarín de BSN MEDICAL SLU como el más adecuado y fácil colocación, con buena visibilidad de la talla, densidad adecuada, envase apilable y presenta funda para su lavado.

La empresa CORIBERICA SANITARIA, S.L. presenta una buena densidad como el producto anterior, además permite la diferenciación de tallas por colores.

El resto de empresas presenta una densidad baja, y presentación similar.

Referente a la adaptabilidad se considera igual que en el apartado anterior la mejor oferta a la presentada por BSN MEDICAL SLU, permite una adaptación adecuada y buena fijación, permitiendo una inmovilización parcial. Tras esta se consideran el collarín presentado por las empresas CORIBERICA SANITARIA, S.L. y 2MIIL ARTESANIA SANITARIA SL como las siguientes en adaptabilidad. El resto de empresas presentan una adaptabilidad inferior por su baja densidad y forma.

Referente al confort, es manifestado como superior por las empresas de mejor adaptabilidad y densidad ya que al efectuar su capacidad de inmovilización más eficazmente, mejora el confort al limitar el movimiento. Así es considerado la empresa BSN MEDICAL SLU como la de mejor confort, además de presentar funda de tejido muy agradable al tacto. El tejido de la empresa GARRIC MEDICA S.L presenta un velcro muy estrecho lo que provoca disconfort al soltarse con facilidad.

Así, como la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Confort 10 puntos	TOTAL
BSN MEDICAL SLU	25	10	10	45
CORIBERICA SANITARIA, S.L.	15	5	5	25
MEDILEVEL S.A	12	3	3	18
1000 CENTRAL MÉDICA, S.L.	12	3	3	18
2MIIL ARTESANIA SANITARIA SL	10	5	3	18
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	10	3	3	16
GARRIC MEDICA S.L	10	3	1	14
PRODUCTOS FAVESAN S.A	0	3	0	3
IZASA HOSPITAL S.L.U	0	3	0	3
BARNIA IMPORT MEDICA S.A.	NC	NC	NC	NC



LOTE 28
COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Confort 10 puntos

La empresa IZASA HOSPITAL S.L.U no cumple con el pliego técnico, al ser semirígido y no ajustable en altura.

La empresa FIRMA AMBU S.L cumple con lo exigido en el pliego técnico siendo valorado adecuadamente en todos los criterios.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Confort 10 puntos	TOTAL
FIRMA AMBU S.L	15	8	5	28
IZASA HOSPITAL S.L.U	NC	NC	NC	0

LOTE 29
COLLARÍN CERVICAL FLEXIBLE TIPO THOMAS

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Confort 10 puntos

Todas las empresas cumplen con los requisitos del pliego técnico, comportándose de manera similar excepto la empresa GARRIC MEDICA S.L que se puntúa de forma inferior al ser más rígido y peor almohadillado, lo que supone una peor adaptabilidad y mayor disconfort.

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Confort 10 puntos	TOTAL
1000 CENTRAL MÉDICA, S.L.	20	9	8	37
MEDILEVEL S.A	20	9	8	37
PRODUCTOS FAVESAN S.A	20	9	8	37
GARRIC MEDICA S.L	20	5	3	28

LOTE 30
COLLARÍN CERVICAL RIGIDO TIPO PHILADELPHIA



Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Confort 10 puntos

Referente a la manipulación se considera superior el presentado por la empresa BSN MEDICAL SLU respecto a MEDILEVEL S.A al presentar los bordes de superficies superpuestas con degradado para facilitar su colocación y aumentar el confort, presenta materiales más resistentes y con mejores terminaciones.

Referente a la adaptabilidad, el diseño de las terminaciones de las superficies integrantes del collarín facilita la adaptación de mayor manera en la empresa BSN MEDICAL SLU respecto al presentado por MEDILEVEL S.A

En cuanto al confort es superior en el collarín presentado por la empresa BSN MEDICAL SLU por presentar un almohadillado superior en las superficies rígidas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 25 puntos	Adaptabilidad 10 puntos	Confort 10 puntos	TOTAL
BSN MEDICAL SLU	20	10	10	40
MEDILEVEL S.A	10	5	5	20

LOTE 31 PROTECTOR TALONERA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Almohadillado 20 puntos
- Manipulación 15 puntos
- Adaptabilidad 05 puntos
- Confort 05 puntos

La calidad de las taloneras presentadas es insuficiente para una asistencia sanitaria adecuada en una prevención eficaz ante las UPP.

Referente al almohadillado se considera similar en la mayoría de las empresas licitadoras, excepto para el presentado por la empresa MEDILEVEL S.A que es considerablemente inferior al resto.

Referente a la manipulación el diseño es similar a todas las empresas licitadoras excepto de nuevo en la empresa MEDILEVEL S.A que permite una mejor fijación. La empresa 2MIL ARTESANIA SANITARIA SL presenta unas zonas de cosido muy rígidas que pueden atentar contra la integridad de la piel ante las fricciones, a la vez que el tejido es poco resistente a la tracción. La empresa C.V. MEDICA, S.L presenta unas zonas de doblado que aumentan la tensión del tejido y disminuyen el efecto de almohadillado aumentando la

presión sobre la piel. La empresa CORIBERICA SANITARIA, S.L. presenta una zona de apoyo de talón muy escasa y la tira de sujeción se suelta con relativa facilidad. La fijación de la talonera presentada por la empresa VIALTA S.L es inferior al resto de los licitadores.

La adaptabilidad y confort de los tejidos es similar en las empresas licitadoras.

PROVEEDOR	Amoñadillado 20 puntos	Manipulación 15 puntos	Adaptabilidad 5 puntos	Confort 5 puntos	TOTAL
2MIL ARTESANIA SANITARIA SL	10	3	3	3	19
C.V. MEDICA, S.L	10	3	3	3	19
CORIBERICA SANITARIA, S.L.	10	3	3	3	19
VIALTA S.L	10	3	3	3	19
MEDILEVEL. S.A	5	5	3	3	16


Murcia, 16 de marzo de 2017



Juan Antonio Sánchez Pérez
Supervisor RR.MM. Área I
Hospital Virgen de la Arrixaca



Juan Manuel Romero Pelegrin
Supervisor RR.MM. Área II
Hospital de Santa Lucía



María Solano García
Supervisora RR.MM. Área VIII
Hospital Los Arcos del Mar Menor

