

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO N^º CS/1600/1100859306/18/PAS, "ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN EQUIPO DE CISTOSCOPIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA"

VALORACIÓN TÉCNICA/JUICIO DE VALOR (Hasta 25 puntos)

■ 3 Fibrocistoscopios analógicos. (Hasta 6 puntos).

- ✘ Sistema Óptico (2 puntos)
 - Campo visual 120°.
 - Dirección visual 0°.
 - Profundidad de campo 3-50mm.
- ✘ Canal de trabajo y angulación (Hasta 2 puntos).
 - Diámetro interior superior a 6,5 Fr.
 - Rango de angulación 120/210 (abajo/arriba).
- ✘ Vaina de inserción (Hasta 1 punto)
 - Diámetro exterior extreme distal <12 Fr.
 - Diámetro exterior tubo de inserción <17 Fr.
 - Longitud de trabajo mínima 370 mm.
- ✘ El equipamiento ha de ir completado con cajas de almacenamiento, accesorios de limpieza y llaves de paso para permitir irrigación y trabajos simultáneos (Hasta 1 punto)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Nº CS/1600/1100859306/18/PAS, "ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN EQUIPO DE CISTOSCOPIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA"

❁ **2 Videocistoscopios digitales. (Hasta 6 puntos).**

Similares consideraciones en cuanto a campo visual, canales de trabajo, angulación y equipamiento accesorio a las reflejadas para el fibrocistoscopia analógico. Será compatible con la posibilidad de emplear filtros de luz blanca para mejorar el contraste de las estructuras vasculares y/o papilares e incrementar la capacidad diagnóstica.

❁ **1 Videoprocessador con fuente de luz LED. (Hasta 5 puntos).**

- ✗ Modo NBI (Narrow Band Imaging). (Hasta 3 puntos)
- ✗ Salida de señal HDTV analógica.
- ✗ Salida de señal SDTV digital.
- ✗ Ajuste de balance de blancos y ajuste del tono de color.
- ✗ Control automático de ganancia (ampliado electrónico de la imagen) y ajuste de contraste.
- ✗ Reducción de ruido a través de procesamiento de imágenes.
- ✗ Ajuste de acentuación de las imágenes para mejorar de forma eléctrica los patrones finos o contornos de la imagen endoscópica y aumentar la nitidez de la imagen.
- ✗ Congelación de imagen.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO N° CS/1600/1100859306/18/PAS, "ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN EQUIPO DE CISTOSCOPIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA"

- ✗ Visualización en pantalla de los datos del paciente (ID, nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, fecha de realización prueba, comentarios).
 - (Elementos previos Hasta 1 punto)
- ✗ Capacidad de grabación con visualización en monitor del estado de grabación.
- ✗ Sistema de almacenamiento de archivos de imagen.
- ✗ Memoria portátil.
 - (Elementos previos Hasta 1 punto)

■ **Cabezal de cámara para videocistoscopios. (Hasta 5 puntos)**

- ✗ Filtro antimoire. (Hasta 1,5 puntos)
- ✗ Compatible con diferentes objetivos de cámara esterilizable en autoclave y todas las ópticas de endoscopia rígida del mercado. (Hasta 1,5 puntos)
- ✗ Inmersión en soluciones desinfectantes (con el objetivo escogido colocado) así como su esterilización en óxido de etileno (Hasta 1 punto)
- ✗ Botonera para comandar funciones de forma remota. (Hasta 1 punto)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO N^o CS/1600/1100859306/18/PAS, "ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN EQUIPO DE CISTOSCOPIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA MORALES MESEGUER, ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA"

- Funciones:
 - Congelación de Imagen.
 - Captura de Imagen Fija y Grabación.
 - Zoom Digital.
 - Balance de Blancos.
 - Reducción de luz.
 - Captura de Imagen Fija en Tarjetas Digitales.
 - Captura Dual.
 - Rotación de Imagen.

❁ **1 Monitor de 24 pulgadas. (Hasta 3 puntos).**

- ✗ Resolución máxima 1920*1080 (FHD). (Hasta 2 puntos)
- ✗ Entradas VGA, DVI, CVBS, SDI, HDMI. (Hasta 0,5 puntos)
- ✗ Salidas CVBS y SDI. (Hasta 0,5 puntos)

Murcia, 19 de julio de 2018

El Jefe de Servicio de Urología

Tomás Fernández Aparicio