

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: 1100929771/19
OBJETO: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE DE COAGULACIÓN

LOTE 1

Los criterios en los que se basa la evaluación de este expediente y su puntuación son los siguientes:

- Características técnicas y organizativas del equipamiento 20 puntos
- Características del Servicio 20 puntos
- Características técnicas de los reactivos 09 puntos

La empresa Werfen España, S.A.U. ha sido la única licitadora de este lote y analizada su oferta se llega a las siguientes consideraciones:

El número de máquinas ofertado es adecuado y está ajustado a la carga de trabajo de cada una de las áreas sanitarias. Además de los coagulómetros, se ofrecen los equipos necesarios para realizar todas las pruebas diagnósticas ofertadas. Toda la maquinaria permite el trabajo de forma automática. La carga de muestras es continua, también para reactivos, calibradores y controles.

Permite trabajar con tubo abierto y cerrado. Permite el control remoto de funcionalidad, lo que facilita la respuesta rápida ante cualquier problema técnico. Software de fácil manejo y perfecta conexión con sistema informático.

En cuanto a las características del Servicio, oferta presencia de personal técnico de apoyo y especialistas en el área lo que la respuesta a las incidencias reportadas es inmediata, ya sea presencial o a través de control remoto. Mantenimiento de las máquinas programado por la empresa. Formación inicial y continuada a través de la empresa.

Respecto a las características de los reactivos, la empresa presenta un gran número de reactivos listos para usar, sin tener pasos previos de dilución. Controles de calidad adecuados. Facilidad de calibración. Estabilidad de los reactivos en máquina adecuada al gasto.

Tras la valoración realizada, la puntuación final de la empresa es la siguiente:

Werfen España, S.A.U.

49 puntos

LOTE 2

No hay ofertas

LOTE 3

Los criterios en los que se basa la evaluación de este expediente y su puntuación son los siguientes:

- Características técnicas y organizativas del equipamiento 20 puntos
- Características del Servicio 20 puntos
- Características técnicas de los reactivos 09 puntos

La empresa Menarini Diagnósticos, S.A. ha sido la única licitadora de este lote y analizada su oferta se llega a las siguientes consideraciones:

La oferta incluye un número suficiente de aparatos para cubrir la necesidad de todas las áreas del SMS adecuada al volumen de prestación de cada área. La velocidad de procesamiento es adecuada. Utiliza el mismo tubo que el necesario para el hemograma. Existe una adecuada conexión al sistema informático del hospital. Software accesible y de fácil manejo.

En cuanto al Servicio técnico, este es adecuado en número y velocidad de respuesta, mediante asistencia física, remota y telefónica. Formación inicial y continuada a cargo de la empresa

Los analizadores no requieren calibración ni consumen reactivos

Tras la valoración realizada, la puntuación final de la empresa es la siguiente:

Menarini Diagnósticos, S.A.

49 puntos

LOTE 4

No hay ofertas.

Murcia, 22 de octubre de 2020




Eduardo Salido Fierrez
Servicio Hematología Área I



Teodoro Iturbe Hernández
Servicio Hematología Área II




Mª José Romero Orcajada
Servicio Hematología Área III




Ignacio Sánchez Serrano
Servicio Hematología Área IV




Victoriano Beltrán Agulló
Servicio Hematología Área V


Alina Ramón Mitat
Servicio Hematología Área IX


Firmado por ROLDAN
SCHILLING VANESA -
24255855D el día 22/10/2020
con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Vanesa Roldán Schilling
Servicio Hematología Área VI