



## INFORME TÉCNICO

**EXPEDIENTE: 1100827243/18**

**OBJETO: SUMINISTRO DE MARCAPASOS ESTIMULACIÓN MONOCAMERAL  
TRANSCATETER SIN CABLES CON DESTINO AL HOSPITAL  
CLINICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA**

### LOTE 1

### MARCAPASOS ESTIMULACIÓN MONOCAMERAL TRANSCATETER SIN CABLES

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tamaño del dispositivo 20 puntos
- Duración de la batería 15 puntos
- Características del sistema de introducción percutánea 10 puntos

La única empresa licitadora, MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. presenta un dispositivo cuyo tamaño permite su introducción percutánea, siendo su diámetro adecuado para la introducción y anclaje a través de un introductor venoso, otorgándole una puntuación de **20 puntos**

Respecto a la batería, la duración estimada es algo inferior a la de un marcapasos convencional, pero permite la estimulación durante un periodo razonable, por lo que se asignan **10 puntos**.

En cuanto al sistema de introducción percutánea, el diámetro del introductor es adecuado, y el sistema de anclaje y de retirada en caso de umbral insuficiente es satisfactorio, por tanto se le asignan **10 puntos** en este apartado.

Así, la puntuación final es la siguiente:

**MEDTRONIC IBERICA, S.A.**

**40 puntos**

Murcia, 27 de marzo de 2019

**Arcadio García Alberola**  
*Jefe Sección Unidad de Arritmias*  
*Servicio de Cardiología*  
*Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca*