



EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN: CIRCUITOS, FILTROS RESPIRATORIOS, SENSORES Y MASCARILLAS DE ANESTESIA CON DESTINO A CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

CS/9999/1100918439/19/PA,

A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ART.138.1 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE REALIZA LA SIGUIENTE:

NOTA DE ACLARACIONES

En referencia al **lote 39** del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN: CIRCUITOS, FILTROS RESPIRATORIOS, SENSORES Y MASCARILLAS DE ANESTESIA CON DESTINO A CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD, se rectifica la descripción del **material 11004846**, quedando la redacción como sigue:

DÓNDE DICE:

11004846

SENSOR FLUJO MONITOR RESPIRADOR COMPATIBLE BABYLOG 8000.

Sensor de flujo, filamentos de platino. Para sistema de medición por anemometría de hilo electrocalentado, compatible con ventiladores Dräger Babylog 8000 y /o serie Evita. Desechable.

DEBE DECIR:

11004846

SENSOR FLUJO MONITOR RESPIRADOR COMPATIBLE BABYLOG 8000.

Sensor de flujo, filamentos de platino. Para sistema de medición por anemometría de hilo electrocalentado, compatible con ventiladores Dräger Babylog 8000 y /o serie Evita. **Reutilizable.**

LA JUNTA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

