

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: CS/9999/1100809738/17/ACPA
OBJETO: SUMINISTRO DE SOLUCIONES ESTÉRILES PARA REPOSICIÓN DE LA CAPA DE LA VEJIGA URINARIA Y LUBRICANTES UROLÓGICOS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

LOTE 1

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Envasado presentación 05 puntos

No existen empresas licitadoras a este lote.

LOTE 2

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Envasado presentación 05 puntos

La única empresa licitadora, INIBSA HOSPITAL, S.L.U, cumple con los requisitos necesarios exigidos en el pliego técnico, con una manipulación correcta, fácil de aplicar y estable, así como una presentación adecuada.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación	Presentación	Total
INIBSA HOSPITAL, S.L.U.	40	5	
	20	3	23

LOTE 3

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Envasado presentación 05 puntos

La empresa PRESURGY S.L. no cumple al presentar una concentración del 0.16% frente a 0.08% exigida en el pliego técnico
La empresa licitadora, BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SLU, cumple con los requisitos necesarios exigidos en el pliego técnico, con una manipulación correcta, fácil de aplicar y estable, así como una presentación adecuada.

Así la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 40	Presentación 5	Total
BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SLU	20	3	23
PRESURGY S.L.	NC	NC	NC

LOTE 4

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 30 puntos
- Envasado presentación 15 puntos

Referente a la manipulación son mejor valoradas las empresas que presentan una jeringa como medio de administración, ya que su manipulación es más rápida y cómoda y confortable. Así, con este criterio se valora a las empresas AB MEDICA GROUP, S.A., INIBSA HOSPITAL, S.L.U. y VIALTA, S.L. No obstante, la empresa AB MEDICA GROUP, S.A. presenta el inconveniente del volumen de presentación, que en determinadas ocasiones obliga a una mayor manipulación al tener que utilizar dos dispositivos debido a su escaso volumen de presentación unitaria (6ml frente a los 11-12 ml de la competencia). La empresa BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SLU presenta un dispositivo en acordeón más incómodo para la instilación y punta demasiado gruesa. La empresa TELEFLEX MEDICAL S.A.U. presenta un dispositivo en acordeón más difícil de manipular provocando aspiración si no se manipula adecuadamente.

Referente a la presentación, sin tener en cuenta el dispositivo que ya se ha valorado a efectos de su manipulación, la empresa AB MEDICA GROUP, S.A. tiene una presentación de capacidad escasa (solo 6ml), la empresa BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SLU no especifica en castellano su prospecto. Las empresas INIBSA HOSPITAL, S.L.U., VIALTA, S.L. y TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. se comportan de manera similar en este apartado siendo muy superiores a las anteriores.

Así la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 30	Presentación 15	Total
INIBSA HOSPITAL, S.L.U.	25	8	33
VIALTA, S.L	25	8	33
AB MEDICA GROUP, S.A.	15	3	18
TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	10	8	18
BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SLU	10	3	13

LOTE 5

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 40 puntos
- Envasado presentación 05 puntos

Referente a la manipulación el producto presentado por la empresa VIALTA, S.L se considera el más apropiado, al presentar una lubricación adecuada, que no deja restos sobre catéteres o endoscopios, permitiendo una buena visibilidad a través de la lente con mayor definición. Las empresas BSN MEDICAL, S.L.U., LABORATORIOS BOHM, S.A. y AB MÉDICA GROUP, S.A. presentan una manipulación muy inferior.

Referente a la presentación, la empresa AB MEDICA GROUP, S.A. no presenta información en castellano. La empresa VIALTA, S.L presenta un cierre poco adecuado para preservar el producto. El resto de empresas, BSN MEDICAL, S.L.U. y LABORATORIOS BOHM, S.A. reciben una valoración más positiva.

Así la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación 40	Presentación 5	Total
VIALTA, S.L	30	1	31
BSN MEDICAL, SLU	15	3	18
LABORATORIOS BOHM S.A.	15	3	18
AB MEDICA GROUP, S.A.	15	1	16

Murcia, 31 de mayo de 2018

Juan Antonio Sánchez Pérez
Supervisor RR.MM. Área I

Juan Manuel Romero Pelegrín
Supervisor RR.MM. Área II

Félix Peñalver Hernández
Supervisor RR.MM. Área VI

Máximo Culiáñez Alenda
Supervisor RR.MM. Área VII