

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: 1100928074/19
OBJETO: SUMINISTRO DE TUBOS ENDOTRAQUEALES,
MASCARILLAS LARÍNGEAS Y CÁNULAS DE
TRAQUEOTOMÍA

LOTE 1 TUBO BRONQUIAL SILICONIZADO DOBLE VÍA, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 14 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión, accesibilidad doble vía) 14 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos
- Balón. Presión, superficie 09 puntos
- Balón. Válvula 04 puntos

El material ofertado por la empresa MBA INCORPORADO, cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico. Supera al resto de empresas con una puntuación muy superior. La conexión es la más avanzada para la introducción del fibrobroncoscopio y/o las sondas y además permite el pinzamiento de ambas vías aéreas sin necesidad de una pinza externa al equipo.

Las otras dos empresas, TELEFLEX MÉDICAL e IZASA HOSPITAL, presentan un material sin diferencias significativas entre ellos, por lo que son valoradas con la misma puntuación en todos los parámetros, a excepción de la adaptabilidad, donde el de la empresa IZASA HOSPITAL recibe una menor puntuación por su menor deslizamiento.

Así, la puntuación final es la siguiente:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Tubo. Adaptabilidad 14</i>	<i>Tubo. Manipulación 14</i>	<i>Tubo. Bisel 8</i>	<i>Balón. Presión, superficie 9</i>	<i>Balón. Válvula 4</i>	<i>TOTAL</i>
MBA INCORPORADO, S.L.	13	14	7	9	4	47
TELEFLEX MEDICAL, SAU	12	6	3	4	3	28
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	8	6	3	4	3	24

LOTE 2 TUBO BRONQUIAL TRAQUEOSTOMÍA DOBLE VÍA, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 14 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión, accesibilidad doble vía) 14 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos



- Balón. Presión, superficie 09 puntos
- Balón. Válvula 04 puntos

El material ofertado por la empresa MEDTRONIC IBÉRICA, cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico en todos los parámetros de valoración establecidos, obteniendo la mayor puntuación en este lote.

El material presentado por la empresa TELEFLEX MÉDICAL es valorada del mismo modo que el del lote anterior, ya que se comporta de forma similar en todos los aspectos, por lo que obtiene la misma puntuación que aquella. La manipulación es más dificultosa que la presentada por la empresa MEDTRONIC IBÉRICA, y la calidad del bisel y del balón es inferior. Respecto a la adaptabilidad del tubo y la calidad de la válvula, es similar al de la empresa mejor valorada.

Así, la puntuación final es la siguiente:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Tubo. Adaptabilidad 14</i>	<i>Tubo. Manipulación 14</i>	<i>Tubo. Bisel 8</i>	<i>Balón. Presión, superficie 9</i>	<i>Balón. Válvula 4</i>	<i>TOTAL</i>
MEDTRONIC IBÉRICA, SA	12	14	7	8	3	44
TELEFLEX MEDICAL, SAU	12	6	3	4	3	28

LOTE 3 TUBO ENDOTRAQUEAL LARINGECTOMÍA MONITORIZACIÓN ELECTROMIOGRÁFICA, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 12 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 12 puntos
- Tubo. Electrodo (disposición, recubrimiento) 06 puntos
- Tubo. Bisel 06 puntos
- Balón. Presión, superficie 09 puntos
- Balón. Válvula 04 puntos

La empresa SUMINISTROS MÉDICOS DE MURCIA, única licitadora a este lote, presenta un material que cumple adecuadamente con los requisitos del Pliego Técnico obteniendo muy buena valoración en cada uno de los criterios a valorar.

Así, la puntuación final es la siguiente:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Tubo. Adaptabilidad 12</i>	<i>Tubo. Manipulación 12</i>	<i>Tubo. Electrodo 6</i>	<i>Tubo. Bisel 6</i>	<i>Balón. Presión, superficie 9</i>	<i>Balón. Válvula 4</i>	<i>TOTAL</i>
SUMINISTROS MÉDICOS DE MURCIA, S.L.	9	10	5	5	8	3	40



LOTE 4 TUBO ENDOTRAQUEAL LARINGECTOMÍA PREFORMADO, DESECHABLE.

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, ángulo, deslizamiento) 14 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 14 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos
- Balón. Presión, superficie 09 puntos
- Balón. Válvula 04 puntos

La empresa MEDTRONIC IBÉRICA es la única licitadora de este lote, y cumple satisfactoriamente con lo requerido en el Pliego Técnico, siendo valorada con una puntuación muy positiva en todos los criterios a valorar.

Así, la puntuación final es la siguiente:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Tubo. Adaptabilidad</i> 14	<i>Tubo. Manipulación</i> 14	<i>Tubo. Bisel</i> 8	<i>Balón. Presión, superficie</i> 9	<i>Balón válvula</i> 4	<i>TOTAL</i>
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10	11	7	9	3	40

LOTE 5 TUBO ENDOTRAQUEAL BALÓN ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 12 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 12 puntos
- Tubo. Puerto de aspiración 06 puntos
- Tubo. Bisel 06 puntos
- Balón. Presión, superficie 09 puntos
- Balón. Válvula 04 puntos

La empresa MEDTRONIC IBÉRICA es la única licitadora de este lote, y cumple satisfactoriamente con lo requerido en el Pliego Técnico, siendo valorada con una puntuación muy positiva en todos los criterios a valorar.

Así, la puntuación final es la siguiente:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Tubo. Adaptabilidad</i> 12	<i>Tubo. Manipulación</i> 12	<i>Tubo. Puerto de aspiración</i> 6	<i>Tubo. Bisel</i> 6	<i>Balón. Presión, superficie</i> 9	<i>Balón. Válvula</i> 4	<i>TOTAL</i>
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10	10	6	5	8	3	42



LOTE 6 TUBO TRAQUEAL ACERO FLEXIBLE CIRUGÍA LÁSER DOBLE BALÓN, DESECHABLE.

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 14 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 14 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos
- Balón. Presión, superficie 09 puntos
- Balón. Válvula 04 puntos

La empresa MEDTRONIC IBÉRICA es la única licitadora de este lote, y cumple satisfactoriamente con lo requerido en el Pliego Técnico, siendo valorada con una puntuación muy positiva en todos los criterios a valorar.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Tubo. Adaptabilidad 14	Tubo. Manipulación 14	Tubo. Bisel 8	Balón. Presión, superficie 9	Balón. Válvula 4	TOTAL
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10	11	7	9	4	41

LOTE 7 TUBO ENDOTRAQUEAL ORIFICIO MURPHY CON BALÓN, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 14 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 14 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos
- Balón. Presión, superficie 09 puntos
- Balón. Válvula 04 puntos

El material ofertado por la empresa MEDTRONIC IBÉRICA, cumple perfectamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, por lo que es la empresa mejor valorada en todos los parámetros de valoración técnica. Su diseño y su material permiten una intubación más fácil que con el resto. Es el único que cumple completamente las expectativas. A destacar que tenga dos líneas para marcar la glotis y no solo una o ninguna como ocurre con el resto de ofertas.

El material ofertado por la empresa SMITHS MÉDICAL ESPAÑA cumple mínimamente con lo exigido en el Pliego Técnico, sus prestaciones están muy por debajo del de la empresa MEDTRONIC IBÉRICA, sobre todo porque la



conexión no es transparente, por lo que recibe una valoración inferior en todos los conceptos.

Las ofertas presentadas por las empresas LELEMAN e IZASA HOSPITAL, son valoradas con la misma puntuación, ya que no existen diferencias significativas entre ellas. Se comportan de forma similar en todos los parámetros a valorar al presentado por la empresa SMITHS MÉDICAL, pero en general, tienen peores materiales, y peor diseño que les hace tener menor adaptabilidad.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Tubo. Adaptabilidad 14	Tubo. Manipulación 14	Tubo. Bisel 8	Balón. Presión, superficie 9	Balón. Válvula 4	TOTAL
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	14	14	8	7	3	46
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	9	6	4	4	2	25
LELEMAN	6	6	4	4	2	22
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	6	6	4	4	2	22

LOTE 8 TUBO TRAQUEAL ORIFICIO MURPHY PVC SILICONADO, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 25 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 14 puntos
- Tubo. Bisel 10 puntos

La oferta presentada por la empresa MEDTRONIC IBÉRICA, cumple de forma satisfactoria con los requisitos del Pliego Técnico, por lo que obtiene una muy buena puntuación en todos los criterios a valorar, tanto en adaptabilidad como en manipulación y bisel.

Tras esta es valorada la empresa TELEFLEX MÉDICAL, cuyos tubos tienen buenas características, pero la punta es más rígida y, teniendo en cuenta que la población en las que se va a utilizar es pediátrica, consideramos que es un hándicap con respecto al tubo ofertado por la empresa MEDTRONIC IBÉRICA, por lo que recibe menor puntuación respecto a la adaptabilidad y manipulación. Respecto al bisel son similares los de ambas empresas.

Por último, las empresas LELEMAN e IZASA HOSPITAL presentan materiales que se comportan de forma similar no existiendo diferencias significativas entre ellos. Son valoradas con la misma puntuación pero muy inferior a las otras dos empresas ya que presentan materiales que respecto a la adaptabilidad, manipulación y bisel son de una calidad bastante inferior.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Tubo. Adaptabilidad 25	Tubo. Manipulación 14	Tubo. Bisel 10	TOTAL
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	20	14	8	42



TELEFLEX MEDICAL, SAU	9	10	8	27
LELEMAN	6	6	4	16
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	6	6	4	16

LOTE 9 TUBO TRAQUEAL EDGAR SILICONA DOBLE CANAL, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 20 puntos
- Tubo. Puerto de instilación 10 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 10 puntos
- Tubo. Bisel 09 puntos

La empresa TELEFLEX MÉDICAL, única licitadora a este lote, cumple satisfactoriamente con lo exigido en el Pliego Técnico en todos los criterios de valoración que se han determinado.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Tubo. Adaptabilidad 20	Tubo. Puerto de instilación 10	Tubo. Manipulación 10	Tubo. Bisel 9	TOTAL
TELEFLEX MEDICAL, SAU	17	8	8	8	41

LOTE 10 TUBO TRAQUEAL MAGILL SILICONA REFORZADO CON BALÓN

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, revestimiento) 14 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión, memoria) 14 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos
- Balón. Presión, superficie 09 puntos
- Balón. Válvula 04 puntos

El material ofertado por la empresa MEDTRONIC IBÉRICA, cumple perfectamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, obteniendo la máxima puntuación en cada uno de los criterios de valoración estipulados. Tiene el punto exacto de flexibilidad y dureza.

Tras esta, son valoradas las empresas MBA INCORPORADO y TELEFLEX MÉDICAL, que presentan materiales que cumplen de forma adecuada con los requisitos del Pliego Técnico no existiendo diferencias significativas entre ellas y asignándoles la misma puntuación en todos los ítems de valoración. En todos ellos son sensiblemente inferiores a la oferta de la empresa MEDTRONIC IBÉRICA.

Por último, las empresas IZASA HOSPITAL y LELEMAN, que reciben la menor puntuación, sobre todo en cuanto a la adaptabilidad y manipulación se refiere,



no obstante, respecto a la calidad del bisel, la presión del balón y la válvula son similares a las ofertas de MBA INCORPORADO y TELEFLEX MÉDICAL. Presentan una punta blanda que en determinadas circunstancias podría deformarse tanto que podría comprometer la ventilación.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Tubo. Adaptabilidad 14	Tubo. Manipulación 14	Tubo. Bisel 8	Balón. Presión, superficie 9	Balón. Válvula 4	TOTAL
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	14	14	8	9	4	49
MBA INCORPORADO, S.L.	10	11	6	6	2	35
TELEFLEX MEDICAL, SAU	10	11	6	6	2	35
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	5	5	6	6	2	24
LELEMAN	5	5	6	6	2	24

LOTE 11 TUBO TRAQUEAL NASAL PREFORMADO “S” CON BALÓN,

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, ángulo, deslizamiento) 14 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 14 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos
- Balón. Presión, superficie 09 puntos
- Balón. Válvula 04 puntos

Las empresas LELEMAN y TELEFLEX MÉDICAL, ofertan unos materiales que cumplen adecuadamente con las exigencias del Pliego Técnico, comportándose de forma similar respecto a la manipulación del tubo, la calidad del bisel, la presión del balón y de la válvula, no así en la adaptabilidad donde el material de la empresa LELEMAN es algo superior y por lo tanto obtiene mayor puntuación en este concepto. Presenta un tubo de mayor longitud lo que es una característica que le hace superior respecto a las otras ofertas. En la intubación nasal se intenta poner el tubo de menor diámetro posible para tratar de no lesionar los cornetes nasales ni la mucosa, y no es infrecuente comprobar que llega con dificultad a la glotis o incluso se salga al hiperextender la cabeza. Por este motivo es puntuado con la mayor puntuación.

Tras esta, es valorada con menor puntuación la empresa IZASA HOSPITAL, ya que sus productos, en cuanto a la adaptabilidad y manipulación del tubo resultan más dificultosos, y la calidad del bisel es más atraumática. Respecto a la presión y la válvula del balón, reciben la misma puntuación que el resto de empresas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Tubo. Adaptabilidad 14	Tubo. Manipulación 14	Tubo. Bisel 8	Balón. Presión, superficie 9	Balón. Válvula 4	TOTAL
LELEMAN	14	13	8	7	3	45



TELEFLEX MEDICAL, SAU	10	13	8	7	3	41
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	6	9	4	7	3	29

LOTE 12 TUBO TRAQUEAL NASAL PREFORMADO “S” SIN BALÓN, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, ángulo, deslizamiento) 25 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 14 puntos
- Tubo. Bisel 10 puntos

La empresa LELEMAN presenta un material que cumple satisfactoriamente con todos los requisitos del Pliego Técnico, obteniendo por tanto la mayor puntuación en este lote. Destacar que el tubo añade unas marcas que permiten conocer la longitud de tubo que hay a nivel de glotis, lo que puede ser muy útil para saber si el tubo está introducido de más o a punto de salir. Además presenta una punta atraumática, redondeada y suave biselada.

Tras esta, las empresas MEDTRONIC IBÉRICA, TELEFLEX MÉDICAL e IZASA HOSPITAL, cuyos materiales se comportan de forma similar respecto a su manipulación y calidad del bisel que el ofertado por la empresa LELEMAN, y por tanto son valoradas con la misma puntuación en estos conceptos. En cambio es en la adaptabilidad del tubo donde se encuentran diferencias con respecto a la primera, siendo los materiales de las empresas MEDTRONIC IBÉRICA y TELEFLEX MÉDICAL sensiblemente inferiores y muy por encima con diferencia del ofertado por la empresa IZASA HOSPITAL.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Tubo. Adaptabilidad 25	Tubo. Manipulación 14	Tubo. Bisel 10	TOTAL
LELEMAN	25	11	9	45
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	18	11	9	38
TELEFLEX MEDICAL, SAU	18	11	9	38
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	6	11	9	26

LOTE 13 TUBO TRAQUEAL PREFORMADO “U” CON BALÓN, DESECHABLE TUBO TRAQUEAL PREFORMADO “U” SIN BALÓN, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, ángulo, deslizamiento) 20 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 14 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos
- Balón. Presión, superficie 04 puntos



- Balón. Válvula 03 puntos

El material ofertado por la empresa TELEFLEX MÉDICAL cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico obteniendo la mayor puntuación en este lote. Es el tubo mejor preformado y tiene un ángulo que se adecua mejor en los casos que se han probado, de ahí que respecto a su adaptabilidad y manipulación son mejor valorados que el resto de empresas.

La empresa IZASA HOSPITAL oferta un material que cumple adecuadamente con lo requerido en el Pliego Técnico, se comporta de forma similar al de la empresa TELEFLEX MÉDICAL respecto a la calidad del bisel del tubo, y a la presión y válvula del balón, no obstante, respecto a la adaptabilidad y manipulación del tubo son de una calidad inferior a la mejor valorada.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Tubo. Adaptabilidad 20	Tubo. Manipulación 14	Tubo. Bisel 8	Balón. Presión, superficie 4	Balón. Válvula 3	TOTAL
TELEFLEX MEDICAL, SAU	18	12	7	4	3	44
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	10	6	7	4	3	30

LOTE 14 TUBO MICROLARÍNGEO PVC SILICONIZADO, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 14 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 14 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos
- Balón. Presión, superficie 09 puntos
- Balón. Válvula 04 puntos

El material ofertado por la empresa MEDTRONIC IBÉRICA cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico obteniendo la mayor puntuación en este lote. Destaca sobre todo la facilidad de manipulación que tiene en comparación con las otras ofertas.

La empresa TELEFLEX MÉDICAL oferta un material que cumple adecuadamente con lo requerido en el Pliego Técnico, se comporta de forma similar al de la empresa anterior respecto a la calidad del bisel del tubo, y a la presión y válvula del balón, no obstante, respecto a la adaptabilidad y manipulación del tubo son de una calidad inferior.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Tubo. Adaptabilidad 14	Tubo. Manipulación 14	Tubo. Bisel 8	Balón. Presión, superficie 9	Balón. Válvula 4	TOTAL
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	14	12	7	8	3	44



TELEFLEX MEDICAL, SAU	8	6	7	8	3	32
-----------------------	---	---	---	---	---	----

LOTE 15
TUBO ENDOTRAQUEAL CANAL ACCESORIO PVC Nº 2,0; DESECHABLE

No hay ofertas para este lote.

LOTE 16
TUBO BRONQUIAL IZQUIERDO PVC DOBLE VÍA VISUALIZACIÓN VÍAS
AÉREAS 35 FR, DESECHABLE
TUBO BRONQUIAL IZQUIERDO PVC DOBLE VIA VISUALIZACION VÍAS
AÉREAS 37 FR, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 15 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión, Resolución) 15 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos
- Balón. Presión, superficie 08 puntos
- Balón. Válvula 03 puntos

La empresa FIRMA AMBU, única licitadora a este lote, cumple satisfactoriamente con lo exigido en el Pliego Técnico obteniendo la máxima puntuación en casi todos los criterios de valoración.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Tubo. Adaptabilidad 15	Tubo. Manipulación 15	Tubo. Bisel 8	Balón. Presión, superficie 8	Balón. Válvula 3	TOTAL
FIRMA AMBU, S.L.	15	15	7	7	2	46

LOTE 17
TUBO ENDOTRAQUEAL MASCARILLA LARÍNGEA FASTRACH,
DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

Tubos

- Tubo. Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento) 16 puntos
- Tubo. Manipulación (Conexión) 14 puntos
- Tubo. Bisel 08 puntos
- Balón. Presión, superficie 08 puntos
- Balón. Válvula 03 puntos

Mascarillas



- Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento, revestimiento, memoria...) 20 puntos
- Válvula/manguito (presión, superficie) 15 puntos
- Manipulación (conexión...) 12 puntos
- Reesterilizable. Nº de usos 02 puntos

La empresa TELEFLEX MÉDICAL, única licitadora a este lote, cumple satisfactoriamente con lo exigido en el Pliego Técnico, tanto en lo requerido a los tubos como a las mascarillas.

Atendiendo a los distintos criterios de valoración establecidos para el tubo y la mascarilla se han asignado las siguientes puntuaciones:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Tubo. Adaptabilidad</i> 16	<i>Tubo. Manipulación</i> 14	<i>Tubo. Bisel</i> 8	<i>Balón. Presión, superficie</i> 8	<i>Balón. Válvula</i> 3	<i>TOTAL</i>
TELEFLEX MEDICAL, SAU	16	14	8	8	2	48
<i>PROVEEDOR</i>	<i>Mascarilla. Adaptabilidad</i> 20	<i>Mascarilla. Válvula/mang.</i> 15	<i>Manipul.</i> 12	<i>Reesteriliz. Nº de usos</i> 2	<i>TOTAL</i>	
TELEFLEX MEDICAL, SAU	18	12	10	0	40	

Así, la puntuación final, resultante de la media entre ambas puntuaciones es **44 PUNTOS.**

LOTE 18 MASCARILLA LARÍNGEA PVC, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento, revestimiento, memoria...) 20 puntos
- Válvula/manguito (presión, superficie) 12 puntos
- Manipulación (conexión...) 12 puntos
- Uso con fibrobroncoscopio 05 puntos

Las empresas GARRIC MÉDICA, INTERSURGICAL ESPAÑA e IZASA HOSPITAL no llevan barra de retención de la epiglotis, condición exigida en el Pliego Técnico, por lo que son excluidas de la valoración.

Las empresas TELEFLEX MÉDICAL y MBA INCORPORADO presentan un material que cumple adecuadamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, comportándose de forma similar respecto a la manipulación y calidad de la válvula. En cambio, respecto a la adaptabilidad el de la empresa TELEFLEX MÉDICAL resulta más fácil de usar.

Así, la puntuación final es la siguiente:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Adaptabilidad</i> 20	<i>Válvula /manguito</i> 12	<i>Manipulación</i> 12	<i>Uso fibrobr.</i> 5	<i>TOTAL</i>
TELEFLEX MEDICAL, SAU	20	12	12	0	44
MBA INCORPORADO, S.L.	17	12	12	0	41



INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	-	-	-	-	NC
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	-	-	-	-	NC
GARRIC MEDICA, S.L.	-	-	-	-	NC

LOTE 19 MASCARILLA LARÍNGEA PVC O SILICONA DOBLE VIA, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento, revestimiento, memoria...) 20 puntos
- Manipulación (conexión...) 15 puntos
- Accesibilidad 09 puntos
- Sistema de inflado 05 puntos

El material ofertado por la empresa MBA INCORPORADO, cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico en todos los ítems de valoración, obteniendo la mayor puntuación es este lote, y muy superior al resto de empresas. Tiene la ventaja de disponer de un mayor rango de tamaños con respecto al resto de ofertas. También es superior en el balón de inflado en el que se percibe mejor la presión de la mascarilla que en el resto. Además, permite la intubación a través de la misma mascarilla, lo que aumenta sus prestaciones.

Los materiales presentados por las empresas IZASA HOSPITAL, LOGSA ENDOMÉDICAL y TELEFLEX MÉDICAL se comportan de forma similar respecto a todos los parámetros a valorar, no existiendo diferencias significativas entre ellos, pero de una calidad muy inferior en todos los parámetros en comparación al de la empresa MBA INCORPORADO. En general son inferiores en cuanto a manipulación y sellado. En las pruebas realizadas no parecieron demasiado fiables y las sensaciones no fueron buenas, estando en nuestra opinión muy por debajo de las prestaciones de las ofertadas por la empresa MBA INCORPORADO.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Manipulación 15	Accesibilidad 9	Sistema inflado 5	TOTAL
MBA INCORPORADO, S.L.	19	11	9	4	43
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	8	7	6	2	23
LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.	8	7	6	2	23
TELEFLEX MEDICAL, SAU	8	7	6	3	23

LOTE 20 MASCARILLA LARÍNGEA SILICONA DOBLE VIA, REUTILIZABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento, revestimiento, memoria...) 20 puntos



- Válvula/manguito (presión, superficie) 10 puntos
- Manipulación (conexión...) 10 puntos
- Accesibilidad 07 puntos
- Reesterilizable (nº de usos) 02 puntos

La empresa TELEFLEX MÉDICAL, única licitadora en este lote, cumple perfectamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, obteniendo la mayor puntuación en cada uno de los parámetros a valorar.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Válvula / manguito 10	Manipulación 10	Accesibilidad 7	Reesterilizable (nº de usos) 2	TOTAL
TELEFLEX MEDICAL, SAU	20	10	10	7	2	49

LOTE 21 MASCARILLA LARÍNGEA FLEXOMETÁLICA PVC, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento, revestimiento, memoria...) 20 puntos
- Válvula / Manguito (Presión, superficie) 15 puntos
- Manipulación (conexión...) 14 puntos

La empresa FIRMA AMBU presenta un material que cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, obteniendo la mayor puntuación en este lote. Se ha priorizado la valoración del tubo inacodable, que sería lo que motivaría elegir una mascarilla de este lote y no de otros. Para ello se han hecho pruebas de presión (simulando una mordida) y flexión a 180º y comprobamos la resistencia al flujo del aire. La única que cumple sobradamente en ambas situaciones es la de esta empresa. El resto de empresas quedan muy por debajo de esta siendo la peor la ofertada por la empresa IZASA HOSPITAL que presenta problemas de sellado.

Tras esta, son valoradas con igual puntuación entre ellas las empresas INTERSURGICAL ESPAÑA, TELEFLEX MÉDICAL y MBA INCORPORADO cuyos materiales cumplen de forma adecuada con lo exigido en el Pliego Técnico. Respecto a la manipulación y a la calidad de la válvula y manguito son similares al de la empresa FIRMA AMBU, pero respecto a la adaptabilidad reciben menor puntuación por los resultados de pruebas de presión mencionados anteriormente.

Por último es peor valorada en todos y cada uno de los parámetros de valoración la oferta de la empresa IZASA HOSPITAL, ya que la calidad del material les hace tener una peor adaptabilidad y su manipulación resulta más dificultosa. En cuanto a la presión de la válvula y el manguito, también es de una calidad inferior al resto de ofertas.

Así, la puntuación final es la siguiente:



PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Válvula / Manguito 15	Manipulación 14	TOTAL
FIRMA AMBU, S.L.	20	13	12	45
TELEFLEX MEDICAL, SAU	12	13	12	37
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	12	13	12	37
MBA INCORPORADO, S.L.	12	13	12	37
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	10	9	7	26

LOTE 22 MASCARILLA LARÍNGEA FLEXOMETÁLICA SILICONA, REUTILIZABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento, revestimiento, memoria...) 20 puntos
- Válvula / Manguito (Presión, superficie) 15 puntos
- Manipulación (conexión...) 12 puntos
- Reesterilizable (nº de usos) 02 puntos

Los materiales ofertados por las dos empresas licitadoras en este lote, MBA INCORPORADO y TELEFLEX MÉDICAL, cumplen adecuadamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico en todos los criterios valoración obteniendo la misma puntuación, salvo en lo que se refiere a la adaptabilidad donde el material de la empresa MBA INCORPORADO es de una calidad superior. Ambas mascarillas tienen buenas características, pero como sucedía con el lote anterior, hay que priorizar en puntuación la calidad del tubo reforzado, porque cuando un anestesiólogo elija esta mascarilla lo hará porque necesita que el tubo sea flexometálico. En este punto, la mascarilla SupraCare Flex de la empresa MBA INCORPORADO es superior porque el tubo se deforma menos ante la presión (está claramente mejorado con el modelo del lote anterior), aguanta una presión fuerte sin que se ocluya por completo el canal interior, permitiendo la ventilación, mientras que la LMA de TELEFLEX MÉDICAL se ocluye por completo. Ante una mordedura (que es el caso más extremo), estamos bastante convencidos de que con la primera se podría ventilar y con la otra no, y por eso damos esta diferencia de puntuación en este caso concreto.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Válvula / Manguito 15	Manipulación 12	Reesterilizable (nº de usos) 2	TOTAL
MBA INCORPORADO, S.L.	18	12	10	2	42
TELEFLEX MEDICAL, SAU	11	12	10	2	35

LOTE 23 MASCARILLA LARÍNGEA GEL, DESECHABLE



Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento, revestimiento, memoria...) 30 puntos
- Manipulación (conexión...) 19 puntos

La empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, única licitadora de este lote, presenta un material que cumple satisfactoriamente con las exigencias del Pliego Técnico en todos los ítems de valoración. La mascarilla laríngea tiene el canal gástrico independiente y permanentemente abierto durante el proceso de colocación, por lo que no se corre el riesgo de que una inadecuada colocación de la punta del dispositivo impida la apertura del canal tras el inflado, inutilizándolo a efectos prácticos. Al presentar un tubo ventilatorio libre de obstáculos, i-gel permite la introducción de tubos endotraqueales de gran calibre, hasta de 8mm. También se pueden introducir fibroscopios y endoscopios para el estudio del tracto digestivo superior.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 30	Manipulación 19	TOTAL
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	28	18	46

LOTE 24 MASCARILLA LARÍNGEA PVC DOBLE CANAL GÁSTRICO PEDIÁTRICA, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento, revestimiento, memoria...) 20 puntos
- Manipulación (conexión...) 15 puntos
- Accesibilidad 09 puntos
- Sistema de inflado 05 puntos

El material ofertado por la empresa MBA INCORPORADO cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, obteniendo la mayor puntuación en este lote en todos los ítems de valoración.

La oferta presentada por la empresa IZASA HOSPITAL es muy inferior a la anterior, con un material que respecto a la adaptabilidad, manipulación y accesibilidad, así como el sistema de inflado son muy deficientes, haciéndole merecedora de no alcanzar el umbral mínimo establecido. Parece sellar mejor que en la equivalente de adulto, algo que explica por, en general, la mejor adaptabilidad de las mascarillas en la población pediátrica, pero sigue siendo claramente inferior a la de la empresa MBA INCORPORADO en cuanto a sellado e introducción ya que no está preformada.

Así, la puntuación final es la siguiente:



PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Manipulación 15	Accesibilidad 9	Sistema de inflado 5	TOTAL
MBA INCORPORADO, S.L.	19	11	9	4	43
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	9	7	5	2	23

LOTE 25 MASCARILLA LARÍNGEA PVC DOBLE CANAL GÁSTRICO ADULTO, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Rigidez, deslizamiento, revestimiento, memoria...) 20 puntos
- Manipulación (conexión...) 15 puntos
- Accesibilidad 09 puntos
- Sistema de inflado 05 puntos

Las empresas IZASA HOSPITAL, MBA INCORPORADO y LOGSA ENDOMÉDICAL, presentan un material que no tiene doble canal gástrico, requisito exigido en el Pliego Técnico, por lo que son excluidas de la valoración técnica.

La empresa TELEFLEX MÉDICAL presenta un material que cumple de forma satisfactoria con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico obteniendo una buena puntuación en todos y cada uno de los ítems de valoración. Presenta el modelo Protector, que es un avance claro con respecto al modelo Supreme. Se adapta mejor y parece tener mejor sellado, introduciéndose de una forma similar a la que ya estábamos familiarizados. Una ventaja muy importante con respecto a las demás es que se visualiza la presión del neumó, lo que permite valorarla de una manera objetiva (y no al tacto como con el resto). En comparación al resto es claramente muy superior, por lo que la consideramos como la única elegible.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Manipulación 15	Accesibilidad 9	Sistema de inflado 5	TOTAL
TELEFLEX MEDICAL, SAU	19	14	8	5	46
MBA INCORPORADO, S.L.	-	-	-	-	NC
LOGSA ENDOMÉDICAL, S.L.	-	-	-	-	NC
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	-	-	-	-	NC

LOTE 26 GUÍA DE INTUBACIÓN RECTA ALUMINIO RECUBIERTA, ESTÉRIL, DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:



- Manipulación (deslizamiento) 30 puntos
- Adaptabilidad (flexibilidad/rigidez) 19 puntos

El material ofertado por la empresa TELEFLEX MÉDICAL cumple perfectamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico obteniendo la máxima puntuación en todos y cada uno de los ítems de valoración. Se introduce y se retira perfectamente en un tubo normal sin necesidad de lubricante. Encuentra un muy buen equilibrio entre la flexibilidad y el mantenimiento de la forma.

El resto de empresas, SMITHS MÉDICAL, INTERSURGICAL ESPAÑA y LELEMAN, presentan unos materiales muy similares entre sí, pero inferiores a los ofertados por la empresa TELEFLEX MÉDICAL, ya que se muestran más rígidos y menos flexibles dificultando su manipulación, aunque en este sentido, el PVC siliconado de baja fricción que compone el material de la empresa SMITHS MÉDICAL facilita el deslizamiento a través del tubo, propiedades antiadherentes para ser introducido y retirado fácilmente del tubo traqueal, por lo que es mejor valorada en este concepto que las otras dos empresas. En cuanto a la manipulación, la guía de INTERSURGICAL ESPAÑA al ser demasiado rígida, cuesta doblarla, aunque mantiene bien la forma; igualmente ocurre con la de la empresa LELEMAN (al menos en el tamaño medio), que es fácil de manipular pero al ser demasiado endeble, puede resultar insuficiente para mantener la forma ante una intubación compleja.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación (deslizamiento) 30	Adaptabilidad (Flexibilidad, rigidez) 19	TOTAL
TELEFLEX MEDICAL, SAU	30	19	49
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	15	15	30
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	10	15	25
LELEMAN	10	15	25

LOTE 27 GUÍA DE INTUBACIÓN RECTA PVC DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Manipulación (deslizamiento) 30 puntos
- Adaptabilidad (flexibilidad/rigidez) 19 puntos

El material ofertado por las tres empresas licitadoras, SMITHS MÉDICAL ESPAÑA, INTERSURGICAL ESPAÑA y TELEFLEX MÉDICAL, cumplen adecuadamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, no existiendo diferencias significativas entre ellas, tan solo respecto a la manipulación destaca la empresa SMITHS MÉDICAL ESPAÑA cuyo material mantiene un mejor equilibrio entre flexibilidad y rigidez, al contrario que ocurre con las otras dos empresas que son demasiado rígidas.



Así, la puntuación final es la siguiente:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Manipulación (deslizamiento) 30</i>	<i>Adaptabilidad (Flexibilidad, rigidez) 19</i>	<i>TOTAL</i>
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	22	15	37
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	17	15	32
TELEFLEX MEDICAL, SAU	17	15	32

LOTE 28 GUÍA INTUBACIÓN TRAQUEAL PVC ACODADA PARA TUBOS DIÁMETRO 6-11 MM. LONGITUD 600 MM

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Manipulación (deslizamiento) 25 puntos
- Adaptabilidad (flexibilidad/rigidez) 20 puntos
- Reesterilizable (nº de usos) 04 puntos

La empresa TELEFLEX MÉDICAL presenta un material que cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, obteniendo la mejor puntuación en todos los criterios de valoración de este lote. Es la única que permitiría una ventilación mecánica (y no solo oxigenación) por lo que es la mejor valorada.

Tras esta son valoradas con una puntuación menor las ofertas presentadas por las empresas VYGON, SMITHS MÉDICAL ESPAÑA y PROVAQUIL, cuyos materiales se comportan de forma similar entre ellos, no destacando ninguno sobre el resto a excepción del ofertado por la empresa VYGON que respecto a la adaptabilidad es mejor valorado ya que presenta una guía flexible para ayudar en la colocación de sondas endotraqueales en caso de intubación difícil. Tiene muy buenas propiedades como intercambiador y permite oxigenación con múltiples salidas de oxígeno (menor riesgo de oclusión). Respecto al número de usos por su reesterilización, también todas se comportan de forma similar, pero inferiores a las presentadas por la empresa TELEFLEX MÉDICAL.

Así, la puntuación final es la siguiente:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Manipulación (deslizamiento) 25</i>	<i>Adaptabilidad (Flexibilidad, rigidez) 20</i>	<i>REESTERILIZABLE (Nº USOS) 4</i>	<i>TOTAL</i>
TELEFLEX MEDICAL, SAU	20	17	4	41
VYGON, S.A.U.	10	14	3	27
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	10	10	3	23
PROVAQUIL S.L.	10	10	3	23

LOTE 29 TUBO OROFARÍNGEO DE GUEDEL



Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (ergonomía, resistencia, luz interna...) 25 puntos
- Bisel 15 puntos
- Gama de productos 09 puntos

La empresa INTERSURGICAL ESPAÑA presenta un material que cumple perfectamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, obteniendo la mayor puntuación en todos los ítems de valoración. Es la única cánula que tiene una protección de goma a nivel de los dientes y una punta ligeramente más blanda y un poco flexible (lo que en teoría disminuye el riesgo de lesionar la mucosa durante la introducción con respecto al plástico rígido).

Tras esta es valorada con menor puntuación la empresa TELEFLEX MÉDICAL cuyo material, siendo de una muy buena calidad, es inferior en adaptabilidad y calidad del bisel. Además presenta 8 referencias en comparación con la mejor valorada que presenta 9.

En un tercer nivel son valoradas las ofertas de las empresas GARRIC MÉDICA, SMITHS MÉDICAL ESPAÑA y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, cuyos materiales se comportan de forma similar, sin diferencias significativas entre ellos. Mencionar solamente que respecto a la gama de productos presentan 9 referencias a excepción de la empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS que presenta 7, y obteniendo por tanto menor puntuación en este criterio.

Por último es valorada con menor puntuación la oferta de la empresa LELEMAN, que aunque en adaptabilidad se comporta de forma similar a las anteriores, la calidad del bisel es muy inferior por lo que recibe una puntuación muy baja en este concepto. La superficie no es roma y áspera al tacto, por lo que podría lesionar la mucosa oral. Respecto a la gama de productos presenta también 9 referencias.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 25	Bisel 15	Gama de productos 9	TOTAL
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	23	15	9	47
TELEFLEX MEDICAL, SAU	20	10	8	38
GARRIC MEDICA, S.L.	10	10	9	29
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	10	10	9	29
SUMINISTROS HOSPITALARIOS,S.A.	10	10	7	27
LELEMAN	10	3	9	22

LOTE 30 CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA CON CÁNULAS INTERNAS DE SUSTITUCIÓN

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad. (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 20 puntos
- Manipulación (Conexión a sistemas de ventilación) 13 puntos



- Envase (composición kit) 10 puntos
- Unión cánula externa/cánula interna 04 puntos
- Válvula/ Balón (Presión, superficie) 02 puntos

Los materiales ofertados por las dos empresas licitadoras de este lote, SMITHS MEDICAL ESPAÑA que presenta el modelo "Portex" y TELEFLEX MÉDICAL que presenta el modelo "TracheoFix" cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, no obstante existen grandes diferencias entre ambas que hacen acreedoras de una puntuación muy superior a la empresa TELEFLEX MEDICAL, SAU.

En relación a los parámetros a valorar de adaptabilidad y manipulación, la diferencia observada entre los dos tipos de cánulas, es el perfil bajo en la cánula TracheoFix ofertada por la empresa TELEFLEX MÉDICAL, que no sobresale, salvo que precisemos colocar la cánula interna con conector para los sistemas de ventilación, mientras que en la cánula "Portex" ofertada por la empresa SMITHS MÉDICAL ESPAÑA mantiene todo el tiempo el conector universal. Además la aleta que fija la cinta tiene una angulación más fisiológica que se adapta mejor al cuello en la "TracheoFix", siendo más grande y con rebordes que pueden ocasionar molestias en la "Portex".

Respecto a la composición del kit y unión de cánulas, la "TracheoFix" tiene varios tipos de tapones que permiten evitar la salpicadura de mucosidad, la fonación, etc. con accesorios transparentes, que no sobresalen apenas. En cambio en las "Portex" tiene un tapón completo rojo, aparatoso y unas válvulas fonatorias que sobresalen demasiado.

Además se acompañan distintos tipos de cánulas internas (4 accesorios) en las "TracheoFix", mientras que en la "Portex" solo lleva una. De ahí que con un solo kit se pueda iniciar el destete del respirador y la decanulación.

Respecto a las características de la válvula/balón de ambos materiales se comportan de forma similar por lo que son valoradas por igual.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Manipulación 13	Envase (composición kit) 10	Unión cánulas 4	Válvula/ Balón (Presión, superficie) 2	TOTAL
TELEFLEX MEDICAL, SAU	18	13	10	4	2	47
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	12	7	2	2	2	25

LOTE 31 KIT TRAQUEOSTOMÍA CÁNULA REFORZADA, ALETAS AJUSTABLES, PARA PACIENTES CON CUELLO CORTO Y/O GRUESO; CON CÁNULA INTERNA

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad. (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 20 puntos
- Manipulación (Conexión a sistemas de ventilación) 13 puntos
- Envase (composición kit) 10 puntos



- Unión cánula externa/cánula interna 04 puntos
- Válvula/ Balón (Presión, superficie) 02 puntos

La empresa SMITHS MÉDICAL, única licitadora de este lote, presenta un material que cumple adecuadamente con las exigencias del Pliego Técnico en cada uno de los criterios de valoración estipulados. Cubre las necesidades requeridas en los pacientes con cuello corto y grueso.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Manipulación 13	Envase (kit) 10	Unión cánulas 4	Válvula/ Balón (Presión, superficie) 2	TOTAL
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	7	8	10	2	2	29

LOTE 32 CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA SILICONA PEDIÁTRICAS Y NEONATALES

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 28 puntos
- Manipulación (Conexión a sistemas de ventilación...) 15 puntos
- Válvula/ Balón (Presión, superficie) 06 puntos

La empresa SMITHS MÉDICAL, única licitadora en este lote, presenta diferentes referencias para cánulas extralargas, sin balón, cánulas con balón, cánulas con aletas en v y cánulas con aletas rectas. Lleva incorporado un tubo adicional de silicona anillado resistente al acodamiento. Diseño especialmente indicado para pacientes con una reducida distancia entre la barbilla y el traqueostoma. Cubre las necesidades requeridas en los pacientes que precisen longitud extralarga.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 28	Manipulación 15	Válvula/ Balón (Presión, superficie) 6	TOTAL
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	15	7	6	28

LOTE 33 CÁNULA TRAQUEOSTOMÍA SILICONA ADULTO, REFUERZO INTERIOR DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 28 puntos
- Manipulación (Conexión a sistemas de ventilación...) 15 puntos
- Válvula/ Balón (Presión, superficie) 06 puntos



La empresa SMITHS MÉDICAL, única licitadora en este lote, cumple adecuadamente con las exigencias del Pliego Técnico. Adecuadas a las necesidades de los pacientes tanto con cuello grueso o corto.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 28	Manipulación 15	Válvula/ Balón (Presión, superficie) 6	TOTAL
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	15	8	6	29

LOTE 34 CÁNULA TRAQUEOSTOMÍA SILICONA ESTOMA ABIERTO

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Deslizamiento, rigidez...) 49 puntos

La empresa SMITHS MÉDICAL, única licitadora en este lote, cumple adecuadamente con las exigencias del Pliego Técnico, y por sus características se adaptan a las necesidades de los pacientes. Cánula de traqueostomía de silicona para mantener el estoma abierto cuando no se necesita conexión a ventilación. Cánula de traqueostomía de silicona (Bivona) utilizada para el tratamiento radioterápico.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad (Deslizamiento, rigidez...) 49	TOTAL
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	28	28

LOTE 35 CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA SIN CÁNULA INTERNA DESECHABLE

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 30 puntos
- Manipulación (Conexión a sistemas de ventilación...) 19 puntos

El material ofertado por la empresa SMITHS MÉDICAL cumple adecuadamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico tanto en adaptabilidad como en manipulación, y por sus características resultan más adecuadas para el uso con los pacientes..

Los materiales presentados por la empresa TELEFLEX MÉDICAL son de una calidad inferior al ofertado por la anterior empresa, con un deslizamiento más dificultoso y con unas conexiones a los sistemas de ventilación más deficientes. Además, no permite su uso en calibres menores a 3.5mm



Así, la puntuación final es la siguiente:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 30</i>	<i>Manipulación (Conexión a sistemas de ventilación...) 19</i>	<i>TOTAL</i>
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	20	10	30
TELEFLEX MEDICAL, SAU	15	8	23

LOTE 36
KIT TRAQUEOSTOMÍA CÁNULA PREFORMADA SIN BALÓN SIN
FENESTRAR CON VÁLVULA FONATORIA
TAPÓN PARA CÁNULA TRAQUEOSTOMÍA PREFORMADA
VÁLVULA FONATORIA PARA CÁNULA TRAQUEOSTOMÍA PREFORMADA

NO HAY OFERTAS

LOTE 37
CÁNULAS DE LARINGECTOMÍA Y TRAQUEOSTOMÍA PLATA

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento...) 25 puntos
- Manipulación (conexión....) 15 puntos
- Gama productos 09 puntos

La empresa FRANCISCO CHINER, única licitadora en este lote, presenta un material que cumple adecuadamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico. Presenta 7 referencias de cánulas de laringectomía de plata y 7 fenestradas. Así mismo presenta 5 referencias de cánulas de traqueostomía de plata y otras cinco fenestradas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

<i>PROVEEDOR</i>	<i>Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento...) 25</i>	<i>Manipulación (conexión....) 15</i>	<i>Gama productos 9</i>	<i>TOTAL</i>
FRANCISCO CHINER S.L.	20	10	9	39

LOTE 38
EQUIPO PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Envase (composición equipo) 15 puntos
- Facilidad de uso e intercambio de componentes 15 puntos
- Mecanismo dilatación 10 puntos
- Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 09 puntos



El material ofertado por la empresa SMITHS MÉDICAL cumple perfectamente con todos los requisitos exigidos en el Pliego Técnico, obteniendo la máxima puntuación en todos los ítems de valoración. Envase muy adecuado, buena presentación y completo, buen método de dilatación y único. Con un manejo fácil y claro.

La empresa TELEFLEX MÉDICAL presenta un material que se adecua a las necesidades exigidas en el Pliego Técnico, pero muy inferior al ofertado por la empresa anterior. En cuanto al envase es más farragoso que el presentado por la empresa SMITHS MÉDICAL, más complejo pues lleva como dos bandejas, el método de dilatación es progresivo lo que hace más complicado su manejo con lo que la adaptabilidad es más complicada.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Envase (composición equipo) 15	Facilidad de uso e intercambio de componentes 15	Mecanismo dilatación 10	Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 9	TOTAL
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	15	15	10	9	49
TELEFLEX MEDICAL, SAU	10	10	5	3	28

LOTE 39 EQUIPO Y CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA CON ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 17 puntos
- Manipulación (Conexión a sistemas de ventilación...) 12 puntos
- Envase (composición kit) 10 puntos
- Puerto de aspiración 05 puntos
- Unión cánula externa/cánula interna 03 puntos
- Válvula/ Balón (Presión, superficie) 02 puntos

La empresa SMITHS MÉDICAL, única licitadora de este lote, cumple perfectamente con las exigencias del Pliego Técnico en todos los ítems de valoración, obteniendo la máxima puntuación en cada uno de ellos.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 17	Manipulación 12	Envase 10	Puerto de aspiración 5	Unión cánulas 3	Válvula/ Balón (Presión, superficie) 2	TOTAL
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	17	12	10	5	3	2	49



LOTE 40 EQUIPO DE CRICOTIROIDOTOMÍA

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Envase (composición equipo) 15 puntos
- Facilidad de uso e intercambio de componentes 15 puntos
- Mecanismo punción 10 puntos
- Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 09 puntos

Las ofertas presentadas por las empresas PROVAQUIL y SMITHS MÉDICAL, cumplen adecuadamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico. Ambas, aunque con sus diferencias particulares, se comportan de forma similar entre ellas destacando solamente respecto a la composición del equipo y uso de sus componentes la empresa SMITHS MÉDICAL ESPAÑA.

La empresa PROVAQUIL presenta un equipo de cricotiroidotomía para inserción directa compuesto por: Bisturí nº 11, Jeringa 10 ml, tubo con manguito de 6.0 mm con dilatador, cinta para tubo, tubo de extensión, cinta para introductor aguja, aguja introductora, alambre guía. El obturador no incluye aguja de punta roma retráctil. La característica principal es la combinación especial de tubo y dilatador, el mecanismo de bloqueo y la punta blanda. No lleva humidificador. Permite una cricotiroidotomía de acuerdo con la técnica de Seldinger.

La empresa SMITHS MÉDICAL presenta un equipo de cricotiroidotomía con sistema de inserción directa (no con técnica Seldinger) con aguja retráctil pudiendo visualizar con su testigo rojo cada vez que toca tejido, evitando así la perforación de la pared posterior de la tráquea. El set incluye todos los componentes necesarios para llevar a cabo el procedimiento. Contenido: Escalpelo nº 15, jeringuilla de 10 ml, tubo flexible de cricotiroidotomía, diámetro interno 6 mm, balón de baja presión, punta distal cónica totalmente ajustada al obturador (no hay escalón), aleta flexible y conector de 15mm. Obturador especial que incorpora en su interior una aguja de punta roma retráctil.

La empresa SMITHS MÉDICAL ESPAÑA, presenta un envase supercompleto, es punción directa, no es Seldinger, de mejor manejo que el otro sistema presentado por la empresa anterior, obteniendo una mayor facilidad de uso y una amplia versatilidad de los componentes que incluye.

El material presentado por la empresa TELEFLEX MÉDICAL es de punción directa y en el set solo está la jeringa y cánula premontada, con la cánula con jeringa de aspirado inicial de aire. Con la banda de sujeción su utilización puede ser más insegura que el resto de las empresas. Es muy inferior en todos los criterios de valoración al ofertado por las otras dos empresas, no llegando siquiera al mínimo establecido para superar esta fase de valoración.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Envase 15	Facilidad de uso e intercambio de componentes 15	Mecanismo punción 10	Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 9	TOTAL



SMITHS MEDICAL ESPAÑA	15	10	10	6	41
PROVAQUIL S.L.	12	8	10	6	36
TELEFLEX MEDICAL, SAU	5	5	1	3	14

LOTE 41 CÁNULAS DE LARINGECTOMÍA SILICONA

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 25 puntos
- Manipulación (conexión...) 15 puntos
- Gama productos 09 puntos

La empresa FRANCISCO CHINER, única licitadora de este lote, cumple adecuadamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico en todos los parámetros a valorar. Son las que se utilizan actualmente, y por el material suave y resistente del que están fabricadas, las consideramos adecuadas.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad 25	Manipulación 15	Gama productos 9	TOTAL
FRANCISCO CHINER S.L.	20	10	9	39

LOTE 42 CÁNULA OROFARÍNGEA PARA INTUBACIÓN FIBROSCÓPICA

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 30 puntos
- Manipulación (tapa deslizante...) 19 puntos

La empresa AMEBIL, única licitadora en este lote, cumple de forma adecuada con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico en todos los items de valoración.

Así, la puntuación final es la siguiente:

PROVEEDOR	Adaptabilidad (Angulo, deslizamiento, rigidez...) 30	Manipulación (tapa deslizante...) 19	TOTAL
AMEBIL, S.L.	18	10	28

LOTE 43 CÁNULA LARINGECTOMÍA SILICONA HME/VÁLVULA FONATORIA CÁNULA TRAQUEOSTOMÍA SILICONA ESTOMA ABIERTO ALETAS EXTERIORES

NO HAY OFERTAS



LOTE 44 VIDEOSCOPIO FLEXIBLE DIGITAL UN SOLO USO MEDIANO 5 mm DIÁMETRO

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

- Manipulación/ versatilidad 29 puntos
- Visibilidad 10 puntos
- Flexibilidad 10 puntos

La empresa FIRMA AMBU, única licitadora en este lote, presenta un material que cumple perfectamente con los requisitos exigidos en el Pliego Técnico en todos los criterios de valoración estipulados. Nos resultan útiles por su fácil manipulación y flexibilidad y su aceptable calidad de imagen. Cumple de sobra con los criterios solicitados y con experiencia en su uso, pues es el material que se está utilizando actualmente en el SMS.

Así, la puntuación fina es la siguiente:

PROVEEDOR	Manipulación / versatilidad 29	Visibilidad 10	Flexibilidad 10	TOTAL
FIRMA AMBU, S.L.	29	10	10	49

Murcia, 10 de enero de 2022

Carlos García Palenciano
Servicio Anestesia Área I
Javier Orozco Montes
Servicio Anestesia Área II
Diego Hellín Meseguer
Servicio ORL Área I
Tomás Esteban Sánchez
Servicio ORL Área II
Jose Manuel Allegue Gallego
Unidad Cuidados Intensivos Área II
Domingo Martínez Baño
Unidad Cuidados Intensivos Área I

11.01/2022 09:31:15 ALLEGUE GALLEGO, JOSE MANUEL
10.01/2022 18:12:02 ESTEBAN SANCHEZ, TOMAS
13.01/2022 11:33:55

Orozco Montes, Javier
García Palenciano, Carlos
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-6558951b-745c-701-9f7b-0050569b6280

