



EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y TECNOLOGÍA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE TROMBOELASTOMETRÍA Y TROMBOELASTOGRAFÍA PARA EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA ARRIXACA”.

Nº DE EXPEDIENTE: CS/9999/1100872432/18/PA,

A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ART.138.1 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE REALIZA LA SIGUIENTE:

NOTA DE ACLARACIONES

En referencia al lote 2, material 13047216 “**TARJETA PARA TROMBOELASTOGRAFÍA MAPEO PLAQUETAS ADP**”, del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO REACTIVOS Y TECNOLOGÍA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE TROMBOELASTOMETRÍA Y TROMBOELASTOGRAFÍA PARA EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA ARRIXACA”, se modifica la redacción de las prescripciones técnicas:

DÓNDE DICE:

13047216

TARJETAS PARA TROMBOELASTOGRAFÍA MAPEO PLAQUETAS ADP

- *Tarjeta multicanal para analizar las propiedades hemostáticas de la sangre así como identificar el nivel de agregación e inhibición plaquetaria de una muestra de sangre en tubo heparinizado.*
- *Compuesto por cuatro canales que incorporan en su interior los siguientes reactivos: Caolín con heparinasa, Activator F, ADP (difosfato de adenosina-5) y AA (ácido araquidónico).*

DEBE DECIR:

13047216

TARJETAS PARA TROMBOELASTOGRAFÍA MAPEO PLAQUETAS ADP

- *Tarjeta multicanal para analizar las propiedades hemostáticas de la sangre así como identificar el nivel de agregación e inhibición plaquetaria de una muestra de sangre en tubo heparinizado.*
- *Cada tarjeta debe contener los siguientes reactivos secos: Caolín con heparinasa), Act F (Activator F) y ADP (difostato de adenosina-5).*

LA JUNTA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD