

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: 1100872432/18

OBJETO: REACTIVOS Y TECNOLOGÍA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE TROMBOELASTOMETRÍA Y TROMBOELASTOGRAFÍA PARA EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

LOTE 1

Reactivos para Tromboelastometría

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

Características del equipo: Hasta 25 puntos

- Visualización de los datos (tipo de pantalla) y análisis e interpretación de los mismos (tipos de gráficas). 10 puntos
- Estabilidad de los resultados en situaciones adversas (vibraciones, movimientos, impactos, transporte). 10 puntos
- Capacidad de integración y almacenabilidad del equipo en las unidades asistenciales. 05 puntos

Características de los cartuchos monouso. Hasta 24 puntos

La empresa Werfen España, S.A.U. es la única empresa licitadora de este lote y lo hace con el modelo ROTEM. El material ofertado por esta empresa cumple de forma satisfactoria en todos los criterios a valorar, tanto en visualización, análisis e interpretación de los datos, como en estabilidad de resultados y capacidad de integración de los equipos. Así como el uso de los cartuchos monouso que simplifica el proceso de funcionamiento, por lo que es merecedora de la máxima puntuación.

Así, la puntuación final es la siguiente:

EMPRESA	Visualización de los datos	Estabilidad resultados	Capacidad de integración	Caract. cartuchos	TOTAL
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	10	10	05	24	49

LOTE 2

Reactivos para Tromboelastografía

Los criterios en los que se basa la evaluación de este lote son:

Características del equipo: Hasta 25 puntos

- Visualización de los datos (tipo de pantalla) y análisis e interpretación de los mismos (tipos de gráficas). 10 puntos

- Estabilidad de los resultados en situaciones adversas (vibraciones, movimientos, impactos, transporte). 10 puntos
- Capacidad de integración y almacenabilidad del equipo en las unidades asistenciales. 05 puntos

Características de los cartuchos monouso. Hasta 24 puntos

La empresa Ferrer Farma, S.A. es la única empresa licitadora de este lote y lo hace con el modelo TEG. El material ofertado por esta empresa cumple de forma satisfactoria en todos los criterios a valorar, tanto en visualización, análisis e interpretación de los datos, como en estabilidad de resultados y capacidad de integración de los equipos. Así como el uso de los cartuchos monouso que simplifica el proceso de funcionamiento, por lo que es merecedora de la máxima puntuación.

Así, la puntuación final es la siguiente:

EMPRESA	Visualización de los datos	Estabilidad resultados	Capacidad de integración	Caract. cartuchos	TOTAL
FERRER FARMA, S.A.	10	10	05	24	49

Murcia, 6 de junio de 2019

Carlos García Palenciano
Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación
Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca".