INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RESONANCIA MAGNÉTICA GE, MODELO SIGNA HORIZON",

UBICADA EN EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

1. OBJETO

Se realiza el presente informe sobre la necesidad de contratación en relación al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RESONANCIA MAGNÉTICA GE, MODELO SIGNA HORIZON, UBICADA EN EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO DEL HCUVA".

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Dentro de las competencias que tiene atribuidas la Gerencia del Área de Salud I Murcia Oeste, se encuentra la de garantizar la conservación y mantenimiento de los equipos e instalaciones que son propiedad del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

No disponiendo el Servicio Murciano de Salud de medios humanos ni técnicos, con posibilidad de prestar el servicio objeto de este informe, se hace necesario la contratación de este servicio para conseguir garantizar la adecuada prestación sanitara que tiene encomendada esta Institución Sanitaria Pública.

Con objeto de conseguir para el equipo "Resonancia Magnética Nuclear, modelo Signa Horizon de GE", el mejor estado de conservación y mantenimiento, asegurar un funcionamiento continuo y minimizar las posibles paradas como consecuencia de averías, se hace necesario dotar al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de un Servicio de Mantenimiento de acuerdo al alcance, condiciones y necesidades definidas en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. PRESTACIONES DEL CONTRATO

El servicio debe cubrir los siguientes conceptos:

- Revisiones de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Técnico-Legal.
- Asistencia Técnica y Total cobertura de costes mano de obra, desplazamiento y dietas.
- Todo el material necesario para llevar a cabo las reparaciones necesarias.
- Todas las reposiciones de Helio que sean necesarias.
- Ejecución de todas las actualizaciones obligatorias y recomendadas de software y hardware, sin implicar cambios en la funcionalidad original del mismo.
- Soporte técnico para la conectividad del equipo.
- Atención telefónica para las llamadas de asistencia técnica.

En Murcia, a 11 de Junio de 2018

Fdo. Esther Pastor Romero
Ingeniero Técnico
Gerencia del Área I de Salud - Murcia Oeste