



INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDAD CONCERTADA Y PRESTACIONES EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y EVALUACIÓN DE DETERMINADOS CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA “MARIE CURIE_DEXA”

Nº DE EXPEDIENTE: CSE/9999/1100959664/20/PA

PRIMERO.-

Con fecha 16 de julio de 2020 se publicó en el DOUE anuncio de licitación para la contratación del servicio de densitometría ósea “Marie Curie_Dexa”, cuyo objeto es la realización de estudios de densitometría ósea mediante absorciometría de energía dual de rayos X (Dexa) destinados a la población protegida por el Servicio Murciano de Salud, en régimen ambulatorio, en centros sanitarios ubicados en la Región de Murcia.

SEGUNDO.-

La Mesa de Contratación ha solicitado a la Subdirección General de Actividad Concertada y Prestaciones la evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de las distintas ofertas, así como la valoración de los criterios cuantificables de manera automática establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, excepto la oferta económica.

TERCERO.-

Se ha evaluado la documentación presentada por los licitadores, tanto la inicial como la requerida con posterioridad en los casos en los que no constaba en el sobre B o precisaba aclaración, comprobándose lo siguiente:

- LOTE 1
 - RESONANCIA JUAN CARLOS I, S.L. Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.
 - SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA, S.L. Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.
 - ESCANER MURCIA, S.L. Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.





➤ LOTE 2

- RESIDENCIAL DOS AGUAS (CLÍNICA PRINCIPAL) Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.
- SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA, S.L. Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.
- TELRADS S.L. No cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT, al no presentar en la oferta lo siguientes criterios:
 - INSTALACIONES:
 - .- No consta la posibilidad de acceso de vehículos de transporte sanitario mediante un vado que asegure su estacionamiento.
 - .- No consta zona de recepción de pacientes.
 - .- No consta sala de espera para pacientes y acompañantes, con capacidad para seis personas sentadas, dos camillas y dos sillas de ruedas.
 - .- No consta cabina para la preparación del paciente, con dimensiones adaptadas para pacientes que se trasladen en sillas de ruedas y/o requieran la asistencia de acompañante para su preparación.
 - .- No consta sala de realización de densitometría con tomas de oxígeno y vacío (instalación centralizada) y un sistema de climatización que debe mantener una temperatura (entre 20 y 24º C) y humedad relativa (entre 40% y 60%) sin cambios bruscos, de manera que el detector del equipo no se vea afectado. que dispondrá de un sistema de lavado de manos para el personal, así como elementos para el almacenamiento de material.
 - .- No consta zona administrativa.
 - .- No consta aseos, al menos uno adaptado .
 - PERSONAL.
 - .- No consta celador/a
- CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD, S.L. Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.





➤ LOTE 3

- HOSPITAL VIRGEN DEL ALCÁZAR DE LORCA, S.A. No cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT, al no presentar en la oferta los siguientes criterios:
 - REQUISITOS GENERALES:
 - No consta la acreditación del cumplimiento de la normativa tanto general como la específica del equipo y de la densitometría que le sea de aplicación.
 - No consta la descripción de los medios, los procedimientos y mecanismos de los que dispone la empresa para el cumplimiento de las garantías del proceso radiológico exigidas en el PPT.
 - No consta la descripción del equipamiento informático y técnico para la recepción de datos de pacientes derivados por el SMS y para la realización y envío de informes de resultados.
 - INSTALACIONES:
 - No consta la posibilidad de acceso de vehículos de transporte sanitario mediante un vado que asegure su estacionamiento.
 - No consta que la sala de realización de densitometría dispone de tomas de oxígeno y vacío (instalación centralizada) y un sistema de climatización que debe mantener una temperatura (entre 20 y 24º C) y humedad relativa (entre 40% y 60%) sin cambios bruscos, de manera que el detector del equipo no se vea afectado. Dispondrá de un sistema de lavado de manos para el personal, así como elementos para el almacenamiento de material.
 - No consta la existencia de una cabina para la preparación del paciente, con dimensiones adaptadas para pacientes que se trasladen en sillas de ruedas y/o requieran la asistencia de acompañante para su preparación.
 - EQUIPAMIENTO:
 - No consta Software específico para medir la calidad ósea con el parámetro TBS (trabecular bone score).
 - No consta tubo de rayos X de ánodo estacionario con refrigeración por aire. Corriente de ánodo de 1'3 mA. punto focal de 0'5 mm.
 - No consta sistema de marcaje del paciente por láser.
 - No consta aplicación para prótesis metálicas.
- SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA, S.L. Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT





➤ LOTE 4

- RESIDENCIAL DOS AGUAS, S.L. Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.
- CLÍNICA DR. BERNAL, S.L.U. Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.

➤ LOTE 5

- RESIDENCIAL DOS AGUAS, S.L. (RESONANCIAS YECLA) Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.
- SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA, S.L. Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.

➤ LOTE 6

- LÓPEZ Y SÁNCHEZ, S.L. Cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT.

CUARTO

Se ha procedido a valorar los siguientes criterios cuantificables de manera automática:

- Características de los equipos: 15 puntos

Se otorgará 15 puntos al licitador que presente al menos un equipo para la realización de densitometría ósea que cumpla todos los requisitos establecidos en el PPT, con fecha de fabricación posterior al 1 de enero de 2018. En caso contrario la puntuación será cero puntos.

- Reducción de plazos para la realización de la prueba a pacientes en régimen ambulatorio según apartado 8.d) PPT (máximo 20 días laborables): 30 puntos. Se otorgará la puntuación en la reducción de plazos para la realización de la densitometría a estos pacientes de la siguiente forma:

- 30 puntos: si la reducción de plazos para la realización de la densitometría se sitúa en una franja entre 18 a 13 días laborables (es decir, la prueba se realizaría en un plazo máximo de entre 2 a 7 días laborables)
- 20 puntos: si la reducción de plazos para la realización de la densitometría se sitúa en una franja entre 12 a 7 días laborables (es decir, la prueba se realizaría en un plazo máximo de entre 8 a 13 días laborables)
- 10 puntos: si la reducción de plazos para la realización de la densitometría se sitúa en una franja entre 6 a 1 días laborables (es decir, la prueba se realizaría en un plazo máximo de entre 15 a 19 días laborables)





- Reducción de plazos para la emisión de informes (apartado 8.f PPT): 15 puntos.
Se otorgará la puntuación en la reducción de plazos para la emisión del informe tras la realización de la densitometría de la siguiente forma:
 - 15 puntos: reducción de plazos de 3 días laborables (el informe se emite el mismo día de la realización de la densitometría)
 - 5 puntos: reducción de plazos de 2 días laborables (el informe se emite al siguiente día hábil a la realización de la prueba)
 - 0 puntos, si no hay reducción.

Con el siguiente resultado:

LOTE 1				
EMPRESA	CARACTERÍSTICAS EQUIPOS	REDUCCIÓN PLAZOS PARA REALIZACIÓN PRUEBA	REDUCCIÓN PLAZOS PARA EMISIÓN DE INFORMES	TOTAL
RESONANCIA JUAN CARLOS I,S.L.	15	10	5	30
SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA, S.L.	15	30	15	60
ESCANER MURCIA, S.L	15	30	15	60
LOTE 2				
EMPRESA	CARACTERÍSTICAS EQUIPOS	REDUCCIÓN PLAZOS PARA REALIZACIÓN PRUEBA	REDUCCIÓN PLAZOS PARA EMISIÓN DE INFORMES	TOTAL
RESIDENCIAL DOS AGUAS (CLÍNICA PRINCIPAL)	15	30	15	60
SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA, S.L.	15	30	15	60
TELRADES S.L.	NO SE PUNTUA AL NO CUMPLIR REQUISITOS MÍNIMOS DEL PPT			
CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD , S.L.	0	10	5	15
LOTE 3				
EMPRESA	CARACTERÍSTICAS EQUIPOS	REDUCCIÓN PLAZOS PARA REALIZACIÓN PRUEBA	REDUCCIÓN PLAZOS PARA EMISIÓN DE INFORMES	TOTAL
HOSPITAL VIRGEN DEL ALCÁZAR DE LORCA, S.A.	NO SE PUNTUA AL NO CUMPLIR REQUISITOS MÍNIMOS DEL PPT			
SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA, S.L.	15	30	15	60





LOTE 4				
EMPRESA	CARACTERÍSTICAS EQUIPOS	REDUCCIÓN PLAZOS PARA REALIZACIÓN PRUEBA	REDUCCIÓN PLAZOS PARA EMISIÓN DE INFORMES	TOTAL
RESIDENCIAL DOS AGUAS, S.L.	0	30	15	45
CLÍNICA DR. BERNAL, S.L.U.	15	NO BAREMABLE AL MARCAR DOS OPCIONES EXCLUYENTES ENTRE SÍ	0	15
LOTE 5				
EMPRESA	CARACTERÍSTICAS EQUIPOS	REDUCCIÓN PLAZOS PARA REALIZACIÓN PRUEBA	REDUCCIÓN PLAZOS PARA EMISIÓN DE INFORMES	TOTAL
RESIDENCIAL DOS AGUAS, S.L.	15	30	15	60
SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA, S.L.	15	30	15	60
LOTE 6				
EMPRESA	CARACTERÍSTICAS EQUIPOS	REDUCCIÓN PLAZOS PARA REALIZACIÓN PRUEBA	REDUCCIÓN PLAZOS PARA EMISIÓN DE INFORMES	TOTAL
LÓPEZ Y SÁNCHEZ, S.L.	0	30	15	45

Es todo cuanto procede informar.

Murcia, 18 de diciembre de 2020

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE ACTIVIDAD CONCERTADA Y PRESTACIONES

Susana Valbuena Moya

18/12/2020 12:43:33

VALBUENA MOYA, SUSANA OLGA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-94631275-4177-450c-b51c-005056946280

