



Nº DE EXPEDIENTE: CS/9999/1100898298/19/PA

Suministro de reactivos para la realización de la citología líquida automatizada en mono capa (CLAMP), con destino al Servicio de Anatomía Patológica de los Hospitales del Área de Salud II-Cartagena.

INFORME TECNICO DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL AREA II DEL SMS

❖ **CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (máximo 49 puntos)**

1. Nivel de automatización completa de todo el proceso, centrifugación, pipeteo de la muestra, extensión, tinción: Hasta 20 puntos.

● **PALEX:**

De todo el proceso que se requiere en este punto esta casa comercial, en su oferta, solo cubre la mitad: pipeteo de la muestra y extensión; el resto habría que hacerlo fuera de este equipo. Por tanto le otorgamos la mitad de la puntuación = **10 puntos.**

● **CIVAGEN:**

Este proveedor oferta el proceso automático completo dentro de su equipo, desde la centrifugación a la tinción. Se le otorga el máximo de puntos = **20 puntos.**

2. Medio conservante de recogida de muestras preferentemente con base de etanol, libre de metanol y formol de acuerdo a la legislación vigente: Hasta 10 puntos.

● **PALEX:**

Esta oferta habla de *“una solución a base de etanoles”* pero no especifica que esté libre de metanol y formol. Por ello no le damos la máxima puntuación = **5 puntos.**



Área de Salud II Cartagena



- **CIVAGEN:**

En la página 6 y 10 de la oferta técnica del licitador especifica que la solución conservante está libre de metanol y formol, y en la página 1 de la ficha de seguridad del producto que está compuesto por Etanol al 10%, además de otros elementos conservantes en diferentes porcentajes. Le otorgamos = **10 puntos**.

3. Carga continua de muestras ginecológicas y no ginecológicas en el mismo ciclo de trabajo: Hasta 10 puntos.

- **PALEX:**

En este punto cumpliría con las especificaciones técnicas requeridas, por tanto se le adjudica la máxima puntuación = **10 puntos**.

- **CIVAGEN:**

Cumple con las especificaciones requeridas = **10 puntos**.

4. Protocolos de preparación y tinción de muestras modificables en tiempo: Hasta 9 puntos.

- **PALEX:**

En las especificaciones técnicas que envía el licitador no aparece en ningún apartado nada que haga mención a este punto. Es más, hay pocas especificaciones técnicas y sí mucho protocolo de trabajo y de manejo del equipo. Por tanto no podemos darle puntuación en este apartado = **0 puntos**.

- **CIVAGEN:**

En las páginas 16 y 17 de la oferta técnica, así como en la 80 en el apartado del manual de manejo del equipo automático, hacen referencia al cambio de protocolos según el tipo de muestra elegida. Le otorgamos = **9 puntos**.

Fdo.: Joaquín Moya Biosca. Coordinador APA Área II del SMS.

Cartagena a 3 de septiembre de 2019.



Área de Salud II Cartagena